



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6522-25

28 JUL 2017 године

Измене и допуне конкурсне
документације у поступку јавне набавке
медицинске опреме за очну банку за
потребе Војномедицинске академије
бр. 249/17, д о с т а в љ а

На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), Војномедицинска академија, Управа за војно здравство Министарства одбране, врши измене и допуне конкурсне документације:

Мења се техничка спецификација за партије 2, 4 и 7 - на странама 36, 47 и 64.

Прилог: измењене стране бр. 47 и 64 конкурсне документације

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 6522/17

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. др Мирослав Вукосављевић

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено
добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,
- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 4 6 - I - 4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити)	Количина у комади ма	Да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника
1.1.	корисна радна запремина 100-170l			
1.2.	подешен на радну температуру од $+4\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$			
1.3.	јединица за електронску контролу температуре: дигитални термометар. LCD дисплеј, звучни и визуелни аларм, са подесивим граничним температурама и једноставним начином ресетовања аларма (изоловано дугме или тастер у оквиру дисплеја)			
1.4.	фабрички уграђен температурни писач са седмодневним записом (накнадна уградња није прихватљива), оловка и папир за годину дана употребе апарата			
1.5.	ниска бука уређаја (мања од 48dB)			
1.6.	унутрашњост глатких површина, облих углова ради лакшег чишћења			
1.7.	унутрашњост са најмање 4 клизајуће полице у циљу једноставног начина промене висине, израђене од нерђајућег челика и пластифициране			
1.8.	стабилан рад апарата на амбијенталној температури од $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $+32\text{ }^{\circ}\text{C}$			
1.9.	уређај за аутономно напајање за ситуације нестанка спољашњег напајања (нестанка струје) или постојање прикључка за адаптер за аутономно напајање			
1.10.	напајање 230 V/50 Hz			

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено
добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,
- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 7 6 - I - 4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити)	Колич ина у комади ма	Да ли испуњава тражену каракте- ристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника
1.1.	корисна радна запремина 100-170l			
1.2.	подешен на радну температуру од -21 °C ± 2 °C			
1.3.	јединица за електронску контролу температуре: дигитални термометар. LCD дисплеј, звучни и визуелни аларм, са подесивим граничним температурама и једноставним начином ресетовања аларма (изоловано дугме или тастер у оквиру дисплаја)			
1.4.	фабрички уграђен температурни писач са седмодневним записом (накнадна уградња није прихватљива), оловка и папир за годину дана употребе апарата			
1.5.	ниска бука уређаја (мања од 48dB)			
1.6.	унутрашњост глатких површина, облик углова ради лакшег чишћења			
1.7.	унутрашњост са најмање 4 клизајуће полице у циљу једноставног начина промене висине, израђене од нерђајућег челика и пластифициране			
1.8.	стабилан рад апарата на амбијенталној температури од +10 °C до +32 °C			
1.9.	уређај за аутономно напајање за ситуације нестанка спољашњег напајања (нестанка струје) или постојање прикључка за адаптер за аутономно напајањ			
1.10.	напајање 230 V/50 Hz			

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,
- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 2 6 - I - 4 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити)	Количина у комади ма	Да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/инозаступника
	Опште карактеристике:			
1.1.	димензија (ширина x дубина x висина у мм): унутрашња не мања од 700 x 400 x 600			
1.2.	провидна предња врата клизајућег типа (горе-доле)			
1.3.	најмање један дуготрајни филтер за ваздух ефикасности 99,999% за честице веће од 0,3 µm			
1.4.	могућност постојања префилтера ефикасности 85% (за дужи век главног филтера)			
1.5.	светло (флуоросцентна лампа) најмање 20W			
1.6.	светлост интензитета већег од 300 Lx			
1.7.	UV лампа најмање 20W			
1.8.	просечна брзина протока од 0,3-0,45 м/с			
1.9.	напајање AC 220 V/50 Hz			
1.10.	регулатор протока ваздуха			

П О Н У Ђ А Ч

У _____
дана _____

(штампано име и презиме)

(пун потпис)

МП
(читак отисак печата)