



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 6524 - 34

11 AUG 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, 128 Мултислајсни скенер, ознака из ОРН: 33111300, редни бр. 228/2017, заинтересована лица су поставила следећа питања:

„Детаљним читањем појашњења конкурсне документације, као и Ваших одговора на питања потенцијалних понуђача, за предметну Јавну Набавку: 128 мултислајсни скенер за потребе Војномедицинске академије, Партија 1, уочили смо извесне недоумице, како следи:

1. На порталу Јавних набавки, у питањима и одговорима везаним за конкурсну документацију, у документу бр. 6524-32 од 09.августа 2017. на питање 6, које је било упућено због Вашег прихватања могућности (Измена и допуна конкурсне документације, бр Документа 6524-24 од 3. Августа 2017., измена бр.5) да се ЦТ виртуелна ендоскопија ларингса и бронхија, као алат за постпроцесирање, обавља или на додатној дијагностичкој радној станици или на основној конзоли, односно аквизиционој радној станици, одговорили сте:

“Обзиром на различита техничка решења произвођача, и чињенице да поједини понуђачи неке од напредних алата, који су захтевани на радним станицама, имају само на основној (аквизиционој) конзоли, потребно је да они у циљу неометаног скенирања пацијента и рада лекара, понуде додатну основну конзолу.”

Имајући у виду да су на основној конзоли, под тачком 7.10 захтеване техничке постпроцесирања/реконструкције у виду VRT (Volume Rendering Tecnique), MPR (Multiplanar Reconstruction), по истом принципу, док се раде алати постпроцесинга на аквизивионој конзоли, аквизициона конзола, односно сам апарат је блокиран за скенирање другог пацијента.

У циљу козистентности у својим одговорима, молимо Наручиоца да потврди, да су потенцијални понуђачи свакако у обавези да понуде додатну аквизициону конзолу,

како би у случају коришћења постпроцесних техника VRT и MRT на истој, било омогућено неометано скенирање пацијената, али и рад лекара?

Одговор: У циљу неометаног скенирања пацијената и рада лекара, потенцијални понуђачи су у обавези да понуде додатну аквизициону конзолу уколико било који од захтеваних алата не поседују на дијагностичкој радној станици, односно ако га имају само на основној (аквизиционој) конзоли.

me
60 МК
24



ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

МП

п у к о в н и к

Проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС