



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање војних осигураника

Бр. 65 - 11

14-01-2019. године

БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
доставља.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 11.01.2019. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 46/18 Дијагностички материјал за потребе биохемијских лабораторија Војноздравствених установа**, по следећем:

„Поштовани,

Увидом у део 2. Конкурсне документације – УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ, утврдили смо да је наручилац у Партији број 10 „Dijagnostički materijal kompatibilan sa aparatima COBAS 6000core unit+e 601, ELECSYS 2010, COBAS E411“, навео:

Red br iz partije	Naziv i opis sredstva	Jed mere	UKUPNA količina	*Krajnji korisnik	Rok trajanja
20	rastvor za razblaživanje uzorka (2x16ml), univerzalni diluent	ml	1	VMA - IMB	Najmanje 6 meseci na dan isporuke

Молимо да извршите корекцију јединице мере у **СЕТ** имајући у виду да је немогуће испоручити **1ml** (укупна количина) за предмет набавке чије је оригинално паковање (**2x16ml**) - наведено у колони „Назив и опис средства“.

У складу са наведеним потребно је копириговати и процењену вредност за ову партију.

Red br iz partije	Naziv i opis sredstva	Jed mere	UKUPNA količina	*Krajnji korisnik	Rok trajanja
80	Reagens za ANTI-CCP, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti CCP rutenijum kompleks i anti-CCP-biotin kompleks, min 100 testova/set	SET	3		Najmanje 6 meseci na dan isporuke

Молимо да извршите корекцију траженог рока трајања имајући у виду да је немогуће испоручити тражени реагенс са наведеним роком трајања, јер укупан фабрички декларисани рок трајања износи до 6 месеци у моменту производње. Из наведеног разлога предлажемо да рок трајања буде најмање 3 месеца на дан испоруке.

Молимо за доставу додатног појашњења и потребних информација.“

ОДГОВОР:

Мења се у спецификацији добара у **Партији 10**, ставка бр. **20** у колони „Јединица мере“ и сада гласи „SET“:

Red br iz partije	Naziv i opis sredstva	Jed mere
20	rastvor za razblaživanje uzorka (2x16ml), univerzalni diluent	SET

Процењена вредност партије остаје непромењена.

Мења се у спецификацији добара у **Партији 10**, ставка бр. **80** у колони „Рок трајања“ и сада гласи „Најмање 3 месеца на дан испоруке“:

Red br iz partije	Naziv i opis sredstva	Jed mere	UKUPNA količina	*Krajnji korisnik	Rok trajanja
80	Reagens za ANTI-CCP, trokomponentni reagens - streptovidin partikule, anti CCP rutenijum kompleks i anti-CCP-biotin kompleks, min 100 testova/set	SET	3		Најмање 3 месеци на дан испоруке

Измену конкурсне документације у складу са одговором, као и обавештење о продужењу рока за подношење понуда, наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

ВН

М Р

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ДИРЕКТОРА
војни службеник
Зоран Стојановић

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета