



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**

Војномедицинска академија

Бр. 6634 - 20

24 JUL 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, респиратори за потребе Војномедицинске академије и Респираторни уређаји за потребе Војне болнице Ниш, ознака из ОРН: 33195000 и 33157000, редни бр. 167/2017, заинтересована лица су поставила следећа питања:

„Дана 13.07.2017. године, као потенцијални понуђач доставили смо вам захтев за додатно појашњење конкурсне документације за партије 1, 2 и 4, а којим смо тражили да се изврше одређене измене исте, а све како би се обезбедила што већа конкуренција, односно омогућило што већем броју понуђача да учествује у предметној јавној набавци.

Наведеним захтевом за додатно појашњење већ смо вас обавестили да одређене ставке из спецификације поседује само један произвођач опреме, те да овако постављеном техничком спецификацијом грубо кршите начела једнакости понуђача и обезбеђивања конкуренције, омогућавајући само једном понуђачу, представнику одређеног произвођача опреме на територији Републике Србије, да припреми прихватљиву и одговарајућу понуду.

У складу са наведеним, молимо вас да још једном размотрите следеће сугестије:

За све три партије за које смо поставили питање, односно за партије 1, 2 и 4 предложили смо измену конкурсне документације у делу који се односи на величину колор дисплеј дијагонале, те тражили да прихватите да се величина наведене дисплеј дијагонале са 15 inса, спусти на 12 inса. У свом одговору на постављена питања навели сте да величина дисплеја од 15 inса омогућује бољу прегледност и ефикасније поступање са пацијентима на механичкој вентилацији, као и да тражену величину дисплеја поседује више различитих произвођача. Још једном вас молимо да нам дате клиничко објашњење за тачно тражену величину дисплеја, јер се одговор који сте нам дали односи искључиво на естетику, а не на ваше реалне потребе будући да се сви тражени параметри довољно јасно виде и на екрану од 12 inса. Како сте тражили величину дисплеја која искључује већину произвођача предметне опреме, те овако дефинисаном спецификацијом повредили начела једнакости и обезбеђивања конкуренције, сматрамо да сте у обавези као наручилац да тачно и прецизно, клинички, наведете због чега сте тражили наведену величину дисплеја.

За ставку 22 код партије 1 и ставку 20 код партије 2, тражили смо да се измени техничка спецификација тако да се избаци део који се односи на „све модове вентилације“. Ваш одговор да је наведена ставка у складу са вашим објективним потребама, не можемо да прихватимо, јер нисте прецизно појаснили који клинички значај има овако постављен услов, као и за шта конкретно користите све наведене ставке.

Што се тиче питања за партију 4, дали сте нам уопштене и неодређене одговоре, а не клиничка појашњења за све ставке које смо тражили. Иако смо вас претходно упозорили да ставку 1.4: Вентилациони модови, поседује само један произвођач, остали сте код исте, не наводећи конкретне клиничке разлоге због којих вам је ставка неопходна, нити сте негирали чињеницу да ову ставку испуњава само један произвођач, те да је тако омогућено учешће само једном понуђачу.

Такође, за ставку 1.6 одговорили сте да није неопходно направити тражене измене, а за ставке 1.7 и 1.8 да су јасно дефинисане и да остајете код услова из конкурсне документације. Захтевамо да нам дате конкретна клиничка објашњења за све ставке које сте одбили да измените, јер наведеним поступањем ограничавате конкуренцију и омогућавате само једном понуђачу да учествује у поступку јавне набавке, а што је у супротности са Законом о јавним набавкама. Ако су услови дефинисани тако да су ограничили конкуренцију и свели поступак јавне набавке на само једног понуђача питање да ли је нешто неопходно изменити или не, није више нешто што зависи искључиво од воље наручиоца.

Такође, за ставку 1.10. за партију 4, одговорили сте да је сав прибор за несметан рад наведен у спецификацији и да је потребно да буде одговарајуће регистрован, што је нејасно, јер се из наведеног одговора не може закључити да ли свака ставка потрошног материјала мора бити посебно регистрована у АЛИМС-у или је прихватљиво да тражени потрошни материјал буде регистрован у склопу апарата као његов саставни део. У складу са чланом 61 Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да припреми конкурсну документацију тако да понуђачи на основу ње могу да припреме прихватљиву понуду. Наведеним одговором који је непрецизан и нејасан и на основу кога понуђачи не могу припремити прихватљиву понуду, повредили сте овај члан закона.

Уколико захтевате да свака ставка потрошног материјала буде посебно регистрован у АЛИМС-у, исти сте требали да одвојите у посебну партију, с обзиром да овако дефинисаном конкурсном документацијом такође ограничавате конкуренцију и омогућујете само понуђачима који имају регистровани потрошни материјал да могу да учествују у предметном поступку јавне набавке. Самим подношењем понуде и давањем финансијских гаранција, понуђачи прихватају услове из конкурсне документације и гарантују да ће испоручити добра која су предмет јавне набавке, те сматрамо да не треба ограничавати исте на начин да за предметно добро морају имати регистрован и потрошни материјал који ви тражите.

На основу наведеног молимо вас да прихватите наше сугестије и извршите измену конкурсне документације. Наглашавамо да предложеним изменама не ограничавамо остале понуђаче, већ поштујући начела једнакости понуђача и обезбеђивања конкуренције, отварамо предметни поступак у коме би могло да учествује више од једног понуђача.

Молимо вас да нам дате конкретне и јасне одговоре на постављена питања, клинички образложите разлоге овако дефинисане спецификације, и станете именом и презименом иза ових захтева, као и да наведете случајеве у којима објективно користите све ставке које сте **тражили, те уколико сте се одлучили да набавите предметну опрему од само једног, тачно**

одређеног произвођача, дате и јасан клинички разлог зашто сте се одлучили за наведено, иначе ћемо бити принуђени да уложимо захтев за заштиту права на садржину конкурсне документације. Скрећемо вам пажњу да ћете овако дефинисаним додатним условима добити искључиво понуду овлашћеног представника произвођача опреме Drager и то за апарат Evita V300/V500.

Молимо вас да извршите измену конкурсне документације на начин што ћете обезбедити већу конкуренцију и отворити поступак јавне набавке за све потенцијалне понуђаче иначе ћемо се у супротном обратити Војној безбедносној агенцији с обзиром да је предметни поступак јавне набавке објављен за тачно одређеног понуђача и да објављена техничка документација није у складу са вашим објективним и реалним потребама као наручиоца, већ је искључиво произвољно састављена, од стране у најмању руку „инструисаних“ чланова комисије.“

О д г в о р :

Одређивање техничких спецификација на начин који је у складу са одредбом члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама подразумева да техничке спецификације морају омогућити да се добра која се набављају опишу на начин који је објективан и који одговара потребама наручиоца.

Иако наручилац има законску обавезу да, сходно члану 10. став 1. Закона о јавним набавкама, омогући што је могуће већу конкуренцију у поступку јавне набавке, он сваки конкретан поступак јавне набавке спроводи у циљу задовољења објективних потреба, а на основу конкурсне документације којом дефинише захтеве који одговарају таквим потребама.

Сходно томе, обавеза обезбеђења што је могуће веће конкуренције се не може тумачити на начин који подразумева обавезу наручиоца да сваком заинтересованом лицу омогући учешће у поступку јавне набавке, не водећи притом рачуна о сврси јавне набавке, као ни квалитету добара која су предмет исте.

С тим у вези, техничка спецификација за предметну набавку сачињена је и дефинисана полазећи од објективних потреба наручиоца тј оптималног збрињавања животно угрожених лица.

Наиме, величина колор дисплеј дијагонале екрана од минимум 15 инча је дефинисана из разлога што је већи екран прегледнији а параметри уочљивији, што омогућава оператеру боље сналажење а самим тим и брже и лакше доношење одлука током лечења пацијената на механичкој вентилацији.

Такође, захтевана техничка карактеристика „Сви модови вентилације“ даје већи избор и могућност имплементације модалитета вентилације са евентуално потребним аеросолом, а за више различитих клиничких ентитета чија патологија може да захтева и захтева специфичности од случаја до случаја. То је широк дијапазон клиничких синдрома – АРДС, ХОБП, пнеумонија, секундарне и примарне плућне хипертензије, срчане слабости, трауме, метаболички узрокованих кома, па све до сегмената потребне припреме за оспособљавање за спонтано дисање.

За партију 4 – позиције 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 и 1.10 су јасно дефинисане и наручилац остаје при захтеваним техничким карактеристикама.

Посебно напомињемо да, према сазнањима наручиоца, најмање пет различитих произвођача поседује опрему која испуњава захтеване техничке карактеристике, те су неосновани наводи

заинтересованог лица да само напред наведени произвођач опреме испуњава захтеване техничке карактеристике.


У прилог наведеном говори и податак да наручиоцу ниједно друго заинтересовано лице, тј произвођачи или дистрибутери респираторних уређаја нису указали на дискриминишућу техничку спецификацију и „инструисану комисију“, како наводи заинтересовано лице.

Поменуто се односи на појашњење конкурсне документације и у том смислу се неће вршити измена и допуна исте.

MS

31

МП



Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС