



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**  
Војномедицинска академија

Бр. 6695 - 12  
24 JUL 2017.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
Управа за војно здравство  
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, дигитални рендген апарат за 3D СВСТ (cone beam CT), ознака из ОРН: 33126000, редни бр. 208/2017, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

„На страни 29 конкурсне документације, под ставком 1.5 наводи се да је захтевани опсег напона рендгенске цеви од 60 до 90 KV или шире.

Како је захтев да предметно добро има највећи пречник видног поља најмање 16cm произилази да ће се апарат користити за радиографисање целокупне краниофацијалне регије пацијента односно за дијагностику неопходну за максилофацијалну хирургију и ОРЛ. Како би се омогућило да снимци имају довољну дијагностичку и клиничку вредност за наведену индикацију, опште је познато да је неопходно да уређај има могућност одабира напона рендген цеви од најмање 90 KV. За дијагностички приказ танких коштаних струкура главе неопходно је да апарат има и веће вредности напона ренген цеви, а што се у овом случају ограничава захтевом наручиоца.

Такође, како се овде ради о апарату за снимање коштаних структура главе не и меких ткива, уз мање вредности напона ртг цеви неопходна је већа струја (као што је наведено у захтевима максимално 16mA). Уз коришћење већег напона ртг цеви релаксира се струја цеви а тиме се добија укупно мања доза зрачења пацијента.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се понуди уређај са већ захтеваном ширином одабира напона ртг цеви чиме се постиже већи динамички опсег (минимална ширина одабира напона 30KV) и при већим вредностима напона. Овиме би се омогућило да се понуде уређаји са већом дијагностичком вредношћу односно већег квалитета опреме.

Испуњавањем овог захтева, Наручилац омогућава већу конкуренцију без смањења квалитета понуђеног добра чиме се поштује основно начело јавних набавки, Начело обезбеђивања конкуренције (Основне одредбе ЗЈН, Начела јавних набавки, Члан 10). Остајање при наведеним захтеваним техничким спецификацијама је такође у супротности са Законом о јавним набавкама Републике Србије: Одређивање техничких спецификација Члан 71 Ставови 1, 6 и 7, Закона о јавним набавкама Републике Србије.”

О д г о в о р:

Наручиоцу није сасвим јасно шта могући понуђач хоће да пита.

Ставком 1.5 конкурсне документације захтева се опсег напона рендгенске цеви од 60 до 90 kV или шире. То значи да се дозвољава да горња граница опсега напона рендгенске цеви може бити виша од 90 kV, а доња нижа од 60 kV. Промена доње границе опсега напона на 30 kV значила би ограничавање броја могућих понуђача тј. ограничавање конкуренције.

Сходно свему наведеном, наручиоц остаје при елементима конкурсне документације.

Поменуто се односи на појашњење конкурсне документације и у том смислу се неће вршити измена и допуна исте.

МС

МП  
ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА  
п у к о в н и к  
Проф. др Мирослав Вукосављевић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС