



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. - 6710 - 18

11 AUG 2016 од .2016. године

Појашњење у вези са питањима у поступку  
јавне набавке бр. 267/16 медицинска опрема  
за ВВ Ниш. доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

**Питање 1:** Код прописаних тражених техничких карактеристика на страни 36 и 37 ставка 1.7.

Монитор мора да поседује могућност једноставне опционе надоградње

- Мерење Ц.О термо дилуциона метода
- Мерење СвО2 сатурација 02 мешене венске крви
- Мерење ЕЕГ вишеканални електро енцефалограф
- Мерење пацијент спирометрије
- Мерење континуираног Ц.О-ПиЦО метода.

Наиме, како ове додатке у свком случају не би добили приликом испоруке апарата, већ би их евентуално некада докупили (скрећемо Вам пажњу такође да је сваки од ових додатака изузетно скуп и ретко се користи )н да ли сте сагласни да је пожељно (може се понудити монитор са свим овим опционим надоградњама ) али да није неопходно да монитор поседује све опционе надоградње?

Одговор: Наведене техничке могућности су пожељне али не неопходне.

CO МБ/ЈМ

Достављено:  
- у омот предмета 6710/16

Објављено:  
-на Порталу Управе за јавне набавке  
- на интернет страници  
Министарства одбране РС



ЗАМЕЊИК НАЧЕЛНИКА ВМА

пуковник

др Драган Динчић