



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6710-11
04 AUG 2016 .2016. године

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке бр. 267/16 медицинска опрема
за ВБ Ниш. доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Питање 1: Да ли се прихвата појашњење, тако да тачка 1.8. коначно гласи: "Тренд меморија за анализу мерних вредности пацијента у последњих 48 сата или више."?

Одговор 1: Прихвата се тако да тачка 1.8. конкурсне документације техничка спецификација партија 1. гласи "Тренд меморија за анализу мерних вредности пацијента у последњих 48 сата или више".

Питање 2: Да ли се прихвата појашњење, тако да тачка 1.14. коначно гласи: "Централна јединица мора да омогући 120 сати историје пацијената, укључујући све аларме или мануелно начињене снимке."?

Одговор 2: Прихвата се тако да тачка 1.14. конкурсне документације техничка спецификација партија 1. гласи "Централна јединица мора да омогући 120 сати историје пацијената, укључујући све аларме или мануелно начињене снимке".

Питање 3: У циљу побољшања квалитета опреме, да ли је прихватљиво да се техничкој спецификацији конкурсне документације партије 1 за мониторе дода појашњење – пасивно хлађење монитора, без вентилатора, ради смањења буке и контаминације (прашином) интензивне неге?

Одговор 3: Сагласни смо са опцијом пасивно хлађење монитора, која пожељна (може се понудити) али није неопходна тако да наручилац остаје при свему из техничке спецификације.

Питање 4: У циљу побољшања квалитета опреме, да ли је прихватљиво да се техничкој спецификацији за мониторе дода појашњење – сензор детекције интензитета осветљености просторије који имплицира аутоматско повећање или смањење интензитета осветљености екрана, без импликације отежавања читања виталних параметара на монитору за медицинско особље?

Одговор 4: Сагласни смо са опцијом постојања сензора интензитета осветљења која пожељна (може се понудити) али није неопходна тако да наручилац остаје при свему из техничке спецификације.

Питање 5: У циљу побољшања квалитета опреме, да ли је прихватљиво да се техничкој спецификацији за мониторе дода појашњење – предњи панел (оквир) монитора израђен од материјала отпорних на дезинфикациона средства и без икаквих командних тастера (дугмади) који могу задржавати нечистоће и отежавати чишћење монитора?

Одговор 5: Сагласни смо са опцијом која пожељна (може се понудити) али није неопходна тако да наручилац остаје при свему из техничке спецификације.

МБ/ЈМ

Достављено:
- у омот предмета 6710/16

Објављено:
-на Порталу Управе за јавне набавке
- на интернет страници
Министарства одбране РС

