



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. - 6710-15

од .2016. године

8. 8. 16

Појашњење у вези са питањима у поступку  
јавне набавке и измена конкурсне  
документације, бр267/16 медицинска  
опрема за ВБ Ниш. доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Питање број1:

Пацијент монитора мора да поседује активне функције и могућност праћење следећих параметра:

- Мониторинг дијагностички 12-канални ЕКГ
- Анализа аритмија и СТ сегмента
- Мониторинг срчане фреквенције ХР
- Мониторинг НИБП –неинвазивни притисак
- Мониторинг респирација
- Мониторинг ЦВП
- Мониторинг ИБП-инвазивни притисак, 2 канала
- Мониторинг SpO2- сатурација
- Мониторинг телесне температуре,

Молимо Вас промените у

Пацијент монитора мора да поседује активне функције и могућност праћење следећих параметра:

- Анализа аритмија и СТ сегмента
- Мониторинг срчане фреквенције ХР
- Мониторинг НИБП –неинвазивни притисак
- Мониторинг респирација
- Мониторинг ЦВП
- Мониторинг ИБП-инвазивни притисак, 2 канала
- Мониторинг SpO2- сатурација
- Мониторинг телесне температуре,

с обзиром да нисте тражили да се испоручи уз сваки монитор и модул за 12-то канални ЕКГ као и 12-канални екг каблови под тачком 1.9. сте дефинисали да се испоручује уз сваки монитор ЕКГ са 5 одвода сматрамо да морате да промените ставку 1.6 јер је у колизији са ставком 1.9.

Одговор: Сагласни са сугестијом.

питање број 2:

ставка 1.7. гласи

Монитор мора да поседује могућност једноставне опционе надоградње

- Мерење Ц.О термо дилуциона метода
- Мерење СвО2 сатурација О2 мешене венске крви
- Мерење ЕЕГ вишеканални електро енцефалограф
- Мерење пацијент спирометрије
- Мерење континуираног Ц.О-ПиЦЦО метода.

Молимо вас уклоните ставку 1.7. или промените у

Монитор мора да поседује могућност једноставне опционе надоградње

-Мерење Ц:О: термо дилуциона метода

ставком 1.7. сте дефинисали параметре који вам нису потребни јер у ставци 1.9. не тражите модуле и каблове за исте параметре такође израз „опционе надоградње„ није прихватљива према закону о јавним набавкама Републике Србије,

Молимо Вас уклоните наведену ставку или нагласите да се сви наведени параметри испоручује као обавезни а не као „опциона надоградња„.

Том ставком елиминишите све понуђаче осим кинеског произвођача Миндреј и њихов модел Бенеју Т8.

Одговор: Сагласни смо са примедбом, сви параметри се испоручују као обавезни.

CO/JM

cy

Достављено:

- у омот предмета 6710/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

ПУКОВНИК

проф. др Драган Динчић

*Handwritten signature of Dr. Dragan Dinčić*