



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6966-24

од \_\_\_\_\_ године

**16 AUG 2016**

Измена конкурсне документације  
6966/16,  
д о с т а в љ а .-

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама Републике Србије достављамо измену конкурсне документације:

На страни 40 мења се техничка спецификација конкурсне документације за партију 3.  
На старни 7 конкурсне документације тачка 4.2.2 алинеја 4 – после текста:“ да понуђена добра за све партије поседују важећа Решења АЛИМС-а о упису у Регистар медицинских средстава“ додаје се „за партије 1 и 2“

Прилог. Измене конкурсне документације

ЗС.

-Достављено:

- у омот предмета 6966/16

Објављено:

- на Порталу за јавне набавке и
- на интернет страници МО



ЗАМЕЊИК НАЧЕЛНИКА

ПУКОВНИК

Проф. др. Драган Динчић

ПАРТИЈА 3

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УРЕЂАЈА

1. Ротациона лепилица са интегрисаним принтером за фолије за стерилизацију -1ком.

	ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити)	Да ли испуњава тражену каракте- ристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника
1.1.	Материјал апарата: AISI 304 stainless steel		
1.2.	Ширина вара минимум 10 mm		
1.3.	Могућност вара свих фолија (папирних, тувек, полипропиленских)		
1.4.	Опсег температуре од 100-200°( и више ) С (могућност мануелног подешавања температуре)		
1.5.	LCD дисплеј у два реда		
1.6.	Интерни једноредни/дворедни штампач за испис датума стерилизације и рока употребе матерјала који је стерилисан		
1.7.	Аутоматска валидација вара кроз аутоматске критичне параметре вара		
1.8.	Аутоматска контрол температуре са толеранцијом +/- 1%		
1.9.	Аутоматско снимање параметара вара		
1.10.	USB прикључак или уређај који поседује серијски порт, који врши идентичну функцију као и УСБ		
1.11.	Лепилица мора бити у складу са: DIN:58953-7:2010; UNI EN 868-5; UNI EN ISO 11607-2:2006 и све према директивама 2006/42/ЕС; 2004/108 ЕС; 2006/95/ЕС		
1.12.	Додатак предњи носач кеса са ролерима за веће сетове компатибилан са величином лепилице		
1.13.	ЦЕ знак производа		

П О Н У Ђ А Ч

У

дана

(штампано име и презиме)

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)