

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**  
**ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА**  
**Београд, Црнотравска бр.17,**  
**www.nabavke.mod.gov.rs**

На основу члана 55. тачка 2, и прилог 3Б Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012) објављује

**ПОЗИВ**  
**за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке број 2167**

Предмет јавне набавке су добра: СнПС за потребе Института за радиологију и Клинике за ургентну интерну медицину ВМА у отвореном поступку по партијама:

| Ред. број  | Основни назив                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Јед. мере | Кол. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| ПАРТИЈА 1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 1.         | Hibridna mikrovodič žica veličine 0,012 inča i veličine 0,014 inča sa radioopaknim vrhom 30 mm, na dužini od 200 cm do 210 cm i mekanim vrhom od 25 cm do 35 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.                                                                                                            | ком.      | 15   |
| ПАРТИЈА 2. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 1.         | Balon dilatacioni karotidni kateter na nosaču od 100cm do 135 cm, dužina balona 15 mm do 40 mm, dijametra 4 mm do 7 mm, kompatibilan sa vodič sajлом 0,014 inča . Dimenzije po zahtevu naručioca.                                                                                                           | ком.      | 5    |
| ПАРТИЈА 3. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 1.         | Balon kateter za dilataciju arterija hidrofobni OTW sistem, pogodan za postdilataciju, dužina katetera 80 cm do 135 cm, dvostrukog lumena, sa dva markera, balon diajmetra 7 mm kompatibilan sa uvodnikom 6F, kompatibilan sa vodič sajлом 0.035 inča , dijametra do 14 mm. Dimenzije po zahtevu naručioca. | ком.      | 15   |
| ПАРТИЈА 4. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 1.         | Mikrosfere za embolizaciju veličine od 100 do 1000 mikrona, napravljene od akrila ko-polimera sa želatinom. Dostupna u pakovanju od 1ml pripremljene pojedinačno u boci suve. Ili funkcionalni ekvivalent. Dimenzije po zahtevu naručioca.                                                                  | ком       | 15   |
| ПАРТИЈА 5. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 1.         | Mikrosfere za embolizaciju namenjene za administraciju leka, veličine od 100 do 200 mikrona, pakovane pojedinačno u špricu po dozama, napravljene od vinil acetata i metil akrilata kombinovane sa akrilatom, ili funkcionalno sličan proizvod.Dimenzije po zahtevu naručioca.                              | ком.      | 10   |
| ПАРТИЈА 6. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |
| 1.         | Standardni dilatator dužine 20 cm, promera od 5 do 24 F sa hidrofilnim premazom, kompatibilni sa vodič zicom 0,038 inča. Dimanzije po zahtevu naručioca.                                                                                                                                                    | ком       | 50   |
| ПАРТИЈА 7. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1.          | Uvodnik za kateter od 5F do 11 F dužine 65cm , sa hidrofilnom zaštitom, integrisanom hemostatskom valvulom, radiopaktnim markerom, dilatator sa snaplok zatvaračem i obduratorom, trokraka slavinica. Dimenzije po zahtevu naručioca,                                                                                                | КОМ. | 15  |
| ПАРТИЈА 8.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 1.          | Kateter dijagnostički, brejdit tehnologije, atreumatskog vrha, kinking rezistentan sa armaturom, dimenzija od 4 do 6 F, dužine od 65 do minimalno 100 cm, dobrog odgovora vrha poželjno 1:1, Dimenzije i krivine po zahtevu naručioca.                                                                                               | КОМ  | 300 |
| ПАРТИЈА 9.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 1.          | Kateter za ultrazvukom olaksanu trombolizu sa ultrazvučnim sondama aktivne dužine 12cm, 30cm, i 50 cm, kompatibilan sa EKOS sistemom ili ekvivalent. Dimenzije po zahtevu naručioca.                                                                                                                                                 | КОМ. | 3   |
| ПАРТИЈА 10. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 1.          | Kateter univerzalni drenažni za drenažu abscesa, eksternu bilijarnu drenažu i nefrostome, od mekog materijala otpornog na kinking, sa hidrofilnim premazom, pet bočnih rupa i vrhom za lakše savladavanje otpora. Dolazi sa troakar stiletom promera 18 G i stiff kanilom. Dimenzija od 8,5 do 14 F. Dimenzije po zahtevu naručioca, | КОМ. | 25  |
| ПАРТИЈА 11. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 1.          | Kesa za drenažu abscesa od 60 ml napravljena od dve vrste materijala: PVC sa prednje strane , sa zadnje od pamučnog materijala sa valvulom otpornom na knikovanje.                                                                                                                                                                   | КОМ. | 50  |
| ПАРТИЈА 12. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 1.          | Hidrofilni mikrokateter za intrakranijalnu embolizaciju sa progresivnom gipkoćom i distalnim ojačanjem distalnog dijametra 1,9F i 2,1F dužine 150 do 160cm. Dimenzije po zahtevu naručioca,                                                                                                                                          | КОМ. | 10  |
| ПАРТИЈА 13. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 1.          | Mikrokateter za za periferne embolizacije, koaksijalni set, veličina katetera 2,7 F sa hidrofilnom vodič sajлом                                                                                                                                                                                                                      | КОМ. | 20  |
| ПАРТИЈА 14. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 1.          | Stent graft za TIPS, delom pokriven a delom otkriven. Dimenzije po zahtevu naručioca.                                                                                                                                                                                                                                                | КОМ. | 2   |
| ПАРТИЈА 15. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 1.          | Vodič sajla 0,035 inča dužine 150cm, na jednom kraju sa mekanim pravim a na drugom kraju sa mekanim J vrhom                                                                                                                                                                                                                          | КОМ. | 200 |
| ПАРТИЈА 16. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 1.          | Vodič sajla tvrda diajmetra 0,035 inča, dužine 150 do 180 cm anguliranog vrha, distalno 25 cm hidrofilni premaz, omotac PTFE premaz, dugačkog konusa.                                                                                                                                                                                | КОМ  | 100 |
| ПАРТИЈА 17. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |
| 1.          | Ultra tvrda čelična vodič žica obložena PTFE, promera 0,035 inča, dužine 180 i 260 cm, sa pravim i zakrivljenim vrhom radijusa 3 mm                                                                                                                                                                                                  | КОМ. | 20  |
| 2.          | Ekstra tvrda čelična vodič žica obložena PTFE, promera 0,035 inča, dužine 180 i 260 cm, sa pravim i zakrivljenim vrhom radijusa 3 cm                                                                                                                                                                                                 | КОМ. | 20  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| ПАРТИЈА 18. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
| 1.          | Vodič sajla tvrda dijametra 0,035 inča, dužine 240cm do 260 cm anguliranog vrha, distalno 25 cm hidrofilni premaz, omotac PTFE premaz, dugačkog konusa.                                                                                                                                                                                                                                                  | КОМ. | 50  |
| ПАРТИЈА 19. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
| 1.          | Periferna vodič žica 0,014 inča na dužinama od 180 cm sa odgovorom vrha 1:1 izgrađen od dva jezgra sa atraumatskim vrhom, hidrofilne obloge 28 cm, vidljivost vrha 3 cm                                                                                                                                                                                                                                  | КОМ. | 30  |
| ПАРТИЈА 20. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
| 1.          | Set za drenažu. Set se sastoji od: koaksijalni uvodnik sa dilatorom i stiffening kanilom 6F dužine 20 cm, igla 21 G dužine 15 cm sa trokar stiletom i vodič žice 0.018 sa palinom i 0.038 inča dužine 60 i 150 cm.                                                                                                                                                                                       | КОМ. | 15  |
| ПАРТИЈА 21. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
| 1.          | Ureteralni stent set ( nefroureterostomski stent set) . Ureteralni stent za spoljašnju i unutrašnju drenažu urina otpornog na kinking promera 8,5F kompatibilan sa vodič žicom 0,035, dužine od 20 do 25 cm, sa dva radioopaktna markera neposredno proksimalno od krajeva, montiran za sistem za postavljanje koji se sastoji od: loading stilata, radioopaktnog pozicionera stenta i uvodnog katetera. | КОМ. | 10  |
| ПАРТИЈА 22. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
| 1.          | Set za nefrostomiju, kateter sa iglom 30 cm, fleksibilna vodič sajla 0,035 inča, dilator i konektor za drenažnu kesu. Veličine od 8 do 10 F. Dimenzije po zahtevu naručioca.                                                                                                                                                                                                                             | КОМ. | 20  |
| ПАРТИЈА 23. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
| 1.          | Sistem za zatvaranje punkcionog mesta kolagenskim sistemom za 6 i 8 F. Dimenzije po zahtevu naručioca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | КОМ. | 20  |
| ПАРТИЈА 24. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
| 1.          | Sistem za intrakranijalnu tromboaspiraciju sastavljen od separatora promera 0.026 do 0.054 inča, reperfuzionog katetera promera 0.026 do 0.054 inča i aspiracionih cevi sa pripadajućom vakuum pumpom za tromboaspiraciju sa nesterilnim potrošnim materijalom. Dimenzije po zahtevu naručioca.                                                                                                          | КОМ. | 2   |
| ПАРТИЈА 25. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
| 1.          | TIPS punkcijski set, vidljiv pod ultrazvukom, sa iglom od 1.8 mm i vrhom u obliku olovke ("Pencil-cut"), sa pušerom, specijalnom nitinolskom žicom 0.035"/180 cm, 8F guiding kateter od 50 cm prilagođen igli, i uvodnik sa hidrofilnim omotačem veličine 10 F, dužine 45 cm. Varijante: 30° i 60° sa zakrivljenim pušerom i sa ravnom ili zakrivljenom žicom.                                           | КОМ. | 7   |
| ПАРТИЈА 26. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
| 1.          | Uvodnik za kateter sa dilatorom od 4 do 10 F, dužine 11 cm sa iglom i vodič sajlom do 50 cm. Dimenzije po zahtevu naručioca.                                                                                                                                                                                                                                                                             | КОМ. | 295 |
| ПАРТИЈА 27. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |
| 1.          | Vodič katetera, koji se sastoji od spoljašnjeg i unutrašnjeg katetera. Spoljašnji kateter je promera 5F ( unutrašnjeg dijametra 0,059 inča) ili 6 F ( unutrašnjeg dijametra 0,071 inča ), dužine 95 cm sa distalnim fleksibilnim vrhom dužine 7 cm, pravog oblika vrha i zakrivljenog oblika vrha ) krivine po zahtevu).                                                                                 | КОМ. | 10  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
|             | Unutrašnji kateter je promera 4 F (unutrašnjeg promera 0,041 inča) ili 5F ( unutrašnjeg promera 0,048 inča ),dužine 117 cm sa ojačanjem na dužini preko 100 cm i hidrofilnim premazom na minimalno 15 cm, sa fleksibilnim vrhom dužine 7 cm, različitih oblika vrha. Dimenzije po zahtevu naručioca.                                                                                                              |      |     |
| ПАРТИЈА 28. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 1.          | Hidrogel spirale za embolizaciju sa kontrolisanim oslobađanjem, kompatibilne sa 0,021 lumenom mikrokatera , i 4 F dijagnostičkim kateterom, sa sistemom za oslobađanje spirala.                                                                                                                                                                                                                                   | КОМ. | 10  |
| ПАРТИЈА 29. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 1.          | Periferne platinaste spirale sa fiberom za embolizaciju bez kontrolisanog oslobađanja, kompatibilne sa vodič žicom 0.021 inča za lumen klasičnog dijagnostičkog katetera od 3 F, Različitih dužina od 25 do 100 mm, prečnika 2 do 9 mm.. Dimenzije po zahtevu anručioca                                                                                                                                           | КОМ. | 35  |
| ПАРТИЈА 30. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 1.          | Set za punkciju femoralne arterije (uvodnik za kateter sa <i>cross cut</i> valvulom dijametra 6 I 7 frenča dužine 11 cm.,sa kratkom vodič sajlom dijametra 0,035 inča sa duplim krajem ( <i>double ended</i> ), dilatatorom I čeličnom iglom za punkciju dijametra 18G, dužine 7 cm.)                                                                                                                             | КОМ. | 300 |
| ПАРТИЈА 31. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 1.          | Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča, dužine 150 do 170 cm. sa J i pravim mekanim vrhom, čeličnog jezgra presvučena teflonom                                                                                                                                                                                                                                                                           | КОМ. | 300 |
| ПАРТИЈА 32. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 1.          | Kateter dijagnostički koronarni otporan na uvrtnanje, čelične armature, atrumatskog vrha spoljašnjeg dijametra 6 frenča, a unutrašnjeg dijametra većeg ili jednakog 0,05 inča, dužine 100cm. i više, različite krivine JL3,5-6; JR3,5-6;JR 4mod;ALI-3; ARI-2 mod ; MPA 1-2, MPB!-3, 3DRC. Krivine po zahtevu krajnjega korisnika posle potpisivanja ugovora                                                       | КОМ. | 200 |
| ПАРТИЈА 33. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 1.          | Stent koronarni od legure čelika BMS; Stent legure L316 debljine strata manjeg ili jednako 80 mikrona, čelija otvorenog dizajna širine stenta u rasponu od 2,5 do 4,0mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika, posle potpisivanja ugovora                                                                                                                                                                      | КОМ. | 100 |
| ПАРТИЈА 34. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 1.          | Stent koronarni od legure čelika BMS; Stent legure L316 debljine strata manjeg ili jednako 80 mikrona, čelija poluotvorenog (hibridnog) dizajna širine stenta u rasponu od 2,5 do 4,0mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika, posle potpisivanja ugovora                                                                                                                                                      | КОМ. | 100 |
| ПАРТИЈА 35. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 1.          | Stent koronarni sa lekom čelični. Koronarni stent izgrađen od legure čelika L316, debljine strata čeličnog, i premaza manje ili jednako 90 mikrona sa biodegradibilnim polimerom i imunosupresivnim lekom, koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa sa inhibicijom TOr-a (rapamicin ili derivati), širine stenta u rasponu 2,5 do 4,0 mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika, posle potpisivanja ugovora | КОМ. | 30  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| ПАРТИЈА 36. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 1.          | Stent koronarni sa lekom hrom kobaltni. Koronarni stent izgrađen od legure kobalt hrom, debljine strata manje ili jednako 60 mikrona sa biodegradibilnim polimerom i imunosupresivnim lekom, koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa sa inhibicijom TOR-a (rapamicin ili derivati), širine stenta. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika, posle potpisivanja ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | КОМ. | 20  |
| ПАРТИЈА 37. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 1.          | Stent koronarni sa lekom hrom kobaltni. Koronarni stent izgrađen od legure hroma (kobalt ili platina), sa ćelijama zatvorenog ili intermedijalnog dizajna (hibridni dizajn), sa permanentnim polimerom i imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa sa inhibicijom TOR-a (rapamicin ili derivati), širine stenta. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika, posle potpisivanja ugovora                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | КОМ. | 20  |
| ПАРТИЈА 38. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 1.          | Balon kateter za PTCA. 1. Balon za PTCA visokog pritiska, monorail tehnike, ne komplijantni, sa dva markera, dijametra vrška balona 0,016 inča, poprečni presek balona od 2-5 mm, maksimalnog promera manjeg ili jednako 0.032 inča za balone maksimalnog dijametra dužine balona od 6-27mm. 2.Balon za PTCA monorail tehnike, semikomplijantni, sa jednim ili dva markera, dijametra vrška balona 0.016 inča, poprečni presek balona od 1.25-4mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0.024 inča za balone maksimalnog dijametra, pogodan za <i>kissing balloon</i> tehniku u PTCA kateterima dijametra 6 frenča, dužine balona od 6-30mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika, posle potpisivanja ugovora | КОМ  | 200 |
| ПАРТИЈА 39. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 1.          | Žice za PTCA 1. Koronarna žica vodič dijametra 0.014 inča, za standardne procedure, hidrofilna, sa flopi vrhom, dužine 170-180cm, težine vrha 0.8gr., lake do intermedijalne podrške, vidljivosti vrha 2.5-3.0cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | КОМ  | 15  |
| 2.          | Žice za PTCA 2. Koronarna žica vodič dijametra 0.014 inča,sa odgovorom vrha 1:1, za upotrebu u standardnim procedurama, tortuoznim anatomijama i subtotalnim okluzijama, izgrađena od dva jezgra, sa izuzetnim atraumatskim vrhom, dužine 170-180cm, hidrofilne obloge vrha 25-30cm.,težine vrha 0.7gr., vidljivosti vrha 3.0-3.5cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | КОМ  | 80  |
| 3.          | Žice za PTCA 3. Koronarna žica vodič dijametra 0.014 inča,presvučena polimer oblogom preko jezgra, koja nema prelaz, hidrofilna sa koničnim vrhom dijametra 0.009 inča, za tretman kompleksnih lezija i subtotalnih okluzija, dužine 180-190cm, težine vrha 0.8gr., dugačke vidljivosti vrha od najmanje 16cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | КОМ  | 5   |
| ПАРТИЈА 40. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |
| 1.          | Kateter uvodnik za PTCA Kateter uvodnik za PTCA dijametra 6,7 I 8 inča sa I bez bočnih rupa (SH), čelične armature, atraumatskog vrha, unutrašnjeg lumena jednakog ili manjeg od 0.071 inča za uvodnike dijametra 6 frenča, različitih krivina JL 0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; JR 3.5; 4.0; 5; 6; AL 1; 1.5; 2.0; 3.0; AR 1.0; 2.0; EBU 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 5.0; RBU 3.5; 4.0; Mp 1.0; 2.0; RCB; IMA; Krivine po zahtevu krajnjeg                                                                                                                                                                                                                                                                           | КОМ  | 140 |

|             |                                                                                                                                              |     |    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|             | korisnika, posle potpisivanja ugovora                                                                                                        |     |    |
| ПАРТИЈА 41. |                                                                                                                                              |     |    |
| 1.          | Igla za inicijalno punktiranje u nevaskularnim interventnim procedurama, 18 G, kompatibilna sa vodič žicom 0,038 inča. Dužine od 15 do 20 cm | ком | 20 |

Ознака из општег речника набавки: 33111710 и 33111730- Материјал за ангиографију и ангиопластику.

1. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка лица која испуњавају услове из члана 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама ( "Службени гласник РС", број 124/2012 ). Доказе о испуњености услова понуђач је обавезан да достави уз понуду.
2. Преузимање конкурсне документације може се извршити у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу Управе за јавне набавке сваког радног дана у времену од 10,00-14,00 часова, у просторијама ВМА, Црнотравска 17, Одељење за снабдевање, 5 спрат, канцеларија бр. 27. Преузимање конкурсне документације може извршити овлашћено лице понуђача са писаним овлашћењем. Конкурсна документација је доступна на сајту МО [www. nabavke.mod. gov.rs](http://www.nabavke.mod.gov.rs) и Порталу УЈН.
3. Понуде са документацијом према упутству из конкурсне документације се достављају у запечаћеној коверти са назнаком "**СнПС за потребе Института за радиологију и Клинике за ургентну интерну медицину ВМА БРОЈ 2167/14 - НЕ ОТВАРАТИ, ПАРТИЈА \_\_\_\_\_**", на адресу: Војномедицинска академија, Црнотравска 17, Одељење за снабдевање, 5 спрат, поштом или личном предајом на шалтер деловодства ВМА.
4. Рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки РС до 9,30 часова, без обзира на начин на који су понуде послате.
5. Понуде са варијантама нису дозвољене.
6. Јавно отварање понуда ће се обавити у **10:00** часова последњег дана истека рока за подношење понуда тј. **23.04.2014. године**, на адреси: Војномедицинска академија, Београд, Црнотравска 17, Одељење за снабдевање, 5 спрат, соба бр. 40б. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који ће своја овлашћења предати комисији пре отварања понуда.
7. Понуде достаљене након истека рока сматраће се неблаговременим, неће се разматрати и биће враћене понуђачу неотворене.
8. Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од **25** дана од дана отварања понуда.
9. Критеријум за доделу уговора је "**најнижа понуђена цена**", за сваку партију посебно.
10. Сва додатна објашњења и информације о јавном позиву могу се добити на телефон: тел. 011/2665-899 од референта Зорица Стојановић