



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
Војномедицинска академија

Бр. 5534 - 20

06 JUN 2016

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15, на даље: Закон),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
Управа за војно здравство
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, магнетна резонанса, за потребе ВМА Београд, Ознака из ОРН: 33100000, редни број 205/2016, заинтересована лица су поставила следећа питања:

1. Имајући у виду да је наручилац одредио непримерно кратак рок за подношење понуда, који није у складу са одредбама Закона о јавним набавкама, молимо наручиоца да продужи рок за достављање понуда, како бисмо могли да припремимо прихватљиву, одговарајућу и благовремену понуду, а и како би и рок био усклађен са законским прописима.

Пратећи сва обавештења на порталу Управе за јвне набавке нисмо наишли на претходно обавештење за овај поступак који мора бити објављен у 2016. години. Могуће је и да смо то попустили. Уколико је такво обавештење било објављено, молимо вас да нас обавестите о дану када је то урађено.

2. Конкурсном документацијом за партију 1. захтевано да је понуђач обавезан уз понуду достави све техничко-грађевинске захтеве (site plan) неопходне ради припреме простора за успешну монтажу, а посебно прецизне параметре за прављење РФ кавеза. Како ово није могуће урадити без претходног прегледа просторија и добијања грађевинског пројекта просторија у којима би се инсталирао уређај, молимо да извршите допуну конкурсне документације и на тај начин нам омогућите да припремимо прихватљиву понуду.

Ово сматрамо да је још један разлог за продужења рока за достављање понуда.

3. У једном делу конкурсне документације за партију 1. захтева се следеће: „Ако у року до 7 (седам) дана, испоручилац не отклони недостатке код добра или се исти понове, испоручилац је дужан да неисправно добро замени новим“, док се у другом делу захтева: „Уколико се у току гарантног рока догоди дужи застој у укупном трајању од 15 (петнаест) дана, испоручилац је дужан да продужи гарантни рок за дужину застоја – престанка рада добра (период од пријема писане рекламације крајњег корисника до завођења записника потписаног од стране испоручиоца и комисије крајњег корисника да је добро доведено у исправно стање). За сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гаранција произвођача (гаранција коју произвођач добра преноси на испоручиоца), рачунајући од дана замене, инсталирања

Под скривеним манама подразумевају се неисправности које нису видљиве и нису могле бити откривене у току нормалног функционисања добра, као и оне неисправности које нису обухваћене сервисним упутством, а које испоручилац не може да отклони у року од 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације. У случају да испоручилац не може да отклони неисправност добра у року од 30 дана, рачунајући од дана пријема писане рекламације, дужан је да испоручи, монтира и пусти у рад ново добро у року од два месеца од дана пријема писане рекламације“, што је противуречно.

Молимо наручиоца да усклади ове захтеве.

4. Молимо наручиоца да јасно конкретизује шта подразумева под „паушалним“ одржавањем, да ли се под тим појмом подразумевају само услуге, односно рад, да ли и испорука резервних делова са заменом, да ли је укључена достава течног хелијума по потреби, итд.
5. На страни 28 конкурсне документације под тачком 3.2. наведено је: „Rezolucija signala prijemnika - ne manja od 32 bita (čuvanje i prenos podataka)“ ovaj zahtev je eliminatoran za proizvod Vantage Titan proizvođača Toshiba Medical Systems Corporation, Japan.
Pitanje broj 1: Da li prihvatate izmenu ovog zahteva tako da glasi: „Rezolucija signala prijemnika – dne manja od 16 bita (čuvanje i prenos podataka)“?
6. На страни 29 конкурсне документације под тачком 4.7 наведено је: „Posebna zavojnica visoke rezolucije za pregled kolena sa najmanje 8 elemenata (nezavisna nezavisna ili u integrisanoj tehnologiji tj simultanoj akviziciji zajedno sa ostalim zavojnicama), ne fleksibilna.“ ovaj zahtev je eliminatoran za proizvod Vantage Titan proizvođača Toshiba Medical Systems Corporation, Japan.
Pitanje broj 2: Da li prihvatate izmenu ovog zahteva tako da glasi: „Posebna zavojnica visoke rezolucije za pregled kolena sa najmanje 6 elemenata (nezavisna nezavisna ili u integrisanoj tehnologiji tj simultanoj akviziciji zajedno sa ostalim zavojnicama), ne fleksibilna.“?
7. На страни 29 конкурсне документације под тачком 4.8 наведено је: „Posebna zavojnica visoke rezolucije za pregled ramena sa najmanje 8 elemenata (nezavisna nezavisna ili u integrisanoj tehnologiji tj simultanoj akviziciji zajedno sa ostalim zavojnicama), ne fleksibilna“ ovaj zahtev je eliminatoran za proizvod Vantage Titan proizvođača Toshiba Medical Systems Corporation, Japan.
Pitanje broj 3: Da li prihvatate izmenu ovog zahteva tako da glasi: „Posebna zavojnica visoke rezolucije za pregled ramena sa najmanje 6 elemenata (nezavisna nezavisna ili u integrisanoj tehnologiji tj simultanoj akviziciji zajedno sa ostalim zavojnicama), ne fleksibilna“?
8. На страни 30 конкурсне документације под тачком 7.6.4 наведено је: „Evaluacioni paket za fuziju slika sa više različitih modaliteta (CT,MR,NM,PET) na radnom mestu za evaluaciju“ ovaj zahtev je eliminatoran za proizvod Vantage Titan proizvođača Toshiba Medical Systems Corporation, Japan.
Pitanje broj 4: Da li prihvatate izbacivanje ovog zahteva iz tehničke specifikacije u potpunosti?
9. На страни 30 конкурсне документације под тачком 8.2 наведено је: „Osnovni paket sekvenci za preglede lokomotornog sistema (podrazumeva i tehniku mapiranja hrskavice tj evaluaciju hrskavice i mapiranje svih njenih slojeva, CartiGram ili Maplt ili odgovarajuće).“ ovaj zahtev je eliminatoran za proizvod Vantage Titan proizvođača Toshiba Medical Systems Corporation, Japan.
Pitanje broj 5: Da li prihvatate izmenu ovog zahteva tako da glasi: „Osnovni paket sekvenci za preglede lokomotornog sistema.“?
10. На страни 30 конкурсне документације под тачком 8.2.2 наведено је: „Detekcija i

Quant/Starquant ili odgovarajuće)“ ovaj zahtev je eliminatoran za proizvod Vantage Titan proizvođača Toshiba Medical Systems Corporation, Japan.

Pitanje broj 6: Da li prihvatate izbacivanje ovog zahteva iz tehničke specifikacije u potpunosti?

11. Na strani 30 konkursne dokumentacije pod tačkom 8.3.6 navedeno je: „Ultra brzi dinamički 3D T1W imiging jetre visoke rezolucije sa uklanjanjem artefakata nastalih usled disanja pacijenta i pomeranja organa pri normalnom disanju pacijenta (FREEZEit ili DISCO ili odgovarajuće)“ ovaj zahtev je eliminatoran za proizvod Vantage Titan proizvođača Toshiba Medical Systems Corporation, Japan.

Pitanje broj 7: Da li prihvatate izbacivanje ovog zahteva iz tehničke specifikacije u potpunosti?

12. Na strani 30 konkursne dokumentacije pod tačkom 8.3.4 navedeno je: „Kontrastne angiografije(TRICKS ili TWIST ili 4D-TRACK ili Freeze Frame ili odgovarajuće) i angiografije sa tehnologijom sinhronizovanog praćenja bolusa (SmartPrep ili BolusTrak ili Care Bolus ili odgovarajuće) bezkontrastne angiografije (odnose se na periferne sudove, abdomen kao i na neurološke preglede NATIVE TrueFISP ili Inhance inflow IR ili B-TRANCE ili Time-SLIP ili ili odgovarajuće)“ ovaj zahtev je eliminatoran za proizvod Vantage Titan proizvođača Toshiba Medical Systems Corporation, Japan.


Pitanje broj 8: Da li prihvatate izmenu ovog zahteva tako da glasi: „Kontrastne angiografije i bezkontrastne angiografije (odnose se na periferne sudove, abdomen kao i na neurološke preglede NATIVE TrueFISP ili Inhance inflow IR ili B-TRANCE ili Time-SLIP ili ili odgovarajuće)“?

Одговори

- 1) Имајући у виду да је предходно обавештење објављено 10.03.2016. године, наручилац је поступио у свему у складу са Законом.
- 2) Дана 03.06.2016. године, наручилац је извршио допуну позива за подношење понуда број 5534-11 од 26.05.2016. године, у коме је предвиђено следеће, и то:
„Преглед просторија у ВМА за смештај добра, а ради израде основног „site plan“-а (на српском језику) који ће садржати све техничко – технолошке захтеве по питању климатизације, електро и водоводних инсталација, понуђачи могу да изврше сваког радног дана, закључно до последњег дана истека рока за подношење понуда, у времену од 9 до 13 сати.“
- 3) Имајући у виду да се један део питања односи на скривене мане, а други на уочљиве недостатке, што су различите ситуације, након закључења уговора и у току експлоатације добра, наручилац остаје у свему при условима из конкурсне документације.
- 4) Као што је већ одговорено заинтересованом лицу, годишње паушално одржавање подразумева неограничен број сервисних интервенција са укљученим резервним деловима и потрошним материјалом.
- 5) За питања од 5 до 12., наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача, и остаје у свему при условима из конкурсне документације.

MC,CO

Достављено:
-уз омот предмета
Објављено:



МЕНИК НАЧЕЛНИКА

К О В Н И К

Проф. др Драган ДИНЧИЋ

Dr. Dragana Dinčić