



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних осигураника
Бр. 68 - 20
2019. године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а.

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 30.01.2019. године, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 49/18** Материјал за ангиографију и ангиопластику – интервентна васкуларна радиологија, интервентна кардиологија и интервентна неурорадиологија, за потребе Војномедицинске академије, по следећем:

„ Поштовани,

Наручилац је конкурсном документацијом добро за партију 10 дефинисао као „Stent koronarni sa lekom hrom-kobaltни. Koronarni stent израђен од legуре kobalt-hrom, дебљине strата мањег или једнако 60 микрона, са biodegradabilним полимером и имunosupresивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом mTOR-a (rapamicin или derivati), различите ширине stenta. Dimenzije по захтеву крајњег корисника после потписивања uговора.“

Да ли је за наручиоца прихватљиво понудити „Stent koronarni sa lekom PLATINA-HROM. Koronarni stent израђен од legуре PLATINA-HROM, дебљине strата мањег или једнако 60 микрона, са biodegradabilним полимером и имunosupresивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом mTOR-a (rapamicin или derivati), различите ширине stenta?“

Сматрамо да легура платина-хром не представља инфериорну техничку карактеристику већ је предност, посебно имајући у виду да висока густина платине омогућава бољу видљивост.“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, ОДГОВАРА заинтересованом лицу:

Прихвата се предлог заинтересованог лица у делу техничке спецификације за партију 10 у колони „Назив и опис средства“ и сада гласи:

Partija broj	Naziv i opis dobra
10	Stent koronarni sa lekom hrom-kobaltни/platina. Koronarni stent израђен од legуре kobalt-hrom/platina , дебљине strата мањег или једнако 60 микрона, са biodegradabilним полимером и имunosupresивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом mTOR-a (rapamicin или derivati), различите ширине stenta. Dimenzije по захтеву крајњег корисника после потписивања uговора

Измена конкурсне документације у складу са одговором ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

ММ ВН
Зм



Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета