



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 7162- 22

18 6 AUG 2016 2016.године

Појашњење у вези са припремањем понуде, у поступку јавне набавке медицински и дијагностички комплети, бр. 302/16, доставља.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 15.08.2016. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање за партију 70 Pankreatični stent 7Fr, prav tip, растојање између отвора 60 mm; min. radni kanal 3,2 mm, Да ли ће бити прихватљив стент чије је растојање између отвора 50 или 70 мм?

Одговор: Биће прихватљив и стент чије је растојање између отвора од 50 - 70 мм.

2. Питање за партију 84 Žičani vodič od nitinola sa fleksibilnim vrhom 70 mm, promera 0,035", radne dužine 4500 mm, sa markerima za orijentaciju i merenje dužine striktura. Да ли ће бити орихватљив жичани водич са флексибилним врхом 50 мм?

Одговор: Биће прихватљив и жичани водич са флексибилним врхом од 50 - 70 мм.


3. Питање за партију 107 Balon za dilataciju jednjaka sa rendgenskim markerom; sa ugradjenim vodičem; dužina balona 80 mm; spoljni prečnik balona 12 mm; radna dužina 1800 mm; minimani radi kanal 2,8 mm. Да ли ће бити прихватљив балон за дилатацију једњака чија је радна дужина 2000мм?

Одговор: Биће прихватљив балон за дилатацију једњака од 1800 – 2000мм.

4. Питање за партију 92 Set za ligature varikoziteta jednjaka, set sadrži: aplikator, ligatura sa pripadajćih 6 gumica. Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач понуди сет за лигатуре варикозитета једњака, сет садржи апликатор и лигатуру са 7 припадајућих гумица?

Одговор: Прихватљиво је да сет садржи 6 или 7 припадајућих гумица.

ЗС.



Достављено:

- у омот предмета 7162/16

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС