



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Број 61-89

31-03-2016 године
БЕОГРАД

У отвореном поступку јавне набавке добара број 104/14: **Медицинска опрема за кардиологију, по партијама**, на основу члана 107. став 1. и став 3. и члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, бр. 14/15 и бр. 68/15), у даљем тексту Закон и на основу члана 15. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника (“Службени гласник РС” бр. 10/11, 37/12 и 107/12), директор наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Крунска 13, Београд, доноси

ОДЛУКУ

1. **Одбијају се понуде понуђача:**

- „Engel“ д.о.о., из Новог Сада,
- „TPS Technomed“ д.о.о. из Београда,
- „Arena Meding“ д.о.о. из Београда,
- „Medical Shop“ д.о.о. из Новог Сада,
- „Medtech“ д.о.о. из Београда,

за партију број 4, као неприхватљиве.

2. **Додељује се уговор понуђачу:**

- „Medicoline“ д.о.о. из Ниша, ул. Рајићева 36, за модел **СМ600**, произвођача **Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.**, Кина, за партију број 4, према следећим условима:
 - укупан износ понуде је **1.738.000,00** динара без ПДВ-а, ПДВ износи 20% (**347.600,00** динара), укупан износ понуде је **2.085.600,00** динара са ПДВ-ом;
 - рок испоруке је **60 дана** од обостраног потписивања уговора;
 - рок квалитативног пријема је **70 дана** од обостраног потписивања уговора;
 - гарантни рок је **24 месеца** од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара;
 - рок плаћања је **30 дана** од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.

Образложење:

Предмет јавне набавке бр. 104/14 су добра: Медицинска опрема за кардиологију, по партијама, који је обликован у шест партија следећих назива, ознака из општег речника набавке и процењених вредности:

р.бр. партије	назив партије	назив и ознака из општег речника набавке	процењена вредност партије без ПДВ-а
1.	ЕКГ апарат дванаестоканални, 10 ком	кардиоваскуларни уређаји - 33123000	3.000.000
2.	Дефибрилатор, 5 ком		3.000.000
3.	Дефибрилатор, преносни, 3 ком		930.000
4.	ЕКГ апарат троканални, 22 ком		1.760.000
5.	Ергометрија, 2 ком		5.710.000
6.	Холтер систем са рекордерима за снимање ЕКГ-а и крвног притиска (2 система са РС рачунаром, 2 ЕКГ холтера и 1 холтер притиска за ВМЦ Нови Сад и ЦВМУ Београд) и 2 рекордера за притисак са припадајућим софтвером за ВБ Ниш		5.890.000

Укупна процењена вредност јавне набавке је **20.290.000,00** динара без ПДВ-а, односно **24.348.000,00** динара са ПДВ-ом.

Критеријуми за доделу уговора:

За партију 4, додела уговора извршиће се применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“.

У случају да после спроведеног рангирања понуда постоји две или више прихватљивих понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће применити **помоћни критеријум – краћи рок испоруке**, а ако имају исту понуђену цену и исти рок испоруке, биће изабрана понуда са **краћим роком за квалитативни пријем**.

Позив за подношење понуда бр. 9452–20 од 23.12.2015. године објављен је на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. Рок за подношење понуда је био 25.01.2016. године до 10.00 часова. Због извршених измена и допуна конкурсне документације, у складу са чланом 63. став 5. Закона, наручилац је продужио рок за подношење понуда, до 28.01.2016. године до 10:00 часова. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено је на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Јавно отварање понуда обављено је дана 28.01.2016. године, са почетком у 10.15 часова. У вези јавног отварања понуда сачињен је записник о јавном отварању понуда, заведен под бр. 61–48 од 28.01.2016. године.

Наручилац је, на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, бр. 61-66 од 07.03.2016. године, донео Одлуку о додели уговора, бр. 61-67 од 07.03.2016. године, којом је за партију 4 уговор доделио понуђачу „Engel“ д.о.о., из Новог Сада.

Понуђач „Medicoline“ д.о.о., из Ниша (у даљем тексту: подносилац захтева), поднео је **Захтев за заштиту права**, бр. 42/16 од 17.03.2016. године, заведен код наручиоца под бр. 61-72 од 18.03.2016. године.

Дана 10.03.2016. године, од стране подносиоца захтева извршен је увид у документацију у поступку јавне набавке добара 104/14, за партије број 1 и 4, о чему је сачињена Службена забелешка, бр. 61-70 од 10.03.2016. године.

Увидом у Захтев за заштиту права подносиоца захтева, утврђено је да је предмет истог Одлука бр. 61-67 од 07.03.2016. године.

Решењем бр. 61-81 од 23.03.2016. године, **наручилац је усвојио Захтев за заштиту права** понуђача „Medicoline“ д.о.о., из Ниша, јер је констатовано да постоје објективни докази о испуњавању техничке карактеристике, **изузев за део карактеристике који се односи на аутоматско подешавања амплитуде сигнала**, а која је предмет Захтева за заштиту права подносиоца захтева.

Комисија је извршила поновну стручну оцену понуда за партију 4 - ЕКГ апарат троканални, по следећем:

- **Битни елементи понуде** који су утврђени конкурсном документацијом, а исти су за све понуђаче, су следећи:
 - понуда важи **најмање 90 дана** од дана отварања понуда;
 - рок испоруке је **највише 70 дана** од дана обостраног потписивања уговора;
 - рок квалитативног пријема је **највише 80 дана** од дана обостраног потписивања уговора;
 - гарантни рок је **најмање 24 месеци** од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему;
 - рок плаћања је **30 дана** од дана завођења записника о квантитативном и квалитативном пријему добара.
- Понуда понуђача „Engel“ д.о.о., из Новог Сада, за уређај **Multi-channel ECG EM-301**, произвођача **Shenzhen ECGMAC Medical Electronics Co., Ltd., Кина**, је без битних недостатака и понуђена цена од **1.095.578,00** динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

У складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), понуђачу је дана 24.02.2016. године, упућен захтев за додатним објашњењем понуде из следећег разлога:

У понуди је, као доказ испуњавања техничких карактеристика из тачке 17. тражених техничких карактеристика, достављена копија прилога оригиналног каталога произвођача (*Appendix A Packaging and Accessories*), у којој се, између осталог, наводи:

„Limb electrodes (clamp) 1
Chest electrodes (suction ball) 1“.

Тражено је да понуђач појасни шта означавају наведени неименовани бројеви.

Понуђач је одговорио да се Limb electrodes (clamp) 1 односи на једно паковање електрода екстремитета (у паковању се налазе четири електроде), а Chest electrodes (ball) 1 се односи на једно паковање сукционих електрода (у паковању се налази шест електрода).

У складу са чланом 79. Закона и сходно условима из конкурсне документације, понуђачу је дана 26.02.2016. године, упућен захтев за достављањем доказа о испуњености услова, односно да достави на увид оригинал или оверене фотокопије изјаве произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 (седам) година од момента испоруке, као што је захтевано конкурсном документацијом.

Понуђач је дана 03.03.2016. године доставио тражени доказ.

Поновном стручном оценом техничких карактеристика, констатовано је да је понуда **неодговарајућа**, због неиспуњавања свих тражених техничких карактеристика под тачком 5 у партији 4:

тражено: подешавање амплитуде ЕКГ сигнала: 5-10-20 mm/mV и аутоматски
понуђено: 2,5-5-10-20 mm/mV

Понуда је без битних недостатака, понуђена цена је у оквиру процењене вредности, али је **неодговарајућа** и из тог разлога је оцењена као **неприхватљива**.

➤ Понуда понуђача „TPS Technomed“ д.о.о., из Београда, за уређај **CARDIPIA 400**, произвођача **TRISMED CO., LTD., Јужна Кореја**, је без битних недостатака, али је **неодговарајућа**, због неиспуњавања/недостатка доказа за тражене техничке карактеристике, под следећим тачкама:

2. тражено: батерија за мин. 3 сата рада апарата;

понуђено: батерија за 2 сата рада апарата;

7. тражено: интегрисан ЕКГ дисплеј са приказом следећих параметара:

- мин. 3 ЕКГ канала
- срчана фреквенца
- сигнализатор лоше постављене електроде
- актуелна брзина и амплитуда ЕКГ-а
- статус филтера

понуђено: не постоји адекватан објективни доказ; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;

10. тражено: могућност подешавања више различитих формата штампе

понуђено: не постоји адекватан објективни доказ; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;

14. тражено: QRS Веерг (звучно регистровање сваког QRS комплекса)

понуђено: не постоји адекватан објективни доказ; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику;

17. **тражено:** сваки апарат мора да садржи комплетан стандардни прибор за рад:

- 10-жилни ЕКГ пацијент кабл са интегрисаном заштитом од дефибрилације пацијента
- пракордијалне електроде пумпице, 6 ком
- екстремитентне електроде/штипаљке, 4 ком
- ЕКГ папир, 3 ролне
- мрежни кабл
- гел, 1 ком

понуђено: не постоји адекватан објективни доказ за тражену карактеристику; увидом у комплетан садржај понуде, комисија нигде у достављеној документацији, предвиђеној конкурсном документацијом за доказивање захтеваних техничких карактеристика, није уочила објективне доказе за наведену карактеристику.

Понуђена цена од **3.366.000,00** динара без ПДВ-а је **виша** од процењене вредности за дату партију.

С обзиром да је понуда **неодговарајућа** и понуђена цена је **изнад** процењене вредности за дату партију, оцењена је као **неприхватљива**.

➤ Понуда понуђача „**Arena Meding**“ д.о.о., из Београда, за уређај **MAC 600 ECG**, произвођача **GE Medical Systems Information Technologies, SAD**, је без битних недостатака и одговарајућа, али је понуђена цена од **1.838.672,00** динара без ПДВ-а **виша** од процењене вредности за дату партију.
Из тог разлога понуда је оцењена као **неприхватљива**

➤ Понуда понуђача „**Medical Shop**“ д.о.о., из Новог Сада, за уређај **CardiMax FX 7202**, произвођача **FUKUDA DENSHI CO., LTD., Јапан**, је без битних недостатака и одговарајућа, али је понуђена цена од **4.158.000,00** динара без ПДВ-а **виша** од процењене вредности за дату партију.
Из тог разлога понуда је оцењена као **неприхватљива**

➤ Понуда понуђача „**Medtech**“ д.о.о., из Београда, за уређај **SonoScape Company LTD**, је **са битним недостацима**, јер у понуди није достављена тражена документација и то:
- важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране АЛИМС-а;
оригинална проспектна документација и техничка спецификација понуђеног добра (*technical data sheet*);
- оригинална изјава произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 (седам) година од момента испоруке;

Понуђена цена од **1.496.000,00** динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

У складу са чланом 93. став 1. Закона, понуђачу је дана 10.02.2016. године, упућен захтев за додатним објашњењем понуде из следећег разлога.

У понуди је достављена копија картона депонованих потписа, издатог дана 05.05.2014. године. С обзиром да је јавно отварање понуда одржано дана 28.01.2016.

године, а услов из конкурсне документације у вези средстава финансијског обезбеђења био је, између осталог, достављање копије важећег картона депонованих потписа овлашћених лица код банке, оверене оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија од месец дана од дана отварања понуда), потребно је било да понуђач појасни да ли је картон депонованих потписа био важећи и на дан отварања. Уколико јесте, тражено је да достави копију истог картона са датумом који је у складу са условима из конкурсне документације.

Понуђач је потврдио да је картон депонованих потписа био важећи и на дан отварања и доставио је у прилогу копију истог картона оверену од стране банке, са датумом који је у складу са условима из конкурсне документације.

С обзиром да понуда садржи битне недостатке, оцењена је као неприхватљива.

- Понуда понуђача „Medicoline“ д.о.о., из Ниша, за уређај CM600, произвођача Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Кина, је без битних недостатака и понуђена цена од 1.738.000,00 динара без ПДВ-а је у оквиру процењене вредности за дату партију.

У складу са чланом 93. став 1. Закона, понуђачу је дана 19.02.2016. године, упућен захтев за додатним објашњењем понуде из следећег разлога:

За доказивање карактеристика из ставке 7. тражених техничких карактеристика, понуђач се позивао на страну 2 из каталога, где није било евидентно испуњавање свих захтеваних параметара (изузев за приказ мин. 3 ЕКГ канала на дисплеју), па је било потребно да појасни где се у понуди може наћи објективан доказ да понуђени уређај поседује интегрисан ЕКГ дисплеј са приказом осталих параметара:

- срчана фреквенца,
- сигнализатор лоше постављене електроде,
- актуелна брзина и амплитуда ЕКГ-а,
- статус филтера.

Понуђач је одговорио у предвиђеном року, односно дао адекватна додатна појашњења, на основу којих се могло констатовати испуњавање техничких карактеристика из ставке 7. тражених техничких карактеристика, па је понуда оцењена као одговарајућа.

Понуда је без битних недостатака, одговарајућа и понуђена цена је у оквиру процењене вредности.

Из ових разлога понуда је оцењена као прихватљива.

На основу извештаја комисије о поновној стручној оцени понуда, одлучио сам као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

СЂ/лок. 32-533

ДИРЕКТОР
Драгиша Дабетин

6