



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Бр. 73 - 36  
18.05.2016. године

Одговор заинтересованом лицу у вези са припремањем понуде,  
д о с т а в љ а.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 16.03.2016. године у 10.31 часова, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 68/15 Дијагностички агенси**, по следећем:

„Да ли бисте били љубазни да нам дате појашњења у вези са јавном набавком 68/15 и то на следећа питања:

1. Колике су процењене вредности за све партије?
2. У партији број 49. секундарна антитела погодна за индиректну имунофлуоресценцу антихумана, специфична за IgG, FITC, тражена је неубичајено велика количина од 600ml па нас занима да није можда грешка?
3. У партији број 203. тражи се серум говеђи, можете ли нам дати мало детаљнији опис. Такође које је паковање у питању?
4. У партији број 209. RPMI за културу са L-glutaminom, које је паковање у питању, од колико милилитара?“

**НАРУЧИЛАЦ** Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

1. Процењене вредности за ову јавну набавку се неће објављивати.

2. **Партија 49** - НИЈЕ дошло до грешке у траженој количини добра. У партији 49 тражи се количина од **600 (шест стотина)** милилитара секундарних антитела обележених FITC-ом, која треба бити испоручена у две транше. Количина од 600 милилитара је захтевана из разлога јер се ради о неконцентрованом реагенсу спремном за употребу без додатног разблаживања (*“Ready to use”*).

Ради разјашњавања захтеване количине и додатног прецизирања техничких карактеристика траженог добра, актуелну спецификацију (*“Sekundarna antitela pogodna za indirektnu imuno fluorescencu antihumana, specifična za IgG, Fitec antitela”*) допуњавамо на следећи начин: *“Sekundarna antitela pogodna za indirektnu imuno fluorescencu antihumana, specifična za IgG, Fitec antitela, spremna za upotrebu bez dodatnog razblaživanja (“Ready to use”), visoko prečišćena i sa niskim stepenom pozadinske fluorescence”*.

У техничкој документацији за партију 49, у колони "Квалитет" допуњава се актуелни садржај (*“Sertifikat proizvođača o kvalitetu”*) на следећи начин:

*“Sertifikat proizvođača o kvalitetu i fotografije najmanje četiri tipa jedarnih (homogeni tip, mrljasti tip, nukleolusni tip, centromerni tip) i najmanje dva tipa citoplazmatskih (mitohondrijalni*

tip, Goldži aparat) fluoroskopskih obrazaca bojenja, učinjenih korišćenjem traženog dobra na substratu Hep-2 ćelija i fotografisanih na uveličanju od najmanje x200".

**3. Партија 203** – тражено је 2000ml говеђег серума, Институт за микробиологију ВМА нема посебне захтеве по питању паковања тражене количине. Осим траженог важећег Решења АЛИМС-а, крајњи корисник Институт за микробиологију ВМА не захтева друге посебне услове за квалитет предметног добра.

**4. Партија 209** – RPMI за културу са L-glutaminom, без натријум-бикарбоната, са фенол црвеним, тражено је паковање које садржи 10,388 грама, а служи за прављење 1 литра подлоге. Из наведеног разлога јединица мере је комад.

МН ВН

Достављено:  
-на Портал ЈН  
-на Портал МО  
-у омот предмета

ДИРЕКТОР  
Драгиша Дабећ