



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**  
Војномедицинска академија

Бр. 6095 - 12

01 JUL 2016

На основу члана 107 и 108. Закона о јавним набавкама РС ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15, на даље: Закон), д о н о с и м:

**О Д Л У К У**  
о додели уговора

У отвореном поступку јавне набавке, предвиђен у плану набавки Министарства одбране за 2016. годину, на позицији 1.1.239, набавка добра, FULL HD стуб за ендоскопску хирургију синуса, за потребе Војномедицинске академије Београд, ознака из ОРН: 33168000, укупне процењена вредност 7,500,000 РСД, без ПДВ, редни број 247/2016:

1. Сходно Закону, применом критеријума најнижа понуђена цена, закључити уговор за испоруку добра, са привредним друштвом чија понуда нема битних недостатака, одговарајућа је и прихватљива:

- 1.1. Понуђач Ranex д.о.о. Београд  
Понуда број 216192 од 29.06.2016. године  
Укупна вредност понуде без ПДВа: 7,448,764.00 РСД  
Укупна вредност понуде са ПДВом 8,938,516.80 РСД  
Монтажа, инсталација и пуштање у рад је гратис  
Обука неограниченог броја лица крањег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места, при инсталацији, у трајању од 10 дана је гратис.  
Понуда важи: 90 дана  
Рок за квантитативни пријем: 60 дана од дана закључења уговора  
Рок за квалитативни пријем: 70 дана од дана закључења уговора.  
Гарантни рок: 12 месеци од дана завођења записника о квалитативном пријему.  
Плаћање је 30 дана од дана завођења записника о квалитативном пријему

2. Одлуку о додели уговора, објавити на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца, у року од три дана од дана доношења.

**Образложење**

- 1) На основу захтева Сектора за лечење Војномедицинске академије бр. 5577-2 од 13.05.2016. године, а за потребе корисника у саставу ВМА Београд, неопходно је набавити добро, FULL HD стуб за ендоскопску хирургију синуса, следеће спецификације:
  - 1.1. FULL HD контролна јединица камере са интегрисаним модулом за снимање (ICM) видео записа и слика на екстерни хард диск (USB конекција), са прибором:

- 1.2. Full HD трочипна глава камере са минимум два тастера за контролу процесора камере и осталих прикључних апарата и интегрисаним парафокалним зоом-ом
- 1.3. HD LCD професионални медицински монитор
- 1.4. Извор хладног светла са LED лампом
- 1.5. Фиброоптички светлосни кабал дужине минимум 230cm дијаметар максимум 3,5mm, аутоклавабилан.
- 1.6. Мобилна колица за видео систем са апаратима за ендоскопију, са 4 точкића, минимум 3 (три) полице са фиоком, држач главе камере, држач главног монитора са опсегом окретања 360°.
- 1.7. ОПТИКА за ФЕСС, угао гледања 0°, дијаметар максимално 4mm, дужина 18cm, аутоклавабилна.
- 1.8. Ручица за употребу са телескопима дијаметра 4mm, заобљена, дужина око 11cm.
- 1.9. ОПТИКА за ФЕСС, угао гледања 30°, дијаметар максимално 4mm, дужина 18cm, аутоклавабилна.
- 1.10. ОПТИКА за ФЕСС, угао гледања 45°, дијаметар максимално 4mm, дужина 18cm, аутоклавабилна.
- 1.11. Хватаљка са сукционим каналом, за бипларну коагулацију параназалних синуса, закривљена на горе 45°, дужина 12-13cm, са биполаним каблом за постојећу ValleyLab електохируршку јединицу.
- 1.12. Српасте ножић, зашиљен, дужина мин. 19cm.
- 1.13. Кирета за фронтални синус, закривљена 55°, овална, дужина мин. 19cm.
- 1.14. Проба за тражење ушћа максиларног синуса, обострано лоптаста промера око 1,2mm и 2,0mm, мин. дужине 19cm.
- 1.15. Елеватор, обострани, са једне стране благо наоштрен, са друге туп, градуиран, дужина мин. 20cm.
- 1.16. Сукциона туба са мандреном и рупом за прекидање сукције, кратка кривина, промера мин. 9 Френча, дужина мин. 10cm, градуирана.
- 1.17. Сукциона туба за антрум, са кратком кривином, промера 4mm, дужине мин. 12cm.
- 1.18. Антрум хватаљка, чељуст закривљене на доле, фиксна чељуст закривљена 90°, отварајућа чељуст са отварањем уназад 120°, са прикључком за чишћење, радна дужина мин. 10cm.
- 1.19. Назална хватаљка по Blakesley, савијена на горе 45°, са прикључком за чишћење, радна дужина мин. 13cm.
- 1.20. Назална хватаљка по Blakesley, са прикључком за чишћење, радна дуж мин. 13cm.
- 1.21. Грицкалица (панч) за антрум, сечење уназад са леве стране, са прикључком за чишћење, радна дужина мин. 10cm.
- 1.22. Грицкалица (панч) за антрум, сечење уназад са десне стране, са прикључком за чишћење, радна дужина мин. 10cm.
- 1.23. Назална хватаљка за сечење, права, са прикључком за чишћење, радна дужина мин. 13cm.
- 1.24. Грицкалица (панч) са кружним сечењем за сфеноид и етмоид, са прикључком за чишћење, дијаметра 4 до 5mm, радна дужина мин. 18cm.
- 1.25. Назална хватаљка по Blakesley, права, радна дужина мин. 11cm.
- 1.26. Назалне маказе, мали модел, праве, сечиво дужине мин. 12mm, радна дужина мин. 12cm.
- 1.27. Апликатор масти у ткиво, састављен од: ручица, носач шприца, гурач шприца, пластични шприц 10ml (паковање од мин. 25 комада), игла за шприц закривљена, унутрашњег промера макс. 0,9mm, дужина игле од 19- 20cm.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена за понуду у целини.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација, објављени на Порталу јавних набавки УЈН, на интернет страници Министарства одбране РС и на порталу Службеног гласила и базе прописа РС.

Поступак отварања понуда, спороведен у Војномедицинској академији Београд, улица Црнотравска бр. 17, дана 29.06.2016. године, са почетком у 10,15 часова, и завршен истог дана у 10,25 сати.

Отварању понуда је присуствовао представник понуђача Ranex д.о.о. Београд гдин Душко Матијевић, а о истом је сачињен записник са отварања понуда број 6095-10 од 29.06.2016. године

Благовремено, тј. до дана 29.06.2016. год, до 10 сати, приспела је понуда:

дело. број	Назив -шифра понуђача	датум пријема	сат	Број понуде
6095 - 11	Ranex д.о.о. Београд	29.06.2016	9,41	216192

Након отварања, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени достављене понуде, и констатовала следеће:

РБ	Елементи понуде	Понуђачи
		Ranex д.о.о. Београд
1	Укупна вредност понуде, без ПДВа	7,448,764.00 РСД
	Понуда важи	90 дана
	Рок за квантитативни пријем	60 дана
	Рок за квалитативни пријем	70 дана
	Гарантни рок	12 месеци
	Напомена	Понуђач је самостално поднео понуду


- Понуда број 216192 од 29.06.2016. године, понуђача Ranex д.о.о. Београд, нема битних недостатака, одговарајућа је и прихватљива.
- Да се сходно Закону и, применом критеријума најнижа понуђена цена закључити уговор за испоруку FULL HD стуба за ендоскопску хирургију синуса, са привредним друштвом Ranex д.о.о. Београд.

Имајући у виду све поменуто, а на основу предлога коју је Комисија за јавну набавку ВМА дала у извештају, уз претходно потпуно усаглашене ставове, одлучено је као у диспозитиву.

#### ПРАВНА ПОУКА:

Против ове одлуке може се уложити захтев за заштиту права, у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу УЈН. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, све у складу са одредбама члана 148-167 Закона.

MS



ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА  
ПУКОВНИК  
Проф. др Драган ДИЊИЋ

Достављено:  
-уз омот предмета  
Објављено:  
-Портал УЈН