



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 75 - 30
29 JAN 2018 . године
Београд

У предмету јавне набавке добара бр. 25/17 - Систем за праћење пацијента са централном јединицом, на основу члана 108. став 1., а у вези члана 107. став 1. и 3., Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон) и на основу члана 15. Уредбе о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника („Сл. гласник РС“ бр. 102/11, 37/12 и 107/12), директор наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, доноси

О Д Л У К У

1. **Одбија се** понуда понуђача „Medicom“ д.о.о., Поцерска бр.3, Шабац као **неприхватљива** јер има битан недостатак и јер је неодговарајућа.
2. **Одбија се** понуда понуђача „Drager tehnika“ д.о.о. Београд, ул. Данијелова бр. 12-16 као **неприхватљива** јер је неодговарајућа.
3. **Одбија се** понуда понуђача „Medicoline“ д.о.о. Ниш, ул. Рајићева бр. 36 јер је неодговарајућа:
4. Одлуку о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на Интернет веб апликацији „Јавне набавке у МО и ВС“ у року од 3 (три) дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е: На основу Одлуке о покретању поступка Наручиоца Фонда за социјално осигурање војних осигураника Крунска бр. 13, Београд Бр. 86-3 од 24.07.2017. године, за набавку добара број 25/17, комисија образована Решењем Бр. 86-4 од 24.07.2017. године, Решењем о измени решења о образовању комисије Бр. 86-6 од 03.08.2017. и Решењем о измени решења о образовању комисије Бр. 75-26 од 26.01.2018. године је је спровела јавну набавку у отвореном поступку.

Предмет јавне набавке бр. 25/17, су добра: **Систем за праћење пацијента са централном јединицом.**

Процењена вредност јавне набавке је **11.735.500,00** динара без ПДВ-а, односно **14.082.600,00** динара са ПДВ-ом.

Предмет набавке се налази на редном броју 3)1 Плана јавних набавки Фонда за СОВО. Новчана средства су обезбеђена финансијским планом Фонда за СОВО: konto

економске класификације - 5125, извор финансирања „03“ – средства од доприноса војних осигураника.

Критеријум за доделу уговора је "најнижа понуђена цена".

Позив за подношење понуда бр. 86-19 објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 31.08.2017. године.

Рок за подношење понуда је био 21.09.2017. године до 10:00 часова.

Благовремено, у наведеном року пристигле су понуде понуђача :

Број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Сат
86-37	„Medicom“ д.о.о. Шабац, ул. Поцерска бр. 3	20.09.2017.	08.29
86-38	„Medicoline“ д.о.о. Ниш, ул. Рајићева бр. 36	21.09.2017.	09.23
86-39	„Drager tehnika“ д.о.о. Београд, ул. Данијелова бр. 12-16	21.09.2017.	09.41

Неблаговремених понуда није било.

Поступак јавног отварања понуда одржан је дана 21.09.2017. године у 10.15 сати у присуству комисије и овлашћених представника понуђача о чему је сачињен Записник о отварању понуда (бр. 86-40 од 21.09.2017. године).

Вредност достављених понуда без ПДВ-а:

MEDICOM	MEDICOLINE	DRAGER TEHNIKA
8.000.000,00 динара	10.930.000,00	8.640.000,00

Комисија је извршила оцену понуда о чему је сачињен Извештај о стручној оцени понуда бр.86-44 од 27.10.2017. године и на основу истог донета је Одлука о додели уговора бр. 86-45 од 27.10.2017. године којом је уговор додељен понуђачу „Medicoline“ из Ниша.

Након објављивања напред наведене Одлуке, понуђач „Drager tehnika“ д.о.о. из Београда је поднео Захтев за заштиту права бр. 86-49 од 06.11.2017. године, којим је оспорена оцена понуде изабраног понуђача, у делу који се односи на техничке карактеристике пацијент монитора Comen C90.

Одлучујући о поднетом Захтеву за заштиту права, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки донела је Решење Бр. 4-00-1483/2017 од 11.12.2017. (примљено у Фонду за СОВО 03.01.2017. године) којим се делимично поништава поступак јавне набавке и налаже наручиоцу да поново спроведе фазу стручне оцене понуда, уз посебну напомену да је наручилац дужан да поновну оцену понуда изврши с обзиром на чињенично стање утврђено прибављањем писаних информација и појашњења непосредно од произвођача пацијент монитора Comen C90.

С обзиром да наручилац, Фонд за СОВО као организациона јединица Министарства одбране, а сходно Директиви о начину рада и поступања у извршавању послова из надлежности Министарства одбране нема могућност непосредне комуникације са иностранством, актом бр. 75-8 од 12.01.2018. године, Сектору за финансије и контролинг Министарства одбране као надређеном сектору прослеђено је питање за произвођача пацијент монитора Comen C90 ради прослеђивања надлежној организационој јединици. Такође, узевши у обзир законске рокове за доношење Одлуке, наручилац се и актом бр. 75-14 од 19.01.2018. године директно обратио и Сектору за политику одбране Министарства одбране, као надлежној организационој јединици, ради добијања мишљења о могућности непосредне комуникације са произвођачем пацијент монитора Comen C90. Након добијања сагласности 24.01.2018. године за непосредну писану комуникацију са произвођачем пацијент монитора Comen C90 за потребе прибављања информација о техничким карактеристикама понуђеног добра, упућен је акт бр. 75-23 од 25.01.2018. године произвођачу - фирми SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD, Кина.

У циљу поновне стручне оцене понуда наручилац се обратио свим учесницима у поступку да се изјасне да ли продужавају рок важења својих понуда с обзиром да је исти истекао.

Сви понуђачи су доставили изјаве о продужавању рока својих понуда и то:

1. „Drager tehnika“ д.о.о. Београд, - продужење рока до 30.03.2018. године
2. „Medicom“ д.о.о. Шабац - продужење рока до 28.02.2018. године и
3. „Medicoline“ д.о.о. Ниш - продужење рока до 28.02.2018. године.

Наручилац се због немогућности непосредне комуникације са произвођачем понуђеног пацијент монитора Comen C90, чекајући став надлежних организационих јединица Министарства одбране по овом питању, а ради поновне стручне оцене понуда обратио АЛИМС-у ради достављања **копије важећег одобреног упутства за употребу** за добро **Multi – Parameter Patient Monitor Model : C30; C70; C80; C90** произвођача **SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD** за које је у понуди понуђача „Medicoline“ д.о.о. из Ниша достављено Решење о упису у Регистар медицинских средстава број **515-02-02705-16-001** од **02.03.2017. године**, који је уједно и носилац уписа.

Копије важећих одобрених упутстава за употребу за моделе C90 и C30 достављене су 25.01.2018. године.

Такође, од понуђача „Medicoline“ д.о.о. из Ниша је тражено додатно појашњење понуде у делу који се односи на следеће оспорене техничке карактеристике понуђеног **Пацијент монитора C90:**

1. Тежина пацијент монитора C90 (Тежина монитора мора да буде до 7 (седам) кг ради лакшег транспорта);

2. Могућност подршке за термални штампач са три канала или више;
3. Могућност уградње додатне батерије у кућиште монитора која обезбеђује још 4 часа рада (укупно 8 часова уз две батерије).

Као додатно појашњење наведених техничких карактеристика, тражено је да се достави:

- на увид оригинал или оверену копију **фабричке произвођачке техничке спецификације** понуђеног добра (*technical data sheet*);
- адресу – веб страницу званичног сајта произвођача (обавезно приложити штампани извод оних делова сајта – доказа којима се потврђују тражене техничке карактеристике). Уколико тражене карактеристике није могуће наћи на веб страници званичног сајта произвођача, навести адресу – веб страницу на којој су наведене тражене техничке карактеристике.
- Копију **важећег одобреног упутства за употребу** које је достављено АЛИМС-у приликом регистрације/ обнове уписа медицинског средства. Свака страна упутства треба да буде нумерисана и оверена печатом носиоца дозволе.

Понуђач „Medicoline“ д.о.о. из Ниша је 22.01.2018. године доставио додатно појашњење и то:

- важеће одобрено упутство за употребу које је достављено АЛИМС-у приликом регистрације/ обнове уписа медицинског средства,
- *technical data sheet* и
- изјаву произвођача у вези наведених техничких карактеристика (понуђач је доставио иако није тражена).

С обзиром да до 29.01.2018. године није достављен одговор произвођача Пацијент монитора С90 **SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD**, Комисија је извршила поновну стручну оцену понуда на основу понуда и документације достављене за потребе поновне стручне оцене на следећи начин:

1. Понуђач Medicom d.o.o., Шабац :

У понуди нису достављени: докази о испуњености обавезних и додатних услова; важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава; попуњен оригиналан образац понуде- део 6. конкурсне документације (образац је делимично попуњен); несумњив и неспоран доказ да понуђено добро одговара траженој техничкој спецификацији (оригинална проспектна документација и фабричка произвођачка техничка спецификација понуђених добара (*technical data sheet*) или адреса – веб страница сајта или оригинална изјава произвођача или инозаступника за Европу или упутство за употребу); модел уговора (прва страна модела уговора није попуњена, а последња страна није оверена печатом и потписом); изјаву произвођача понуђеног добра да ће бити обезбеђена производња резервних делова и техничко-потрошног материјала за понуђена добра најмање 7 година од момента квалитативног пријема; инструменте финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Понуда садржи битан недостатак, неодговарајућа је и не прелази износ процењене вредности.

Комисија констатује да је понуда понуђача Medicom d.o.o. Шабац неприхватљива.

2. Понуђач „Medicoline“ д.о.о. Ниш, ул. Рајићева бр. 36 је дао понуду број 318-17 од 19.09.2017. године:

Конкурсном документацијом тражено је:

1. Монитор мора да поседује ручку за ношење и уграђене куке за качење на кревет и држаче за зид. Тежина монитора мора да буде до 7 (седам) кг ради лакшег транспорта.

- У понуди и у додатном појашњењу понуђач је доставио technical data sheet у коме се наводи тежина Пацијент монитора С90 од 7 кг (стандардна конфигурација). Такође наведено је да стандардну конфигурацију чини С30 модул.
- У спецификацији производа наведеној у упутству за употребу за пацијент монитор С90 достављеном из АЛИМС-а и од понуђача, наведено је да тежина пацијент монитора С90 износи 9 кг (без батерије и модула).
- У изјави произвођача коју је доставио понуђач „Medicoline“ д.о.о. Ниш наводи се да **тежина монитора С90 наведена у упутству за употребу подразумева и тежину транспортног монитора С30**, а да без истог, батерије и модула тежи 7кг.
- Транспортни монитор С30 не наводи се у упутству за употребу за пацијент монитор С90 већ има сопствено упутство за употребу које је наручиоцу достављено од АЛИМС-а и у истом је наведено да **тежина монитора С30 износи 1,5 кг.**

На основу свега наведеног комисија закључује да понуђени пацијент монитор не испуњава тражену техничку карактеристику.

2. Струјно и батеријско напајање. Монитор мора да поседује минимум једну интерну батерију, која обезбеђује минимум 4 (четири) сата аутономног рада.

- У понуди понуђач је доставио technical data sheet у коме се наводи да пацијент монитор поседује литијум јонску батерију капацитета 4000мА која обезбеђује 4 сата непрекидног рада
- У спецификацији производа наведеној у упутству за употребу за пацијент монитор С90 достављеном из АЛИМС-а и од понуђача наведено је да уређај поседује литијум јонску батерију капацитета 4000мА која може трајати најмање 2 сата у случају потпуно напуњене батерије и нормалне употребе.

На основу свега наведеног комисија закључује да понуђени пацијент монитор не испуњава тражену техничку карактеристику.

3. Могућност уградње додатне батерије у кућиште, која обезбеђује још 4 часа рада (укупно 8 часова уз 2 батерије).

- У понуди и додатним појашњењем понуђач је доставио technical data sheet у коме се наводи могућност опционог рада са две батерије у трајању од 8 сати
- У спецификацији производа наведеној у упутству за употребу достављеном из АЛИМС-а и од понуђача није наведено да ли уређај подржава још једну батерију
- У изјави произвођача коју је доставио понуђач „Medicoline“ д.о.о. Ниш наведено је да по захтеву купца може да се угради додатни слот за батерију с којом би уређај радио укупно 8 сати са две батерије.

На основу свега наведеног комисија закључује да понуђени пацијент монитор не испуњава тражену техничку карактеристику.

4. Могућност уградње термалног штампача са три канала или више.

- У понуди и додатним појашњењем понуђач је доставио technical data sheet у коме је наведено да уређај поседује уграђен термални штампач са три канала
- У спецификацији производа наведеној у упутству за употребу достављеном из АЛИМС-а и од понуђача наведен је штампач као опција за куповину који прати таласне облике на 2 канала.
- У изјави произвођача коју је доставио понуђач „Medicoline“ д.о.о. Ниш наведено је да термални штампач може да штампа и 2 и 3 таласна облика, по избору корисника.

На основу свега наведеног комисија закључује да понуђени пацијент монитор не испуњава тражену техничку карактеристику.

Понуда не садржи битне недостатке, неодговарајућа је и не прелази износ процењене вредности.

Комисија констатује да је понуда понуђача „Medicoline“ д.о.о. Ниш неприхватљива.

3. Понуђач „Drager tehnika“ д.о.о. Београд, ул. Данијелова бр. 12-16 је дао понуду број 2305/17 од 26.05.2017. године по следећем:

Конкурсном документацијом у делу 6-I-4 Централни мониторинг систем тражено је: **240 h** потпуног приказа таласних облика за све параметре. Понуђен је апарат који бележи 72 часа таласних облика.

Конкурсном документацијом у делу 6-I-4 Пацијент монитор тражено је: Монитор мора да поседује дисплеј у боји, touchscreen, **мин. 17 инча** високе резолуције (800x600 или више). Понуђен је монитор величине **15 инча**.

Конкурсном документацијом у делу 6-I-4 Пацијент монитор тражено је:

Праћење EKG :

- **Детекција најмање 22 типа аритмије**

Понуђен је апарат које детектује **до 16 типова аритмије**.

Конкурсном документацијом у делу 6-I-4 Пацијент монитор тражено је: Меморисање **минимум 100 алармних догађаја** и 100 аритмија. Понуђен је апарат који **меморише 60 алармних догађаја**.

Понуда не садржи битне недостатке, неодговарајућа је и не прелази износ процењене вредности.

Комисија констатује да је понуда понуђача „Drager tehnika“ д.о.о. Београд неприхватљива.

Комисија је констатовала да се нису стекли **услови за доделу уговора** и дала је следећи предлог:

1. Да се на основу члана 107 став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” бр. 124/12, бр. 14/15 и бр.68/15) одбију неприхватљиве понуде понуђача:


- „Medicom“ д.о.о., Шабац
- „Drager tehnika“ д.о.о., Београд.
- „Medicoline“ д.о.о. Ниш

2. Да се обавештење о обустави поступка објави у року од пет дана од дана закључења уговора на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs.

На основу извештаја о стручној оцени понуда (бр. 75-29 од 29.01.2018. године), одлучено је као у диспозитиву.

Правна поука: против ове одлуке понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

ВИ



ДИРЕКТОР
ПОТПУКОВНИК
др. Радан Костић

Достављено:

- на Портал ЈН,
- на Интернет веб апликацију „Јавне набавке у МО и ВС”,
- у омот предмета.