



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 76 - 18
25 -01- 2018 године
Београд

Одговоре заинтересованим лицима
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересована лица су на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 22.01.2018. године, доставила захтеве за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за **ЈН бр. 41/17- Периметар и шпалт лампе.**

1. Прво заинтересовано лице је доставило захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, по следећем:

„С обзиром да се техничком спецификацијом за Периметар, партија бр. 1 поступило противно члану 36. Закона о јавним набавкама у коме се каже да „Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу“, тражимо да техничку спецификацију измените и прилагодите и другим добрима, односно да не фаворизујете само одређеног понуђача, противно Начелу обезбеђивања конкуренције.

У тачки бр. 1 Стандардна аутоматска периметрија SAP и Pulsar, као и у тачки бр. 4 Стратегија тестирања: Top Pulsar, на овај начин навели сте име бренда Haag Streit, чиме сте јавну набавку лимитирали само на одређеног понуђача односно произвођача.

Захтевамо да измените техничку спецификацију у тачки 1 и тачки 4 партије бр. 1 и да омогућите учешће већег броја понуђача, односно да се укључи и могућност понуде Периметрије покрета засноване на детекцији покрета уместо само на светлосној перцепцији, без искључивог навођења Pulsar.

У техничкој спецификацији за партију бр. 2 Биомикроскоп (шпалт лампа) захтевамо да измените тачку 9 у делу латерални покрети на +9 како бисте омогућили учешће већег броја понуђача квалитетне офталмолошке опреме а у складу са процењеном вредношћу ове партије.

Покрети дубина $113\text{mm} \pm 8\text{mm}$, тражимо да измените техничку спецификацију на од 78-113mm покрете у дубини и проширите број понуђача који би могли да понуде адекватан апарат, проверене техничке функционалности, сходно Начелу обезбеђивања

конкурвенције.

У тачки 13, Резервна лампа (2 ком. по шпалт лампи) тражимо да измените на 1 ком. резервне лампе јер произвођачи обезбеђују по 1 ком. резервне сијалице и то представља уобичајену праксу.

Унапред хвала.“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

Извршиће се измена конкурсне документације, у делу:

- 6.1.4-1 конкурсне документације- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- ПАРТИЈА 1 „Kompjuterizovani perimetar“, тако да:

- техничка карактеристика под редним бр. 1 гласи: „Standardna automatska perimetrija (skraćeno „SAP“) i perimetrija pokreta zasnovana na detekciji pokreta ili zasnovana na svetlosnoj percepciji“;
- техничка карактеристика под редним бр. 4 гласи: „Mogućnost brzog testiranja za maksimalno 3 minuta“.

- 6.1.4-2 конкурсне документације- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- ПАРТИЈА 2 „Biomikroskop (špalt lampa) sa aplanacionim tonometrom“, тако да:

- техничка карактеристика под редним бр. 9 гласи:
 - „Pokreti:
 - vertikalni: amplituda pokreta od 20 mm-26mm
 - lateralni 107 mm ± 9mm
 - dubina 78 mm-113mm
 - horizontalni fini 9mm ± 1 mm“;
- техничка карактеристика под редним бр. 13 гласи:
 - „Standardna oprema (komplet):
 - 1. Rezervna lampa (1 kom. po špalt lampi)
 - 2. Osigurači (2 kom. po špalt lampi)“.

2. Друго заинтересовано лице је доставило захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, по следећем:

„На страни 35. Конкурсне документације 6.1.4.-2. Техничка спецификација- Партија 2 „Биомикроскоп (шпалт лампа) са апланационим тонометром“ у тачки 10. наводите Извор снаге 100-240V, молимо Вас да тражену техничку карактеристику измените на 100-220 V јер је као таква европски стандард и тиме дозволите већем броју понуђача да учествују у јавној набавци.“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

Извршиће се измена конкурсне документације, у делу 6.1.4-2 конкурсне документације- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да

поседује)- ПАРТИЈА 2 „Biomikroskop (špalt lamp) sa aplanacionim tonometrom“, тако да техничка карактеристика под редним бр. 10 гласи: „Izvor snage: 100-220V, 50-60Hz“.

Измене конкурсне документације ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

АЛ.-



Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.