



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 76 - 35
29 - 01 - 2018 године
Београд

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 25.01.2018. године, доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за **ЈН бр. 41/17- Периметар и шпалт лампе**, по следећем:

„Поштовани,

У оквиру 6.1.4.-1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 1 „Kompjuterizovani perimetar“ тражено је да периметар испуњава специфичне услове, чиме се фаворизује једини регистровани производ таквих карактеристика на нашем тржишту („ОСТОРUS 600“ Basic, произвођача „Haag Streit”), повређују бројна начела Закона о јавним набавкама. Молимо да се изврше следеће измене:

1. Уместо : Standardna automatska perimetrija „SAP“ i „Pulsar“
Да стоји: Standardna automatska perimetrija „SAP“ i „Pulsar“ ili „FTS“ (Flicker Test Strategy).
2. Питање: Strategije testiranja: TOP Pulsar, Normalna i Dinamička
По нама Pulsar није стратегија тестирања већ TOP. Овако наведене стратегије тестирања онемогућавају конкуренцију. Остали произвођачи за Нормалну и Динамичку стратегију располажу са следећим стратегијама: Screening (3-zone, 2-zone), Threshold (Threshold, Fast Threshold, Advanced Threshold), Special (BSV, Flicker), Esterman Test, Kinetic.
Зато молимо да се захтев за Стратегијама тестирања преформулише и да стоји следећи текст: Strategije testiranja: Više različitih strategija.
3. Уместо: Integrisan PC računar sa TFT displejem osetljivim na dodir
Да стоји: PC računar.
4. Уместо: Minimum 3 USB porta (za štampač, miš/tastaturu) i jedan „Ethernet” port
Да стоји: Računar treba da ima dovoljan broj ulaznih priključaka za štampač, miš, tastaturu i jedan „Ethernet“ port.

У оквиру 6.1.4-2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 2 „Biomikroskop (špalt lamp) sa arplanacionim topometrom “, тражено је да периметар испуњава специфичне услове, чиме се

фаворизује један произвођач и смањује конкуренција. Молимо да се изврше следеће измене:

1. Уместо: Lens objektiva: $F=125\text{mm}$
Да стоји: **Žižna daljina sočiva objektiva $F=125\text{mm}$ ili manja.**
2. Уместо: horizontalni fini $9\text{mm}\pm 1\text{mm}$
Да стоји: horizontalni fini $10\text{mm}\pm 2\text{mm}$.
3. Молимо да објасните шта значи карактеристика под редним бројем 11: Povećanje u prenosu svetla 20%?
4. Молимо да објасните шта значи карактеристика под редним бројем 12: Povećanje vidnog polja 10% (odnosi se na širinu vidnog polja)?”

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

Извршиће се измена конкурсне документације, у делу:

- 6.1.4-1 конкурсне документације- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- ПАРТИЈА 1 „Kompjuterizovani perimetar“, тако да:

- техничка карактеристика под редним бр. 1 уместо: „Standardna automatska perimetrija (skraćeno „SAP“) i perimetrija pokreta zasnovana na detekciji pokreta ili zasnovana na svetlosnoj percepciji“, гласи „Standardna automatska perimetrija (skraćeno „SAP“); perimetrija pokreta zasnovana na detekciji pokreta ili zasnovana na svetlosnoj percepciji“;
- техничка карактеристика под редним бр. 4 уместо: „Mogućnost brzog testiranja za maksimalno 3 minuta“, гласи „Strategije testiranja: Mogućnost brzog testiranja za maksimalno 3 minuta“.
- техничка карактеристика под редним бр. 6 уместо: „Integrisan PC računar sa TFT displejem osetljivim na dodir“, гласи „**PC računar**“.
- техничка карактеристика под редним бр. 9 уместо: „Minimum 3 USB porta (za štampač, miš/tastaturu) i jedan „Ethernet“ port“, гласи „**Računar treba da ima minimum 3 USB porta (za štampač, miš/tastaturu) i jedan „Ethernet“ port**“.

- 6.1.4-2 конкурсне документације- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- ПАРТИЈА 2 „Biomikroskop (špalt lampa) sa aplanacionim tonometrom“, тако да:

- техничка карактеристика под редним бр. 2 уместо „Lens objektiva: $F=125\text{ mm}$ “, гласи: „**Žižna daljina sočiva objektiva $F=125\text{ mm}$ ili manja**“
- техничка карактеристика под редним бр. 9 уместо:
„Pokreti:
vertikalni: amplituda pokreta od 20 mm-26mm
lateralni 107 mm $\pm$ 9mm
dubina 78 mm-113mm
horizontalni fini 9mm $\pm$ 1 mm“, гласи:
„Pokreti:
vertikalni: amplituda pokreta od 20 mm-26mm
lateralni 107 mm $\pm$ 9mm
dubina 78 mm-113mm
horizontalni fini 10mm $\pm$ 2 mm“.

Извршене су **измене и допуне конкурсне документације бр. 76-27 од 26.01.2018. године** које су објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца и којим су, између осталог, за партију бр. 2 обрисане из спецификације карактеристике под редним бр. 11 и 12 јер исте не утичу битније на квалитет и потребе офталмолошке службе ЦВМУ Београд.

Измене конкурсне документације ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

АЛ.-

JA m



Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.