



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 76 - 36
29-01-2018 године

Београд

**Измене и допуне конкурсне документације,
д о с т а в љ а.-**

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама врши измену/допуну конкурсне документације за јавну набавку добара **број 41/17- Периметар и шпалт лампе**, по следећем:

- у делу 6.1. конкурсне документације- Образац понуде, у делу:

- 6.1.4-1 конкурсне документације- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- ПАРТИЈА 1 „Kompjuterizovani perimetar“, мења се:

- техничка карактеристика под редним бр. 1, тако да гласи: „Standardna automatska perimetrija (skraćeno „SAP“); perimetrija pokreta zasnovana na detekciji pokreta ili zasnovana na svetlosnoj persepcciji“;
- техничка карактеристика под редним бр. 4, тако да гласи: „Strategije testiranja: Mogućnost brzog testiranja za maksimalno 3 minuta“;
- техничка карактеристика под редним бр. 6, тако да гласи: „PC računar“;
- техничка карактеристика под редним бр. 9, тако да гласи: „Računar treba da ima minimum 3 USB porta (za štampač, miš/tastaturu) i jedan „Ethernet“ port“ (страна бр. 30 конкурсне документације).

- 6.1.4-2 конкурсне документације- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- ПАРТИЈА 2 „Biomikroskop (špalt lamp) sa aplanacionim topometrom“, мења се:

- техничка карактеристика под редним бр. 2, тако да гласи: „Žižna daljina sočiva objektiva F=125 mm ili manja“;
- техничка карактеристика под редним бр. 9, тако да гласи:
„Pokreti:
vertikalni: amplituda pokreta od 20 mm-26mm
lateralni 107 mm ± 9mm
dubina 78 mm-113mm
horizontalni fini 10mm ± 2 mm“ (страна бр. 35 конкурсне документације).

Напомена: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог:

- Измењене стране конкурсне документације (стр. бр. 30 и 35).

АЛ.-

CK M P



Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.

6.1.4.-1 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) - ПАРТИЈА 1 „Kompjuterizovani perimetar“

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
	Opšte karakteristike:		
1	Standardna automatska perimetrija (skraćeno „SAP“); perimetrija pokreta zasnovana na detekciji pokreta ili zasnovana na svetlosnoj percepciji		
2	Periferni opseg testiranja: 30 stepeni		
3	Obavezni tipovi testiranja: G- glaukoma test i M- makula test		
4	Strategije testiranja: Mogućnost brzog testiranja za maksimalno 3 minuta		
	Funkcionalne karakteristike:		
5	Kontrola fiksacije pogleda uz ispravljanje greške nastale pri treptanju		
6	PC računar		
7	Aparat treba da ima odgovarajući softver		
8	Aparat treba da ima mogućnost direktnog povezivanja sa štampačem		
9	Računar treba da ima minimum 3 USB porta (za štampač, miš/tastaturu) i jedan „Ethernet“ port		
10	Uz aparat treba isporučiti i kolor štampač tako da se dobija pisani zapis izvedenih procedura		
11	Set od minimum 12 korektivnih sočiva od -8 do +4		
12	Ručni pacijent taster za sprovođenje testiranja		

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)

6.1.4-2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује) – ПАРТИЈА 2 „Biomikroskop (špalt lampa) sa aplanacionim tonometrom“

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
1	Biomikroskop (špalt lampa) sa aplanacionim tonometrom		
	Opšte karakteristike:		
2	Žižna daljina sočiva objektiva F=125 mm ili manja		
3	Uvećanje: 5x, 8x, 12,5x, 20x, 32x (može biti kontinuirano 6x do 33x), prihvataju se i oznake za uvećanja 6x, 10x, 16x, 25x, 40x.		
4	Filter: žuti		
5	Halogena lampa napona od 6-12V, snage 20-30W, ili led dioda		
6	Stereoskopski ugao: minimum 6 stepeni		
7	Filteri: plavi, red free, sa absorpcijom svetla		
8	Slit ugao: ±90 stepeni kontinuirana skala		
9	Pokreti: vertikalni: amplituda pokreta od 20 mm-26mm lateralni 107 mm ± 9mm dubina 78 mm-113mm horizontalni fini 10mm ± 2 mm		
10	Izvor snage: 100-220V, 50-60Hz		
11	Standardna oprema (komplet): 1. Rezervna lampa (1 kom. po špalt lampi) 2. Osigurači (2 kom. po špalt lampi)		
12	Stočić za špalt lampu podesive visine, sa točkićima.		

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.
(читак отисак печата)

(потпис)