



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 76 - 42
_____ године
02 FEB 2018 Београд

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 01.02.2018. године, доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за **ЈН бр. 41/17- Периметар и шпалт лампе**, по следећем:

„Поштовани,

Молим Вас за одговор везан за јавну набавку бр. 41/17 Периметар и шпалт лампе. На страни 35. конкурсне документације 6.1.4-2 Техничка спецификација - ПАРТИЈА 2 "Биомикроскоп (шпалт лампа) са апланационим тонометром" у тачки 9. наводите Покрети :

вертикални : амплитуда покрета од 20 mm - 26 mm

латерални 107mm +- 9mm

дубина 78mm - 113 mm

хоризонтални фини 10mm +- 2 mm

Овим карактеристикама сте ограничили понуђаче који имају боље карактеристике да не могу учествовати у јавној набавци. Нпр. уколико понуђач има хоризонталне фине 15 mm то је боља карактеристика од тражене, и он не испуњава тражену техничку карактеристику.

Молим Вас да поред тражених карактеристика напишете и више како би понуђачи са бољим карактеристикама могли да учествују у јавној набавци.“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

Извршиће се измена конкурсне документације, у делу 6.1.4-2 конкурсне документације- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- ПАРТИЈА 2 „Biomikroskop (špalt lamp) sa aplanacionim tonometrom“, тако да техничка карактеристика под редним бр. 9 уместо:

„Pokreti:

vertikalni: amplituda pokreta od 20 mm-26mm

lateralni 107 mm $\pm$ 9mm

dubina 78 mm-113mm

horizontalni fini 10mm $\pm$ 2 mm“, гласи:

„Pokreti:

vertikalni: amplituda pokreta od 20 mm-26mm

lateralni 107 mm $\pm$ 9mm

dubina 78 mm-113mm

horizontalni fini 8 mm-15mm“.

Измене конкурсне документације ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

АЛ.-

сва
m
R



Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.