



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 76 - 43
02 FEB 2018 године
Београд

**Измену конкурсне документације,
д о с т а в љ а.-**

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама врши измену конкурсне документације за јавну набавку добара **број 41/17- Периметар и шпалт лампе**, у делу 6.1. конкурсне документације- Образац понуде, у делу 6.1.4-2- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- ПАРТИЈА 2 „Biomikroskop (špalt lamp) sa arplanacionim tonometrom“, тако што се мења техничка карактеристика под редним бр. 9, тако да гласи:

„Pokreti:

vertikalni: amplituda pokreta od 20 mm-26mm

lateralni 107 mm ± 9mm

dubina 78 mm-113mm

horizontalni fini 8 mm-15mm“ (страна бр. 35 конкурсне документације).

Напомена: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог:

- Измењена страна конкурсне документације (стр. бр. 35).

ША АЛ.- *R*
mm



Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.

6.1.4-2 TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (karakteristike koje ponuđeno dobro mora da poseduje) – PARTIJA 2 „Biomikroskop (špalt lampa) sa aplanacionim tonometrom“

	Tražena tehnička karakteristika koju ponuđeno dobro mora da poseduje	Da li ispunjava traženu karakteristiku DA/NE	Lokacija gde se tačno nalazi u priloženoj dokumentaciji
1	Biomikroskop (špalt lampa) sa aplanacionim tonometrom		
	Opšte karakteristike:		
2	Žižna daljina sočiva objektiva F=125 mm ili manja		
3	Uvećanje: 5x, 8x, 12,5x, 20x, 32x (može biti kontinuirano 6x do 33x), prihvataju se i oznake za uvećanja 6x, 10x, 16x, 25x, 40x.		
4	Filter: žuti		
5	Halogena lampa napona od 6-12V, snage 20-30W, ili led dioda		
6	Stereoskopski ugao: minimum 6 stepeni		
7	Filteri: plavi, red free, sa absorpcijom svetla		
8	Slit ugao: ±90 stepeni kontinuirana skala		
9	Pokreti: vertikalni: amplituda pokreta od 20 mm-26mm lateralni 107 mm ± 9mm dubina 78 mm-113mm horizontalni fini 8 mm-15mm		
10	Izvor snage: 100-220V, 50-60Hz		
11	Standardna oprema (komplet): 1. Rezervna lampa (1 kom. po špalt lampi) 2. Osigurači (2 kom. po špalt lampi)		
12	Stočić za špalt lampu podesive visine, sa točkićima.		

Место и датум:

Понуђач:

(штампано име и презиме одговорне особе)

М.П.

(читак отисак печата)

(потпис)