



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника  
Бр. 76 - 52  
08 FEB 2018 године  
Београд

Одговор заинтересованом лицу  
у вези са припремањем понуде,  
д о с т а в љ а.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, дана 06.02.2018. године, доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 41/17- Периметар и шпалт лампе, по следећем:

„Поштовани,

Молим Вас за одговор везан за јавну набавку бр. 41/17 Периметар и шпалт лампе. На страни 35. конкурсне документације 6.1.4-2 Техничка спецификација - ПАРТИЈА 2 "Биомикроскоп (шпалт лампа) са апланационим тонометром" у тачки 9. наводите Покрети :  
вертикални : амплитуда покрета од 20 mm - 26 mm.

Овом карактеристиком сте ограничили понуђаче који имају боље карактеристике да не могу учествовати у јавној набавци. Нпр. уколико понуђач има вертикални: амплитуда покрета 30 mm то је боља карактеристика од тражене, и он не испуњава тражену техничку карактеристику.

Молим Вас да поред тражених карактеристика напишете да веће вредности испуњавају тражене техничке карактеристике како би понуђачи са бољим карактеристикама могли да учествују у јавној набавци.“

**Наручилац** Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

Извршиће се измена конкурсне документације, у делу 6.1.4-2 конкурсне документације- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (карактеристике које понуђено добро мора да поседује)- ПАРТИЈА 2 „Biomikroskop (špalt lampa) sa aplanacionim tonometrom“, тако да техничка карактеристика под редним бр. 9 уместо:

„Pokreti:  
vertikalni: amplituda pokreta od 20 mm-26mm

lateralni 107 mm ± 9mm  
dubina 78 mm-113mm  
horizontalni fini 8 mm-15mm“, гласи:  
„Pokreti:  
vertikalni: amplituda pokreta 20 mm i veća  
lateralni 107 mm ± 9mm  
dubina 78 mm-113mm  
horizontalni fini 8 mm-15mm“.

Измене конкурсне документације ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

АЛ.-  
*ЖН*  
*МН*



Достављено:  
- на Портал ЈН,  
- интернет страницу наручиоца,  
- у омот предмета.