



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр.2721-
од _____ 2014. године

Питање:

У техничкој спецификацији партије бр.1 захтевате биартикуларну протезу.
Да ли ће се прихватити понуда у којој потенцијални понуђач понуди биартикуларну главу величина од 41 до 57 мм ?

Одговор:

Прихватиће се понуда за биартикуларну главу величина од 41 до 57 мм.

Питање:

Да ли ће за наручиоца бити прихватљива понуда за партију бр. 6 предметне набавке, у којој потенцијални понуђач нуди тражено добро стерилисано и другом врстом поступка стерилизације, а који је прихваћен у Европи, имајући у виду да је објективно тешко доказати технолошко-техничке предности стерилног цемента, стерилисаног искључиво етиленоксидом, у односу на исти производ, стерилисан на други начин.

Одговор:

Остајемо при захтеву да је потребно да исти буде стерилисан етилен оксидом због биомеханичких предности таквог начина стерилизације цемента приказаних кроз више радова.

Питање:

У конкурсној докуменатцији наручилац је као инструмент финансијског обезбеђења за озбиљност понуде захтевао достављање менице на 3% вредности понуде. Да ли се мисли на 3% вредности понуде са или без ПДВ-а?

Одговор:

Потребно је доставити меницу на 3% вредности понуде са ПДВ-ом.

ДВ

Доставити:

- заинтересованим лицима
- у омот предмета 2721/14

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке
-на интернет страници
Министарства одбране РС

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

п у к о в н и к

проф. др Драган Динчић