



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 77 - 40
27 APR 2017 . године

Одговор заинтересованом лицу у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 25.04.2017. године у 11.08h, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 2/15 Медицински нехемијски потрошни материјал – материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице – протезе**, по следећем:

„1. На основу ког доказа ће се утврђивати испуњеност услова тензије, за партије у којима тај услов постоји?

Наш је предлог да то буде упутство за употребу што је било предвиђено на претходној набавци коју сте спроводили и што представља врхунски доказ, а да се прихвате и други докази али искључиво као комплементарни докази упутству за употребу, за недостајуће податке у упутству.

2. Партија 4 гласи: Polydioxanone, monofilamentni, sintetski, spororesorptivni konac. Tenzioni profil nakon 2 nedelje min 80%

С обзиром да на тржишту хируршких конака у Србији постоје хируршки конци Polydioxanone са различитом тензионом снагом након периода од 2 недеље молимо за појашњење да ли постоји захтев за тензиони профил након 3 или 4 недеље?“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

Испуњеност услова тензионог профила конца, за партије у којима је тражена та карактеристика, ће се утврђивати на основу навода из оригиналног каталога произвођача или упутства за употребу конца или фабричког техничког документа произвођача конца или јавно доступних документа.

У партији број 4 имајући у виду да се ради о спороресорптивном концу, потребно ја да тензиони профил након 4 недеље буде у границама 40-50% иницијалних вредности.

ВН



Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета