



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 77 - 54

МАЈ 2017. године

Одговор заинтересованом лицу у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 26.04.2017. године у 11.01h, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 2/15 Медицински нехемијски потрошни материјал – материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице – протезе, по следећем:**

„Питање бр. 1 - Партија 32 – „Cirkularni stapler sa amoobarajućom glavom i rektangularnim klamfama, zakrivljeni“, ставка 1 и 2, питање:

Молимо Вас да нам објасните да ли захтевате кламфице ректангуларног (четвртастог) облика на попречном пресеку?

Питање бр. 2 - Партија 36 – „Stapler endo GIA, univerzalni instrument za punjače veličine 30mm, 45mm i 60mm i punjači“

Ставка 1, питање: Да ли би понуда била прихватљива ако бисмо понудили инструмент дужине 16cm?

Ставка 2, питање: Да ли би понуда била прихватљива ако бисмо понудили инструмент дужине 26cm?

Питање бр. 3 - Партија 39 - “Hernia stapler“, питање:

На који облик кламфица се мисли?

Питање бр. 4 - Партија 40 – „Automatski klipser sa titanijumskim klipsevima“

Ставка 1, питање: Који промер инструмента сте имали у виду?

Ставка 2, питање: Да ли бисте прихватили клипсер са 15 клипсева величине L, да ли би понуда била прихватљива? Који промер инструмента сте имали у виду?

Питање бр. 5 - На старни 84 под тачком 2 захтевате:

„Оригинал или оверену фотокопију каталога произвођача“ и под тачком 3 „Оригинал или оверену фотокопију Декларације о комформитету“.

Питање: Можете нам прецизније рећи ко оверава фотокопију каталога и фотокопију Декларације о комформитету, произвођач или понуђач?“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

Одговор бр. 1 - Партија 32, ставке 1 и 2 захтевани облик кламфе на попречном пресеку је четвртаст.

Одговор бр. 2 - Партија 36, ставке 1 и 2 мења се назив и опис, и гласи:

Ставка 1 - Endo GIA stapler, univerzalni instrument za punjače veličine 30, 45, 60 mm, sa mogućnošću rotikulacije, dužine osovine **15cm до 16cm**.

Ставка 2 - Endo GIA stapler, univerzalni instrument za punjače veličine 30, 45, 60 mm, sa mogućnošću rotikulacije, dužine osovine **25cm до 26cm**.

Одговор бр. 3 - Партија 39 мисли се на спирални облик кламфица од титанијума. Мења се назив и опис партије број 39 и гласи:

Hernia stapler 5mm sa 30 klamfi, **spiralnog oblika od titanijuma**.

Одговор бр. 4 - Партија 40, ставке 1 и 2 мења се назив и опис, и гласи:

Ставка бр. 1 - Automatski klipser sa 20 titanijumskih klipseva veličine M/L, za jednokratnu upotrebu, **promera 10mm**.

Ставка бр. 2 - Automatski klipser sa **15 i više** titanijumskih klipseva veličine L, za jednokratnu upotrebu, **promera 10mm**.

Одговор бр. 5 – Копије оригиналног каталога, делова каталога и декларације о комформитету, може да овери овлашћено представништво произвођача или дистрибутер.

Понуђач је дужан да на захтев комисије донесе на увид оригинални каталог произвођача ради провере усаглашености оригинала и копије. Декларација о комформитету се односи на произвођача понуђеног добра.

МН ВН
ЈД



Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета