



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника
Бр. 79- 20
07-03-2016 . године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 68/15), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњење конкурсне документације за **ЈН бр. 65/15**: Медицински нехемијски потрошни материјал - шприцеви, игле, уређаји за венепункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете, по следећем:

Понуђач :

1. Молимо Вас, везано за јн бр. 65/15. партије бр. 13 и 14, да нам појасните следеће као и да размотрите нашу молбу, коју ћемо Вам у даљем тексту образложити и извршите измену, односно допуну техничке спецификације за наведене партије:

-предметне партије се односе на добра-игле за биопсију меких ткива, димензије игала 16 и 18 G, дужине 200 mm, које требају да буду компатибилне са апаратом "Corazor Uromed Biopsy device ", односно тражите аутоматске игле за биопсију у наведеним димензијама, али искључиво компатибилне са поменутиим апаратом, односно пиштољем за биопсију наведеног произвођача. Овим путем Вас молимо, а како не бисте дискриминисали понуђаче који у свом продајном асортитману протзвода имају тражена добра истих димензија само других произвођача, предлажемо да урадите следеће, односно да у предметну спецификацију додате :

"Ако понуђач понуди предметне игле које нису компатибилне са наведеним апаратом произвођача „Uromed“, исти је у обавези да испоручи у првој транши уз игле гратис апарат, односно одговарајући пиштољ за понуђене игле.“

Молимо да се наша молба усвоји како бисте повећали конкуренцију и избегли дискриминацију понуђача.

Одговор наручиоца:

Намера наручиоца није да дискриминише било ког понуђача. Наручилац није у могућности да прихвати измену спецификације у складу са предлогом и молбом потенцијалног понуђача из разлога што не знамо који би пиштољ понудио потенцијални понуђач, а за коректно извођење биопсије, односно правилно узорковање ткива, поред квалитета игала битан је и квалитет пиштоља којим се биопсија врши.

Понуђач:

2. „За партије 13 и 14 наручилац захтева да игле за биопсију меких ткива буду компатибилне са апаратом "Corazor Uromed biopsy device". Обзиром да је прошле године вршење тестирање компатибилности на ВМА, у оквиру јавне набавке истих игала, и да се дошло до закључка да су једино игле произвођача Uromed компатибилне са захтеваним апаратом, да ли наручилац прихвата понуду за игле за биопсију истих димензија и карактеристика, произвођача Biomedical, ако притом доставимо понуду за један апарат уз ове игле, гратис?

Одговор наручиоца:

Наручилац није у могућности да прихвати измену спецификације у складу са предлогом и молбом потенцијалног понуђача из разлога што немамо искуства са иглама и апаратом произвођача Biomedical. За коректно извођење биопсије, односно правилно узорковање ткива, поред квалитета игала, битан је и квалитет пиштоља којим се биопсија врши.

иш.-



Достављено:
-на Портал ЈН
-интернет страницу наручиоца
-Омот предмета

ДИРЕКТОР
Драгиша Дабетић

