



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника

Бр. 79- *LS*
11-03-2016 . године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 68/15), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњење конкурсне документације за **ЈН бр. 65/15**: Медицински нехемијски потрошни материјал - шприцеви, игле, уређаји за венепункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете, по следећем:

„Како сте за партију 13 и 14 одговорили негативно и нисте прихватили предлог који смо Вам изнели, а из намере ширења конкуренције за наведене партије молимо Вас следеће: С обзиром да су на светском тржишту пиштољи за биопсију произведени да раде на истом принципу и квалитет је сличан или једнак, што се може доказати достављањем сертификата или додатне стручне литературе, а за коришћење истог није потребна специјална обика доктора који ради са истима. Молимо Вас поново да онда тај дао предефинишете, тачније део који се односи на давање ГРАТИС пиштоља за биопсију, да одредите неку методологију за пиштољ који се даје гратис или слично и да тако омогућите и осталим понуђачима, а како смо предложили, да учествују на јавној набавци. Ако останете при истом ставу, који није основан, то ће указивати на сумњу да фаворизујете понуђача који је дистрибутер произвођача којег сте навели у техничкој спецификацији, што указује на повреду Закона о јавним набавкама, односно дискриминацију понуђача, па Вас с тога обавештавамо да ћемо бити принуђени да уложимо Захтев за заштиту права понуђача у складу са Законом о јавним набавкама.“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара на питање:

Крајњи корисник Клиника за урологију ВМА није у могућности да прихвати предлог потенцијалног понуђача. Искуство лекара специјалиста у Клиници за урологију ВМА не иде у прилог тврдње да је квалитет извођења биопсије простате „сличан или једнак“ са свим пиштољима и иглама за биопсију.

Техничка спецификација није, према тврдњама потенцијалног понуђача израђена са намером да фаворизује било ког понуђача, већ је формирана на основу искуства и дуготрајног стручног деловања, а у циљу да задовољи потребе што коректнијег и по пацијента безбеднијег узорковања ткива простате.

Што се тиче донирања пиштоља за биопсију предлажемо да се потенцијални понуђач обрати Комисији за донације Војномедицинске академије.

М
НП.


Достављено:
-на Портал ЈН
-интернет страницу наручиоца
-Омот предмета


ДИРЕКТОР
Драгиша Дагетић
