



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних
осигураника
Бр. 79- 35
14 / 2016 . године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 68/15), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњење конкурсне документације за **ЈН бр. 65/15: Медицински нехемијски потрошни материјал - шприцеви, игле, уређаји за венепункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете**, по следећем:

Понуђач :

Поштовани,

Молимо Вас да нам у складу са чланом 63 Закона о јавним набавкама дате додатно појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 65/15 - Шприцеви, игле, уређаји за венепункцију и узорковање крви, ланцете и епрувете - за партију 17 и партију 18:

1. Ставка 9 партије 17 описана је као "Држач са кликом за безбедно уклањање игле". Да ли се "клик" односи на механизам којим се употребљена игла по завршеној венепункцији аутоматски уклања/избацује из лежишта на држачу?
2. CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) стандард X1-A5 налаже да производи који чине **комплет за узорковање венске крви буду од истог произвођача** обзиром да производи различитих произвођача могу узроковати превремени губитак вакуума у епрувети због чега се добија недовољна количина узорка крви и неправилан однос крви и антикоагуланса (у епрувети) који негативно утиче на квалитет добијених резултата, стварање хемолизе због које се пацијенту не могу одрадити све тражене анализе, затим немогућности да се игла и/или додатак за узимање крви чврсто постави у лежиште на држачу, те њиховог „испадања“ из држача и на крају потребе да се пацијенту изврши поновно узорковање крви.


Како у конкурсној документацији није наведено, молимо да појасните да ли понуђене вакумске епрувете, додатак за узимање крви из проблематичних вена, дечји и држач са кликом за безбедно уклањање игле треба да буду од истог произвођача?

3. Да ли понуђене епрувете за вађење крви, за вакум систем, пластичне, 2,75-3мл, које се захтевају у оквиру партије 18 треба да буду за одређивање седиментације након 30 или након 60 минута?

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара на питање:

1. Ставка 9 партија 17 описана је као „Држач са кликом за безбедно уклањање игле“. „КЛИК“ се односи на механизам којим се употребљена игла по завршеној венепункцији аутоматски уклања/избацује из лежишта на држачу.
2. Понуђене вакумске епрувете, додаток за узимање крви из проблематичних вена, дечији и држач са кликом за безбедно уклањање игле треба да буду од истог произвођача.
3. Понуђене епрувете за вађење крви, за вакум систем, пластичне, 2,75-3мл, које се захтевају у оквиру партије 18 треба да буду за одређивање седиментације након 60 минута.

иш.-



Достављено:
-на Портал ЈН
-интернет страницу наручиоца
-Омот предмета

