



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА  
бр. 8590-28  
16.09.2014.године

Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке дефибрилатор/монитора, бр. 8590/14, д о с т а в љ а.

---

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 15.09.2014., достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

ПАРТИЈА 1 И 2

1. Питање: Да ли је прихватљиво уколико се понуди бифазични дефибрилатор са подесивим протоколом за енергију од минимум 2J до максимум 270J при чему ширина бифазичног импулса константна?

Одговор: Не, наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације.

2. Питање: С обзиром на захтевани високи квалитет опреме и на екстремне услове у којима ће се опрема користити на терену, у међународним, војним, мировним мисијама широм света да ли понуђачи морају доставити следеће доказе о квалитету:

- CE Certifikat, FDA Certifikat (510k)
  - MIL-STD-810-E Certifikat-test на вибрације (борбена возила, хеликоптер, авион и остале летелице), као и тест на ударце
  - НАТО број уређаја
  - Референтну листу испоручених уређаја у војним службама земаља региона и Европе
- Одговор: Понуда ће се сматрати прихватљивом уколико се достави MIL-STD

3. Питање: С обзиром да је уређај намењен за коришћење на терену, да ли мора поседовати незаслепљујући (монохроматски) мод рада екрана, који ће омогућити видљивост измерених вредности и кривуља на екрану при директном Сунчевом осветљењу?

Одговор: Може, али није услов

4. Питање: Да ли уређај мора имати подесиви протокол за енергију дефибрилације од мин 1J? Да ли ће наручилац прихватити да мин подесива енергија дефибрилације буде 2j?

Одговор: Не, наручилац остаје при захтевима из техничке спецификације.

ЗС.

НАЧЕЛНИК ВМА  
бригадни генерал  
проф. др Маријан Новаковић

Достављено:

-у омот предмета 8590/14

- заинтересованом лицу

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС