



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање војних  
осигураника

Бр. 80- 19

24-02-2016 године

**Измене и допуне конкурсне документације**

**Наручилац** Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. бр. 124/12, 14/15 и 68/15) врши измену/допуну конкурсне документације за јавну набавку добара број **ЈН бр. 72/15: Уређаји за анестезију и реанимацију за потребе ВМА**, по следећем, у делу:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: у тачки 1.3 Предмет јавне набавке број 72/15 су добра: **Уређаји за анестезију и реанимацију за потребе ВМА**, по следећим партијама: мењају се колона „Назив и опис средства“ партије бр. 87 и 88, тако да сада гласе:

Red. broj	Naziv i opis sredstva
87	Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane
88	Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

у тачки 2.2.ПАРТИЈЕ, Предмет јавне набавке је обликован у 106 (стотину шест) партија, за партије 87 и 88 мења се колона „Назив и опис средства“, тако да сада гласи:

Red. broj	Šifra ORN	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	VMA	UKUPNO
87	33172100 Uredaji za anesteziju	Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane	KOM	10	10

88	33172100 Uredaji za anesteziju	Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane	KOM	10	10
----	--------------------------------------	--	-----	----	----

**3. УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА-КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ:**

**3.1. Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета, рок испоруке, као и рок стерилности/ гарантни рок/ рок трајања дати су у следећој спецификацији:**

**мења се колона „Назив и опис средства“, за партије бр. 87 и 88 тако да сада гласи:**

Red. broj	Šifra ORN	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	UKUPNO	Med. sredstvo (da/ne)	Rešenje ALIMS-a	Rok isporuke VMA	Rok upotrebe
87	33172100	Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane	KOM	10	da	da	Isporuка completely ugovoreних količina u roku od 30 dana od дана zaključenja ugovora	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
88	33172100	Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane	KOM	10	da	da	Isporuка completely ugovoreних količina u roku od 30 dana od дана zaključenja ugovora	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

**6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ:** тачка 6-1-2, Понуда са структуром цене, у спецификацији добара, мења се колона " Назив и опис средства " за партије бр. 87 и 88 тако да сада гласи:

Red broj	Šifra ORN	Naziv i opis sredstva	Jed. mere	VMA	UKUPNO	Proizvođač/ kataloški broj/ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV u %	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	33172100	Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane	KOM	10	10						
88	33172100	Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane	KOM	10	10						

**Напомена:**

Састав кеса за инфузију под притиском на партијама број 87 и 88 није битан и није саставни део конкурсне документације предметне јавне набавке.  
Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом.  
Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

**Прилог :**

- измењене стране конкурсне документације: 8, 25, 55, 138
- измењена табела Microsoft Excel 97-2003

М)  
НП (32-532)

Достављено:  
-на Портал ЈН  
-на Портал МО  
-Омот предмета



77	Balon za disanje za aparat za anesteziju, 0.5 litara, od neoprena
78	Balon za disanje, za aparat za anesteziju 1.0 litara, od neoprena
79	Balon za disanje, za aparat za anesteziju, 2.0 litra, od neoprena
80	Balon za reanimaciju za odrasle, silikonski, sa dve silikonske maske (4, 5), sa PEEP valvulom, set, 1700 ml, za odrasle sa rezervoarom za kiseonik 2500 ml
81	CO2 Apsorber kompatibilan sa aparatom za anesteziju tipa Zeus: sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela Nizak nivo prašine; Oblik granula: pelet ili D oblik, sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH) <sub>2</sub> : u opsegu od 74-82 %; Kalcijum hlorid: 3-5% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 0.5-2% Sadržaj vlage: H <sub>2</sub> O u opsegu od 14-18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu; Bez formiranja komponente A ili karbon monoksida Pakovanje kertriž zapremine maksimalno 1.2l
82	CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela Nizak nivo prašine; Oblik granula: pelet ili D oblik Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH) <sub>2</sub> : 78-84% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 2-4% Sadržaj vlage: H <sub>2</sub> O u opsegu od 14-18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg
83	Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3
84	Fleksibilna rotaciona creva 25 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
85	Fleksibilna rotaciona creva 51 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
86	Fleksibilna rotaciona creva 76 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI
87	Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane
88	Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane
89	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express
90	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express
91	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express
92	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana, promenljiva-dokolena/natkolena, par, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express

82	33172100 Uredaji za anesteziju	CO2 Apsorber sledećih karakteristika: Boja CO2 apsorbera: bela Nizak nivo prašine;Oblik granula: pelet ili D oblik Sastav granula: Kalcijum dihidroksid Ca(OH) <sub>2</sub> : 78-84% Natrijum hidroksid NaOH: u opsegu od 2-4% Sadržaj vlage: H <sub>2</sub> O u opsegu od 14-18% Indikator promene: iz bele u ljubičastu Pakovanje – kanister zapremine 5l ili 4,5 kg	KOM	300	300
83	33172100 Uredaji za anesteziju	Sistem za invanzno merenje arterijskog pritiska, trasduser, sa flushing sistemom, kompatibilan sa monitoroma model AS/5, i AS/3	SISTEM	1000	1000
84	33172100 Uredaji za anesteziju	Fleksibilna rotaciona creva 25 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI	KOM	50	50
85	33172100 Uredaji za anesteziju	Fleksibilna rotaciona creva 51 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI	KOM	50	50
86	33172100 Uredaji za anesteziju	Fleksibilna rotaciona creva 76 cm visokog pritiska sa rotirajućom valvulom 1200 PSI	KOM	40	40
87	33172100 Uredaji za anesteziju	Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane	KOM	10	10
88	33172100 Uredaji za anesteziju	Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane	KOM	10	10
89	33172200 Uredaji za reanimaciju	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express	KOM	10	10

87	33172100	Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane	KOM	10	da	da	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
88	33172100	Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml, za višekratnu upotrebu, prozirne sa prednje strane	KOM	10	da	da	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
89	33172200	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express	KOM	10	da	da	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana
90	33172200	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express	KOM	10	da	da	Isporuka kompletno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora	50% deklarisanog roka sterilnosti/garantni rok minimum godinu dana/rok trajanja minimum godinu dana

Red broj	Šifra ORN	Naziv i opis sredstva	Jed. mere	VMA	UKUPNO	Proizvođač/ kataloški broj/ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV u %	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	33172100	Kese za infuziju pod pritiskom od 500 ml, za višekratnu upotrebu, prozime sa prednje strane	KOM	10	10						
88	33172100	Kese za infuziju pod pritiskom od 1000 ml, za višekratnu upotrebu, prozime sa prednje strane	KOM	10	10						
89	33172200	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, mala, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express	KOM	10	10						
90	33172200	Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD Express	KOM	10	10						