



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање војних

осигураника

Бр. 80- 22

25 . године

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњење конкурсне документације за **ЈН бр. 72/15: Уређаји за анестезију и реанимацију за потребе ВМА**, по следећем:

Питање :

„У спецификацији за партију 60, 61, 62, Set за perkutanu traheotomiju за технику са forcepsom. Set sadrži: PVC trahealnu kanilu са могућношћу aspiracije iznad balona, са 15 mm konektorom, величине 7, 8, 9 mm и forcepsom.

Да ли је неопходно да сваки од сетова садржи и форцепс или је довољно да по један сет сваке величине има форцепс (форцепс је предвиђен за вишекратну и може се рестерилисати) а да преостала количина сетова буде без форцепса (сет не садржи форцепс) а за ову технику“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара на питања:

1. Мења се назив и опис партија број 60, те сада иста гласи: Set за perkutanu traheotomiju за технику са forcepsom. Set sadrži: PVC trahealnu kanilu са могућношћу aspiracije iznad balona, са 15 mm konektorom, величине 7 mm
2. Партија број 61 остаје непромењена.
3. Мења се назив и опис партија број 62, те сада иста гласи: Set за perkutanu traheotomiju за технику са forcepsom. Set sadrži: PVC trahealnu kanilu са могућношћу aspiracije iznad balona, са 15 mm konektorom, величине 9 mm

НП (32-532)

Достављено:
-на Портал ЈН
-интернет страницу наручиоца
-Омот предмета

ДИРЕКТОР
Драгиша Дабећ