



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  
Фонд за социјално осигурање војних  
осигураника  
Бр. 80- 64  
20 ~~03~~ 2016 . године

Одговор заинтересованом лицу  
у вези са припремањем понуде,  
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту Закон, доставило Захтев за појашњење конкурсне документације за **ЈН бр. 72/15: Уређаји за анестезију и реанимацију за потребе ВМА**, по следећем:

**Питање :**

„Поштовани, у складу са чл. 63 Закона о јавним набавкама, обраћамо Вам се са захтевом за додатно појашњење и измену конкурсне документације, а за предметну јавну набавку ЈН бр. 72/15, Уређаји за анестезију и реанимацију за потребе ВМА.

У одговору на наше питање бр. 80-28 од 07.03.2016. године, за партију 82 сте дали одговор док за партију 81 нисте одговорили те Вас стога молимо да нам одговорите да ли ћете прихватити следеће:

У партији 81 захтевани садржај калцијум дихидроксида ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ) је 74-82% односно 78-84.

Да ли је дозвољено да овај садржај износи 77-88%, будући да је пожељно да количина интерне супстанце каква је калцијум дихидроксид буде већа, ради безбедности самог производа? У нади да ћете уважати наше сугестије.“

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, одговара на питање:

За добро на партији број 81 крајњи корисник Клиника за анестезиологију и интензивну терапију Војномедицинске академије остаје при појашњењу, дато у нашем одговору бр. 80-28 од 07.03.2016. године, у коме је садржај  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  у распону од 74-88%.

Крајњи корисник сматра да је већ измењеном спецификацијом омогућио потенцијалном понуђачу да може учествовати у понуди овог средства.

МП  
НП (32-532)

Достављено:  
-на Портал ЈН  
-интернет страницу наручиоца  
-Омот предмета

