



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 7999-7
10.08.2015. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
медицинска опрема за токсиколошку
амбуланту.
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 21.07.2015. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

1. Питање: Као заинтересовани понуђач у предметној набавци и ексклузивни заступници реномираних светских произвођача предметне опреме молимо Вас да нас обавестите да ли ћете прихватити доказивање одређеног дела техничке спецификације корисничким упутством или изјавом произвођача с обзиром да код различитих произвођача постоје каталози који се разликују у навођењу техничких спецификација па се самим тим све спецификације и не налазе на предметним каталозима.

Одговор: Као што је наведено у конкурсној документацији на страни 4, уз понуду је потребно доставити доказ да понуђено медицинско средство одговара траженој техничкој спецификацији – оригинална проспектна документација и техничка спецификација понуђених добара (technical data sheet), са маркираним (подвученим) техничким карактеристикама. (Уз наведене доказе доставити оригиналну изјаву произвођача или инозаступника за Европу, само уколико у проложеном доказу нема тражених карактеристика).

2. Питање: Модел апарата који бисмо Вам понудили за Партију 1 се минимално разликује од захтеваних карактеристика те Вас молимо да прихватите уређај који поседује:

- отпорност на влагу и воду IP 34 с обзиром да се први број односи на заштиту од приступа опасним деловима алатом или жицом док се други број (у овом случају 4 по стандарду SRPS IEC 529:1995) односи на заштиту од влаге и воде и те самим тим у

потпуности задовољава тражену заштиту од влаге и воде.

- Ескалацију струје спољног електростимулатора срца од 0 до 140 mA с обзиром да претпостављамо да се наведена опција односи на пејсинг а код нашег модела се стандардно испоручује аутоматски пејсинг за електростимулацију.

- Складиштење података 100 пацијената и 250 догађаја са могућношћу повећања екстерне меморије до захтеваних меморијских капацитета уз наравно стандардну испоруку екстерне меморије

Желели бисмо да напоменемо да се поменути модел апарата већ налази на нашем тржишту и молимо Вас да прихватите наше сугестије како би се обезбедила већа конкурентност и могућност да добијете више одговарајућих и прихватљивих понуда с обзиром да горе наведене ставке никако не умањују квалитет апарата и његове намене.

Одговор: Понуда ће бити оцењена као прихватљива.

МК.

ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. Зоран Шегрт

Достављено:

-у омот предмета 7999/15

- заинтересованом лицу

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС