



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО

Војномедицинска академија

Бр. 5534 - 18  
02 JUN 2016

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
Управа за војно здравство  
Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, магнетна резонанса, за потребе ВМА Београд, Ознака из ОРН: 33100000, редни број 205/2016, заинтересована лица су поставила следећа питања:

1. „На страни 4 конкурсне документације, захтева се да понуђач мора да достави оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију понуђених добара.

Питање: Да ли је правилно разумевање потенцијалног понуђача да је за партију 1 потребно доставити оригиналну проспектну документацију и техничку спецификацију само за понуђено добро-Апарат за магнетну резонанцу (ставке под редним бројевима 1-8 из Прилога бр. 6-I-4)?

2. На страни 4 конкурсне документације наводи се да је понуђач у обавези да уз понуду достави све техничко-грађевинске захтеве (*site plan*) неопходне ради припреме простора за успешну монтажу, а посебно прецизне параметре за прављење РФ кавеза.

Питање 1: С обзиром да је рок за достављање понуда кратак, а да је обавеза добављача да испоручи и монтира РФ кабину која је тражена тендерском документацијом, да ли је прихватљиво за Наручиоца да се уз понуду достави основни (*site plan*) који ће садржати све техничко технолошке захтеве по питању климатизације, електро и водоводних инсталација, а да се детаљан (*site plan*) са тачним мерама РФ кабине, диспозицијом опреме и свих инсталација достави најкасније 3 дана по потписивању Уговора?

Питање 2: Да ли је прихватљиво за Наручиоца да основни (*site plan*) који ће садржати све техничко технолошке захтеве по питању климатизације, електро и водоводних инсталација, а који ће бити достављен уз понуду, буде на енглеском језику, а да детаљан и финални (*site plan*) који се односи на инсталацију у конкретном простору и који садржи тачне мере РФ кабине, диспозицију опреме и свих инсталација и који ће бити достављен најкасније 3 дана по потписивању Уговора, буде на српском језику?

3. На страни 4 конкурсне документације, наводи се да рок за испоруку (квантитативни пријем) не сме бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Питање 1: Молимо Вас да појасните да ли је обавеза Наручиоца да припреми све електро и водоводне инсталације и уреди простор за смештање РФ кабине као и да обезбеди адекватну вентилацију и климатизацију собе за прегледе, техничке и

Питање 2: Уколико је обавеза Наручиоца да изведе претходно наведене радове, Понуђач не може утицати на њихову динамику извршења, па Вас молимо да се поменути захтев измени тако да гласи: рок за испоруку (квантитативни пријем) не сме бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора, при чему је Наручилац дужан да писменим путем обавести Понуђача да су се стекли услови за инсталацију РФ кабине и апарата за магнетну резонанцу најкасније 30 дана пре истека рока за квантитативни пријем добара. Напомињемо да апарат за магнетну резонанцу није могуће испоручити уколико простор није адекватно припремљен, превасходно због губитка Хелијума уколико се не прикључи на одговарајући систем хлађења и напајања.

4. На страни 5 конкурсне документације, под тачком 3.5 (и на страни 16 тачка 5.8.4) навели сте да је продавац дужан да замени неисправна добра новим у случају да се недостаци у испоруци, констатовани записником, не отклоне у року од 7 дана .

Питање: Да ли за Наручиоца прихватљиво да продужите наведени рок на најмање 30 дана, имајући у виду чињеницу да су у питању технолошки компликована медицинска средства где било каква сервисна интервенција која подразумева набавку заменских делова подразумева процедуру која траје најмање 1 радну седмицу?

5. На страни 6 конкурсне документације наводи се да је Понуђач у обавези да у обрасцу понуде наведе цене услуга једногодишњег и десетогодишњег паушалног одржавања испоручене опреме, а што ће бити предмет бодовања и један од критеријума за избор најповољније понуде.

Питање: Молимо Вас да појасните шта подразумевате под паушалним одржавањем? Да ли подразумевате неограничен број сервисних интервенција са укљученим свим резервним деловима и потрошним материјалом или само „руке“, без резервних делова и потрошног материјала?

6. Такође на страни 6 конкурсне документације, наводите да ће услуге паушалног одржавања испоручене опреме у трајању од 10 година од дана истека гарантног периода бити предмет посебних поступака јавне набавке.

Желимо да скренемо пажњу на начелни правни став Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки (општа седница комисије одржана 27.12.2013. године у вези члана 85. ЗЈН и који је објављен на сајту Републичке комисије – [www.kjn.gov.rs](http://www.kjn.gov.rs), који Вам достављамо у прилогу овог захтева за појашњење), где се наводи да као елементе критеријума економски најповољнија понуда из члана 85. став 2. Закона о јавним набавкама Наручилац може да користи само оне елементе који се односе на извршење конкретног уговора о јавној набавци. Дакле, као елементи критеријума не могу се користити они елементи који се односе на реализацију неких других, раније закључених уговора које је извршавао понуђач, као ни остале околности које нису у вези са извршењем конкретног уговора о јавној набавци.

С обзиром да ће услуга паушалног одржавања бити предмет посебних поступака јавне набавке, самим тим, Наручилац није предвидео финансијска средства неопходна за постгаранцијско одржавање у предметном поступку јавне набавке, те по закону о јавним набавкама не може бити критеријум за економски најповољнију понуду у предметном поступку јавне набавке.

Поред тога, у евентуалном тренутку објављивања тендера за паушално одржавање у будућности може се десити да постоји више овлашћених сервисних организација тако да и са те стране се не може гарантовати да ће испоручилац апарата за магнетну резонанцу бити изабран и за услуге паушалног одржавања истог.

Питање: Имајући у виду све претходно наведено, предлагемо да се критеријум паушалног одржавања искључи као критеријум за економски најповољнију понуду који се пондерише.

7. На страни 6 тендерске документације, тачка 3.5 наведено је да за сваки замењени или поправљени део почиње да тече нови гарантни рок – преносива гарација, рачунајући од дана замене, инсталирања или поправке.

Питање: Да ли је прихватљиво за Наручиоца а се изостави чл. 8.9 Модела уговора, којим се дефинише да ће за сваки замењени или поправљени део бити примењен нов гарантни рок, јер се тиме гарантни рок може продужавати на недефинисани период и није у сагласности са чл. 8.2 Модела уговора, којим је предвиђен рок на комплетно добро у трајању од 12 месеци?

Напомињемо да произвођач даје стандардну гаранцију на укупно добро, невезано од тога колико се пута земене резервни делови у оквиру трајања гарантног рока.

8. Наручилац као додатни услов под тачком 4.2.1. на страни 7 конкурсне документације захтева да понуђач располаже довољним финансијским и пословним капацитетом:

- за средња и велика правна лица – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2014. годину и Мишљење овлашћеног ревизора за 2014. годину које није негативно;
- за мала правна лица и предузетнике – да има позитиван укупан финансијски резултат (нето добитак) исказан у билансу успеха за 2014. годину;

Питање: Који доказ за испуњеност захтеваног додатног услова треба да достави понуђач који је основан 25.12.2015. године и који је постао активан 15.04.2016., како би понуда била оцењена као прихватљива?

Укратко, фирма \_\_\_\_\_ је правни следбеник фирме \_\_\_\_\_ (решење АПР о статусној промени у прилогу) у делу пословања промета и одржавања медицинских средстава.

Напомињемо да је овом статусном променом, целокупна имовина, права и обавезе, запослени, технички, економски, финансијски и други ресурси и капацитети, које друштво стицалац користи у свом пословању у области промета и одржавања медицинских средстава пренета на друштво стицаоца и сходно томе окончањем ове статусне промене друштво стицалац у потпуности располаже неопходним ресурсима за извршење наведених понуда и уговора, а такође поседује све неопходне дозволе надлежних државних органа за извршење истих.

Samim tim, \_\_\_\_\_ као новооснована фирма и заступник реномираног произвођача \_\_\_\_\_ за територију Републике Србије, није у могућности да достави захтеване доказе из 2014. године, обзиром да тада није била ни основана.

Da li je za naručioca prihvatljivo da se za novo osnovane firme dostavi izjava ponuđača da nije bio nelikvidan od dana osnivanja ili извод из регистра АПР-а што је пракса Наручиоца када се ради о новооснованим фирмама?

9. На страни 7 конкурсне документације, под тачком 4.2.2. захтева се да понуђач располаже довољним финансијским и пословним капацитетом.

Питање: Молимо Вас да појасните да ли је тачно разумевање потенцијалног понуђача да се захтеви под тачком 4.2.2. односе само на добро које је предмет јавне набавке, односно за партију 1, на апарат за мегнетну резонанцу (ставке под редним бројевима 1-8 из Прилога бр. 6-I-4)?

10. На страни 9 конкурсне документације, под тачком 4.3.7. захтева се да понуђач приликом испоруке достави сервисно упутство (*service manual*): два примерка на енглеском језику и српском језику, у папирном облику, као и сервисно упутство на CDy.

Питање: Да ли је за Наручиоца прихватљиво да се достави сервисно упутство (*service manual*) само на енглеском језику јер је до сада то била уобичајена пракса?

Упутство за употребу (*user manual*) се доставља на српском и енглеском језику у складу са правилником о промету медицинских средстава Агенције за лекове и медицинска средства.

11. На страни 12 конкурсне документације, под тачком 5.3.9., захтева се изјава произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 10 година од момента квалитативног пријема, изјаву да ће обезбедити све софтверско хардверске надоградње које су бесплатне а за оне које се плаћају да ће давати благовремено информације са ценом таквих надоградњи и изјаву да ће приликом испоруке доставити корисничка и сервисна упутства.

Питање: Да ли се захтевана изјава односи само на предмет набавке за апартију 1 тј. за апарат за мегнетну резонанцу (ставке под редним бројевима 1-8 из Прилога бр. 6-1-4)?

12. На страни 17 конкурсне документације у оквиру Упутства понуђачима како да сачине понуду, у тачки 5.10. подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, дефинисане су менице као финансијски инструменти обезбеђења за озбиљност понуде као и за испуњење уговорних обавеза.

Питање 1: Да ли је прихватљиво за Наручиоца да омогући да се поред меница као инструмената обезбеђења могу доставити и банкарске гаранције у истим износима и са истим роковима важења, и у складу са тим допуни конкурсну документацију у свим потребним деловима укључујући текст уговора и изјаву о давању инструмената обезбеђења?

Питање 2: Такође, обзиром да конкурсном документацијом нису дефинисани рокови важења меница, молимо да Наручилац за случај достављања банкарских гаранција, дефинише рокове важења истих (на пример рок важења гаранције за озбиљност понуде минимално 30 дана дужи од рока важности понуде, а рок важења гаранције за испуњење уговорних обавеза минимално 30 дана дужи од рока за квалитативни пријем добара).

13. На страни 23 конкурсне документације, дато је упутство за попуњавање обрасца детаљне понуде, где се под тачком 3. наводи да се у колони „Јединична цена, без ПДВа“ уписује јединична цена комплетног апарата, са свим саставним деловима понуђеног добра.

Питање 1: Да ли захтевана јединична цена треба да обухвати и додатну опрему наведену под тачком 9. Техничке спецификације за партију 1 на страни 31 конкурсне документације, у оквиру једне изражене јединичне цене целог апарата или је потребно изразити појединачне цене за апарат за мегнетну резонанцу и сваку ставку додатне опреме 9.1.-9.4. посебно?

Питање 2: Молимо вас да појасните да ли је у образац неопходно уносити и услуге које ће бити вршене (монтажу, обуку и слично)?

14. На страни 30 конкурсне документације се у склопу тачке 9. Техничке спецификације наводи да није потребно испоручити опрему за климатизацију и вентилацију просторије за преглед као и техничке просторије, јер уређење читавог простора за смештај РФ кабине са новим магнетом врши Одељење за инфраструктуру ВМА преко своје управе за инфраструктуру МО.

Питање: С обзиром да је обавеза понуђача да испоручи РФ кабину са унутрашњим уређењем, а да је све ван РФ кабине обавеза Наручиоца, молимо Вас да појасните да ли је израда и уградња „Quench“ цеви која се налази такође изван РФ кабине обавеза Наручиоца.

15. На страни 48 конкурсне документације, у моделу уговора, под тачком 8.12. наведено је да се Испоручилац обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког

да ће вршити услугу паушалног одржавања испоручене опреме у трајању од 10 година од дана истека гарантног периода, а што ће бити предмет посебних уговора. Као прво, тражи се обезбеђивање резервних делова за период од 10 година од дана инсталације а паушално одржавање за период од 10 година од дана истека гаранције. То практично значи да изјава о доступности резервних делова, неће покрити једну годину евентуалног паушалног одржавања тј. десету годину од дана истека гаранције. Као друго, потенцијални понуђач се не може обавезати у склопу овог уговора да ће вршити услугу паушалног одржавања из разлога што ће услуга паушалног одржавања бити предмет посебних уговора и јавних набавки. Понуђач није у могућности да се обавезе на испуњеност овог захтева, јер исход других јавних набавки, које ће се можда десити у будућности, у тренутку потписивања овог уговора, не може бити познат.

Питање: Имајући у виду претходно наведено, молимо вас да појасните да ли је прихватљиво да се тачка 8.12. модела уговора измени тако да гласи: „Испоручилац се обавезује да ће обезбедити испоруку резервних делова и техничког потрошног материјала у периоду од 10 година од момента квалитативног пријема“

16. На страни 45 и 46 конкурсне документације навели сте документа која је неопходно доставити да би се извршило плаћање 10% укупно уговорене вредности уговора.

Питање: С обзиром да ће рачун бити достављен приликом квантитативног пријема, молимо да се из листе оригиналне исплатне документације под тачком 3.4. на страни 46 изостави „Рачун“

17. Питање: Да ли је Наручилац порески обвезник, обзиром да се део тендерских захтева односи на извођење грађевинских радова у склопу РФ кабине? Ова информација је важна потенцијалном понуђачу због начина фактурисања и обрачуна пореза у складу са законом о ПДВ-у.“

## О д г в о р и

- 1) Као што је и предвиђено конкурсном документацијом, понуђач доставља проспектну и техничку спецификацију за сва понуђена добра за партије 1 (тачке 1.1. до 9.4.) и 2., а у обрасцима 6-1-4 „Техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементе техничке подршке, понуђач уписује тражене податке у колоне 3 и 4.
- 2) На питање 1., наручилац је извршио измену конкурсне документације. На питање 2., наручилац остаје у свему при захтевима из конкурсне документације, односно „site plan“ се доставља на српском језику.
- 3) На питање 1. одговор је да, обавеза је Наручиоца да припреми и уреди простор и, обезбеди потребну вентилацију и климатизацију. На питање 2., одговор је да наручилац остаје у свему при захтевима из конкурсне документације.
- 4) Наручилац остаје у свему при захтевима из конкурсне документације.
- 5) Годишње паушално одржавање подразумева неограничен број сервисних интервенција са укљученим резервним деловима и потрошним материјалом.
- 6) Како је чланом 85. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, на даље Закон) предвиђено критеријум за економски најповољније понуде, може бити пост-гаранцијско одржавање. Поред осталог, наручилац је дужан да приликом набавке прибави добра одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке, као и да сагледа све трошкове током експлоатационог периода набављених добара, наручилац је као један од критеријума тражи

поправке и одржавање опреме у МО и ВС, финансијска средства потребна за реализацију услуга паушалног одржавања, добара која су предмет јавне набавке, биће обезбеђена по усвајању буџета Републике Србије.

Потенцијални понуђач, у конкретном поступку, гарантује и обавезује се у сопствено име да ће, уколико буде закључио уговор о јавној набавци предметних добара, вршити услуге годишњег паушалног одржавања.

- 7) Наручилац остаје у свему при захтевима из конкурсне документације.
- 8) Понуда ће бити оцењена као прихватљива, уколико новоосновано привредно друштво достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (АПР).
- 9) Као што је и предвиђено конкурсном документацијом, понуђач је дужан да располаже довољним финансијским и пословним капацитетом за сва понуђена добра из партија 1 и 2.
- 10) Наручилац остаје у свему при захтевима из конкурсне документације.
- 11) Као што је и предвиђено конкурсном документацијом, произвођач је дужан да обезбеди производњу резервних делова и техничко-потрошног материјала, од момента квалитативног пријема и да обезбеди све софтверско хардверске надоградње, за сва понуђена добра из партија 1 (тачке 1.1. до 9.4.) и 2.
- 12) На питање 1. одговор је да наручилац остаје у свему при захтевима из конкурсне документације. На питање 2. одговор је, да гаранција за озбиљност понуде важи до момента закључења уговора о јавној набавци, а рок важења гаранције за добро извршење посла је минимум 30 дана дужи од истека гарантног рока за испоручена добра.
- 13) Као што је и предвиђено конкурсном документацијом, понуђачи су у обавези да искажу:
  1. Цену за сва понуђена добра-позиције, за партије 1 (тачке 1.1. до 9.4.) и 2.
  2. Цену за монтажу, инсталацију и пуштање у рад и,
  3. Цену за обуку неограниченог броја лица крајњег корисника и лица техничке струке за рад на лицу места при инсталацији.
- 14) Као што је и предвиђено конкурсном документацијом, обавеза Наручиоца, је да изради и угради „Quench“ цеви.
- 15) Наручилац остаје у свему при захтевима из конкурсне документације.
- 16) Наручилац остаје у свему при захтевима из конкурсне документације.
- 17) Војномедицинска академија Београд је порески обвезник.

MS,CO

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

на интернет адреси МО ВС



ПО ОВЛАШЋЕЊУ  
МЕНИКА НАЧЕЛНИКА ВМА  
у к о в н и к  
Проф. др Зоран ШЕГРТ

Prof. dr Zoran ŠEGRT