



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање
војних осигурањика

Бр. 81 - 108

~~13 APR 2016~~ године

Одговор заинтересованом лицу у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 12.04.2016. године у 13.34h, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за ЈН бр. 4/16 **Дијагностички материјал за анализаторе произвођача „Siemens“, „Roche“, „Abbot“: SAPPHIRE, ARCHITECTi2000sr, ARCHITECTi1000, NEPHELOMETAR BN II, DIMENSION RXL MAX, DIMENSION X PAND, BCS-XP, BCT, BFT II, IMMULITE 2000, ADVIA 1200/1800, ADVIA 120/2120, ADVIA CENTAUR XP i CENTAUR CP, ВЕР 2000, ELISA PROCESOR II, COBAS 6000cor unit+e601, ELECSYS 2010, COBAS E 411, INTEGRA 400+, REFLOTRON, jonizovani Ca++ROCHE 9180, Test trake, COBAS b 121, по следећем**

„Молимо Вас да у јавној набавци добара у отвореном поступку број 4/16 измените конкурсну документацију да би величина паковања одговарала конкурсној документацији. Потребно је променити следеће ставке:

1. У партији 7 Дијагностички материјал за апарате ADVIA 1200/1800, ставка број 8, „**Klinička hemija, supstrati, reagens za Holesterol set 2 reagensa**“ треба променити у „Klinička hemija, supstrati, reagens za Holesterol set od jednog reagensa“.

Разлог промене је зато што је произвађач променио облик паковања који садржи само један реагенс.

2. У партији 7 Дијагностички материјал за апарате ADVIA 1200/1800, ставка 33, „**Imunohemija, supstrati, reagens za Trigliceride, set od 2 reagensa**“ треба променити у „Imunohemija, supstrati, reagens za Trigliceride, set od 1 reagensa“.

Разлог промене је зато што је произвађач променио облик паковања који садржи само један реагенс.

3. У партији 8 Дијагностички материјал за апарате ADVIA 120/2120 ставка 3, „**Hematologija, reagens, rastvor za enzimsko čišćenje sistema (4x810ml)**“ треба променити у „Hematologija, reagens, rastvor za enzimsko čišćenje sistema (2x1620ml)“.

Разлог промене је зато што је произвађач променио облик паковања који садржи две боце реагенса по 1620ml, уместо 4 по 810ml, како је било до сад.

4. У партији 9 Дијагностички материјал за апарате ADVIA CENTAUR XP и CENTAUR CP, у ставци 39 „**Imunohemija, ostali imunohemijski reagensi, pomoćni reagens za ispiranje igala kod testova paratiroidnog hormona i insulina 12,5ml -pw1**“, укупна тражена количина 38ml, што није дељиво са величином паковања од 12,5mL, треба променити тражену количину у **37,5ml – што чини укупно 3 паковања.**

5. У партији 9 Дијагностички материјал за апарате ADVIA CENTAUR XP и CENTAUR CP, у ставци 74 **“plastični nastavci za automatsko uzimanje uzoraka na aparatu”** и ставци 75 **“reakcione kivete”**, наведено је да ова два предмета јавне набавке нису медицинска средства, иако она то јесу, па молимо Наручиоца да промени документацију у складу са тиме и у колони Мед. Средство (да/не) за ставке 74 и 75 уместо НЕ напише ДА. У колони квалитет није потребан сертификат произвођача о квалитету, обзиром да су ставке медицинско средство и поседујемо решење о упису у медицински регистар, издато од АЛИМС-а.“

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

1. У партији 7 Дијагностички материјал за апарате ADVIA 1200/1800, ставка број 8, мења се назив и опис средства у колони „Предмет набавке“ и гласи: **„Klinička hemija, supstrati, reagens za Holesterol, set od jednog (1) reagensa“**.

2. У партији 7 Дијагностички материјал за апарате ADVIA 1200/1800, ставка број 33, мења се назив и опис средства у колони „Предмет набавке“ и гласи: **„Imunohemija, supstrati, reagens za Trigliceride, set od jednog (1) reagensa“**.

3. У партији 8 Дијагностички материјал за апарате ADVIA 120/2120, ставка број 3, мења се назив и опис средства у колони „Предмет набавке“ и гласи: **„Hematologija, reagens, rastvor za enzimsko čišćenje sistema (2x1620ml)“**.

4. У партији 9 Дијагностички материјал за апарате ADVIA CENTAUR XP и CENTAUR CP, ставка број 39 мења се количина добра у колони „Количина ВМА“ и „Укупна количина“ и гласи: **37,5ml**.

5. У партији 9 Дијагностички материјал за апарате ADVIA CENTAUR XP и CENTAUR CP, ставке 74 и 75 у колони „Мед. средство (да/не)“ треба да стоји ДА, у колони „Решење АЛИМС-а“ треба да стоји ДА, а у колони „Квалитет“ брише се „Сертификат произвођача о квалитету“.

MM
VN
H

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета

