



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 81 - 22

25.02.2016. године

Измене и допуне конкурсне документације,
д о с т а в љ а.-

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације Бр. 81-15 од 18.02.2016. године, за јавну набавку добара, ЈН бр. 64/15 Материјал за ангиографију и ангиопластику.

Измене се врше у спецификацији добара:

-мења се Партија 22 у колони „Предмет набавке“, „Количина ВМА“, „Процењена вредност партије“, додаје се Партија 25 и свуда у тексту у конкурсној документацији уместо 24 (двадесетчетири) партије сада гласи 25 (двадесетпет партија) у делу 1, 2, 3, 5 и 6 Конкурсне документације:

Део 1 - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ (странице 1, 2, 3, 5),

Део 2 - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (странице 6, 8),

Део 3 - УСЛОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА, КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РЕКЛАМАЦИЈА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ (странице 10, 11):

Део 5 – УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ (страница 24)

Део 6 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ (странице 28, 33, 34), по следећем:

ПАРТИЈА 22 Мења се предмет набавке, количина и процењена вредност и гласи:

Број партије	Šифра из ОР ЈН	Предмет набавке	Јед мере	Количина ВМА	Јединична проценјена вредност без PDV-а	Проценјена вредност партије без PDV-а
22	33111710 33111730	Balon за PTCA visokog pritiska, monorail tehnike, nekomplijantni, sa dva markera, dijametar vrška balona 0.016 inča, poprečni presek balona u opsegu od 2 do 5mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0.032 inča za balone maksimalnog dijametra dužine balona od 6-27mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora	kom	300	6.000,00	1.800.000,00

ПАРТИЈА 25 се додаје и гласи:

Broj partije	Šifra iz OR JN	Predmet nabavke	Jed mere	Količina VMA	Jedinična procenjena vrednost bez PDV-a	Procenjena vrednost partije bez PDV-a
25	33111710 33111730	Balon za PTCA monorail tehnike, semikomplijantni, sa jednim ili dva markera, dijametar vrška balona 0.016 inča, poprečni presek balona u opsegu od 1.25 do 4mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0.024 inča za balone maksimalnog dijametra, pogodan za kissing balloon tehniku u PTCA kateterima dijametra 6 frenča, dužine balona od 6 do 30mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.	kom	200	6.000,00	1.200.000,00

НАПОМЕНА: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном Конкурсном документацијом.

Прилог:

-измењене стране конкурсне документације: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 24, 28, 33, 34.

ММ ВН


Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета.

ДИРЕКТОР
Драгиша Дабетић





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 81 - 15

18.02.2016. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку добара у отвореном поступку (од 1 до 54 страна)

Материјал за ангиографију и ангиопластику
Предмет набавке је обликован у 25 (двадесетпет) партија

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 64/15

На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 29/2013 и 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке Бр. 9575-4 од 25.12.2015. године, Решења о образовању комисије Бр. 9575-5 од 25.12.2015. године, припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку добара Бр. 64/15 Материјал за ангиографију и ангиопластику, обликована у 25 (двадесетпет) партија.

Конкурсна документација садржи:

Део бр.	Назив	Стр.
1.	Општи подаци о јавној набавци	3/54
2.	Подаци о предмету јавне набавке	6/54
3.	Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара, квалитет, начин спровођења контроле квалитета – квантитативни и квалитативни пријем, грешке у квалитету, рекламација, рок и место испоруке	9/54
4.	Услови за учешће у поступку (из члана 75. и 76. Закона) и Упутство како се доказује испуњеност тих услова	13/54
5.	Упутство понуђачу како да сачини понуду	16/54
6.	Образац понуде	28/54
7.	Модел уговора	41/54
8.	Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона	47/54
9.	Образац Изјаве понуђача да ће обавестити наручиоца о промени која је у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке	48/54
10.	Образац Изјаве о независној понуди	49/54
11.	Образац Изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла - менице	50/54
12.	Менично писмо – овлашћење (за озбиљност понуде)	51/54
13.	Менично писмо – овлашћење (за добро извршење посла)	52/54
14.	Образац трошкова припреме понуде	53/54
15.	Образац Изјаве о роковима трајања	54/54

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по њој. За додатне информације и објашњења потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о Изменама, Допунама и Појашњењима Конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона, дужан да све Измене и Допуне Конкурсне документације објави на Порталу Јавних набавки и својој интернет страници.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, Наручилац ће све додатне информације или Појашњења у вези са припремањем понуда објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1. Наручилац: Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, **интернет страница:** www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs

1.2. Врста поступка: отворени поступак по партијама у складу са. Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и осталим подзаконским актима којима се уређују поступци јавних набавки као и у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12).

1.3. Предмет јавне набавке број 64/15 су добра: Материјал за ангиографију и ангиопластику, који је обликован у 25 (двадесетпет) партија:

Број партије	Šифра из OR JN	Предмет набавке	Јед мере	Кoliчина VMA	Јединична проценјена вредност без PDV-а	Проценјена вредност партије без PDV-а
1	33111710 33111730	Нефростомски сет за пункцију садржи дводелну иглу за пункцију, са ултразвучним обележавањем на врху, промера 17,5G. Чврсту водић сајлу са меким врхом, промера 0,038 инча. Екстендер катетера са пластичним стилетом. Pigtail катетер направљен од полиуретана, радиоопалесцентан, дужине 30cm, са хидрофилним премазом, 6 бочних отвора и адаптером за дренажну кесу. Катетери су калибра 8 и 10 F.	ком	100	12.000,00	1.200.000,00
2	33111710 33111730	Универзални дренажни катетер за дренажу апсцеса, спољну билјарну дренажу и нефростоме. Од полиуретана, отпоран на кинкинг, са више бочних отвора. Садржи металну канилу компатибилну са водић сајлама од 0,035 и/или 0,038 инча. Садржи систем за закључавање. Дужине је од 25 до 40cm, промера од 6 до 12F.	ком	100	11.000,00	1.100.000,00
3	33111710 33111730	Игле за иницијалну пункцију од 22G, дужине од 10 до 20cm, компатибилне са водић сајлом од 0,018 инча.	ком	50	1.350,00	67.500,00
4	33111710 33111730	Игле за иницијалну пункцију од 18G, дужине од 10 до 20cm, компатибилне са водић сајлом од 0,038инча.	ком	50	1.350,00	67.500,00
5	33111710 33111730	Instrument за аутоматску биопсију, за једнократну употребу, за узимање хистолошких узорака, са иглама дужине од 10 и 20cm, промера од 16 до 20G. Димензије по захтеву крајњег корисника.	ком	50	3.000,00	150.000,00
6	33111710 33111730	Водић сајла са челичним језгром и тefлонским омотачем, дебљине од 0,035 инча дужине од 145 до 150cm, на једном крају са меким правим врхом а на другом крају са меким J врхом.	ком	50	1.350,00	67.500,00
7	33111710 33111730	Intrakranijalni nitinolски, самоšireћи стент, промера од 2,0-4,5mm, дужине 14-37mm, са могућношћу репозиционирања код отвореног стента до 90% дужине, са припадајућим микрокатетером	ком	2	460.000,00	920.000,00
8	33111710 33111730	Set за тромбоаспирацију код акутног ишемијског можданог удара, који се састоји из: Водић катетер са унутрашњим промером од 0.088", радна дужина 80 и 90cm, прави и MP, реперфузни катетери спољашњег промера 3.8F до 5.4F, separatorи промера од 0.030" до 0.045", микрокатетер са унутрашњим промером од 0.025 инча, aspiracione цеви	ком	5	625.000,00	3.125.000,00
9	33111710 33111730	Set за тромбоаспирацију вакуумом на периферним крвним судовима који се састоји од: реперфузионих катетера спољашњег промера 3.4F до 8.0F, separator промера од 0.028" до 0.068", aspiracione цеви	ком	5	360.000,00	1.800.000,00

Broj partije	Šifra iz OR JN	Predmet nabavke	Jed mere	Količina VMA	Jedinična procenjena vrednost bez PDV-a	Procenjena vrednost partije bez PDV-a
21	33111710 33111730	Koronarni stent izrađen od legure kobalt-hroma sa biodegradibilnim abluminalnim gradijentnim polimerom obložen imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom m-TOR-a, sa periodom oslobađanja leka i biodegradacije 3-4 meseca; otvoreni ćelijski dizajn, debljina strata 80 µm, dijametar stenta u opsegu od 2.25 do 4.0 mm., dužine u opsegu od 9 do 38 mm.	kom	60	50.000,00	3.000.000,00
22	33111710 33111730	Balon za PTCA visokog pritiska, monorail tehnike, nekomplijantni, sa dva markera, dijametar vrška balona 0.016 inča, poprečni presek balona u opsegu od 2 do 5mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0.032 inča za balone maksimalnog dijametra dužine balona od 6-27mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora	kom	300	6.000,00	1.800.000,00
23	33111710 33111730	Kateter uvodnik za PTCA Kateter uvodnik za PTCA dijametra 6 frenča, 7frenča i 8 frenča sa i bez bočnih rupa (SH), čelične armature, atraumatskog vrha, unutrašnjeg lumena jednakog ili manjega od 0.071 inča za uvodnike dijametra 6 frenča, različitih krivina JL3.0; 3.5; 4.0;4.5; 5.0;6.0; JR 3.5;4.0; 5; 6; AL 1; 1.5; 2.0; 3.0; AR 1.0; 2.0; EBU 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 5.0; RBU 3.5; 4.0; MP 1.0; 2.0; RCB; IMA; Krivine po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.	kom	170	6.000,00	1.020.000,00
24	33111710 33111730	Periferni stent izgrađen od legure hroma (kobalt ili platina) bez polimera, debljine starta manje ili jednako 80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćeliskog ciklusa TOR a (rapamicin ili derivati), širine stenta u rasponu 2,5 do 4,5 mm. Dimenzije po zahtevu korisnika.	kom	10	70.000,00	700.000,00
25	33111710 33111730	Balon za PTCA monorail tehnike, semikomplijantni, sa jednim ili dva markera, dijametar vrška balona 0.016 inča, poprečni presek balona u opsegu od 1.25 do 4mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0.024 inča za balone maksimalnog dijametra, pogodan za kissing balloon tehniku u PTCA kateterima dijametra 6 frenča, dužine balona od 6 do 30mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.	kom	200	6.000,00	1.200.000,00

1.4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. Контакт:

Факс: 011/3000-312

E-mail адреса: vera.negovanovic@mod.gov.rs

Радно време наручиоца од 7.30h до 15.30h, осим суботе и недеље.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке број 64/15 у отвореном поступку су добра – Материјал за ангиографију и ангиопластику.

Назив и ознака из Општег речника набавке

- материјал за ангиографију 33111710
- материјал за ангиопластику 33111730

2.2.ПАРТИЈЕ

Набавка је обликована у 25 (двадесетпет) партија на следећи начин:

Broj partije	Šifra iz OR JN	Predmet nabavke	Jed mere	Količina VMA	Jedinična procenjena vrednost bez PDV-a	Procenjena vrednost partije bez PDV-a
1	33111710 33111730	Nefrostomski set za punkciju sadrži dvodelnu iglu za punkciju, sa ultrazvučnim obeležavanjem na vrhu, promera 17,5G. Čvrstu vodič sajlju sa mekim vrhom, promera 0,038 inča. Ekstender katetera sa plastičnim stiletom. Pigtail kateter napravljen od poliuretana, radioopalescentan, dužine 30cm, sa hidrofilnim premazom, 6 bočnih otvora i adapterom za drenažnu kesu. Kateteri su kalibra 8 i 10 F.	kom	100	12.000,00	1.200.000,00
2	33111710 33111730	Univerzalni drenažni kateter za drenažu apscesa, spoljnu bilijarnu drenažu i nefrostome . Od poliuretana, otporan na kinking, sa više bočnih otvora. Sadrži metalnu kanilu kompatibilnu sa vodič sajlama od 0,035 i/ili 0,038 inča. Sadrži sistem za zaključavanje. Dužine je od 25 do 40cm, promera od 6 do 12F.	kom	100	11.000,00	1.100.000,00
3	33111710 33111730	Igla za inicijalnu punkciju od 22G, dužine od 10 do 20cm, kompatibilne sa vodič sajlom od 0,018 inča.	kom	50	1.350,00	67.500,00
4	33111710 33111730	Igla za inicijalnu punkciju od 18G, dužine od 10 do 20cm, kompatibilne sa vodič sajlom od 0,038inča.	kom	50	1.350,00	67.500,00
5	33111710 33111730	Instrument za automatsku biopsiju, za jednokratnu upotrebu, za uzimanje histoloških uzoraka, sa iglama dužine od 10 i 20cm, promera od 16 do 20G. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika.	kom	50	3.000,00	150.000,00
6	33111710 33111730	Vodič sajlja sa čeličnim jezgrom i teflonskim omotačem, debljine od 0,035 inča dužine od 145 do 150cm, na jednom kraju sa mekanim pravim vrhom a na drugom kraju sa mekim J vrhom.	kom	50	1.350,00	67.500,00
7	33111710 33111730	Intrakranijalni nitinolski, samošireći stent, promera od 2,0-4,5mm, dužine 14-37mm, sa mogućnošću repositioniranja kod otvorenog stenta do 90% dužine, sa pripadajućim mikrokateterom	kom	2	460.000,00	920.000,00
8	33111710 33111730	Set za tromboaspiraciju kod akutnog ishemijskog moždanog udara, koji se sastoji iz: Vodič kateter sa unutrašnjim promerom od 0.088", radna dužina 80 i 90cm, pravi i MP, reperfuzioni kateteri spoljašnjeg promera 3.8F do 5.4F, separatori promera od 0.030" do 0.045", mikrokateter sa unutrašnjim promerom od 0.025 inča, aspiracione cevi	kom	5	625.000,00	3.125.000,00
9	33111710 33111730	Set za tromboaspiraciju vakuumom na perifernim krvnim sudovima koji se sastoji od: reperfuzionih katetera spoljašnjeg promera 3.4F do 8.0F, separator promera od 0.028" do 0.068", aspiracione cevi	kom	5	360.000,00	1.800.000,00

Broj partije	Šifra iz OR JN	Predmet nabavke	Jed mere	Količina VMA	Jedinična procenjena vrednost bez PDV-a	Procenjena vrednost partije bez PDV-a
21	33111710 33111730	Koronarni stent izrađen od legure kobalt-hroma sa biodegradibilnim abluminalnim gradijentnim polimerom obložen imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom m-TOR-a, sa periodom oslobađanja leka i biodegradacije 3-4 meseca; otvoreni ćelijski dizajn, debljina strata 80 µm, dijametar stenta u opsegu od 2.25 do 4.0 mm., dužine u opsegu od 9 do 38 mm.	kom	60	50.000,00	3.000.000,00
22	33111710 33111730	Balon za PTCA visokog pritiska, monorail tehnike, nekomplijantni, sa dva markera, dijametar vrška balona 0.016 inča, poprečni presek balona u opsegu od 2 do 5mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0.032 inča za balone maksimalnog dijametra dužine balona od 6-27mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora	kom	300	6.000,00	1.800.000,00
23	33111710 33111730	Kateter uvodnik za PTCA Kateter uvodnik za PTCA dijametra 6 frenča, 7frenča i 8 frenča sa i bez bočnih rupa (SH), čelične armature, atraumatskog vrha, unutrašnjeg lumena jednakog ili manjega od 0.071 inča za uvodnike dijametra 6 frenča, različitih krivina JL3.0; 3.5; 4.0;4.5; 5.0;6.0; JR 3.5;4.0; 5; 6; AL 1; 1.5; 2.0; 3.0; AR 1.0; 2.0; EBU 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 5.0; RBU 3.5; 4.0; MP 1.0; 2.0; RCB; IMA; Krivine po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.	kom	170	6.000,00	1.020.000,00
24	33111710 33111730	Periferni stent izgrađen od legure hroma (kobalt ili platina) bez polimera, debljine starta manje ili jednako 80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćeliskog ciklusa TOR a (rapamicin ili derivati), širine stenta u rasponu 2,5 do 4,5 mm. Dimenzije po zahtevu korisnika.	kom	10	70.000,00	700.000,00
25	33111710 33111730	Balon za PTCA monorail tehnike, semikomplijantni, sa jednim ili dva markera, dijametar vrška balona 0.016 inča, poprečni presek balona u opsegu od 1.25 do 4mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0.024 inča za balone maksimalnog dijametra, pogodan za kissing balloon tehniku u PTCA kateterima dijametra 6 frenča, dužine balona od 6 do 30mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.	kom	200	6.000,00	1.200.000,00

Понуђач може поднети понуду за целокупну набавку (све партије) или само за одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за све партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Понуда се подноси за све врсте и целокупне количине добара из појединачне партије. Уколико се не поднесе за све врсте и количине из партије, понуда неће бити разматрана и биће **одбијена као неприхватљива**

Broj partije	Predmet nabavke	Jed mere	Količina VMA	Jedinična procenjena vrednost bez PDV-a	Procenjena vrednost partije bez PDV-a
15	Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča dužine 150 cm. sa J mekanim vrhom	kom	1600	900,00	1.440.000,00
16	Kateter dijagnostički koronarni otporan na uvrtanje, čelične armature, atraumatskog vrha spoljašnjeg dijametra 5 i 6 frenča, dužine 100 cm. i više, različitih krivina. Krivine po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.	kom	90	1.000,00	90.000,00
17	Produžno fleksibilno crevo od polyuretana, armirano sa rotacionom valvulom, sa M/Ž konektorima sa izdržljivošću 1200 PSI dužine u opsegu od 100 do 122 cm.	kom	1000	750,00	750.000,00
18	Stent koronarni sa lekom hrom kobalt/platina. Koronarni stent izrađen od legure hroma (kobalt ili platina) bez polimera debljine strata manje ili jednako 80 mikrona i imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom TOR-a (rapamicin ili derivati), širine stenta u rasponu od 2,4-4mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika nakon potpisivanja ugovora.	kom	60	50.000,00	3.000.000,00
19	Set žica za tortuozne, subtotalne lezije i okluzije koronarnih arterija. 1. Koronarni žičani vodič dijametra 0.014 inch-a, nitinolski, sa lakom podrškom, sa hidrofilnim omotačem na distalnom kraju, proksimalno hidrofoban, DURASTEEL shaping ribbon, težine vrha 0.6 g. 2. Koronarni žičani vodič dijametra 0.014 inch-a, za tortuozne lezije, tri nivoa podrške vrha, 1.5 g./2.7 g./4.1 g., sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza, core-to-tip, kompletno presvučen hidrofilnim polimerom sa zlatnim markerom. 3. Koronarni žičani vodič dijametra 0.014 inch-a, presvučen hidrofilnim polimerom, sa DURASTEEL jezgrom bez prelaza, različitih tvrdoća vrha, tri nivoa podrške, 0.8g./1.0g./1.2g. Pojedinačne količine po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.	kom	150	7.600,00	1.140.000,00
20	Koronarni stent sa lekom bez polimera, za brzu endotelizaciju, od nerđajućeg čelika L316 sa aktivnom supstancom biolimus ili ekvivalent. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.	kom	10	50.000,00	500.000,00
21	Koronarni stent izrađen od legure kobalt-hroma sa biodegradibilnim abluminalnim gradijentnim polimerom obložen imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom m-TOR-a, sa periodom oslobađanja leka i biodegradacije 3-4 meseca; otvoreni ćelijski dizajn, debljina strata 80 µm, dijametar stenta u opsegu od 2.25 do 4.0 mm., dužine u opsegu od 9 do 38 mm.	kom	60	50.000,00	3.000.000,00
22	Balon za PTCA visokog pritiska, monorail tehnike, nekomplijantni, sa dva markera, dijametar vrška balona 0.016 inča, poprečni presek balona u opsegu od 2 do 5mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0.032 inča za balone maksimalnog dijametra dužine balona od 6-27mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora	kom	300	6.000,00	1.800.000,00
23	Kateter uvodnik za PTCA Kateter uvodnik za PTCA dijametra 6 frenča, 7frenča i 8 frenča sa i bez bočnih rupa (SH), čelične armature, atraumatskog vrha, unutrašnjeg lumena jednakog ili manjega od 0.071 inča za uvodnike dijametra 6 frenča, različitih krivina JL3.0; 3.5; 4.0;4.5; 5.0;6.0; JR 3.5;4.0; 5; 6; AL 1; 1.5; 2.0; 3.0; AR 1.0; 2.0; EBU 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 5.0; RBU 3.5; 4.0; MP 1.0; 2.0; RCB; IMA; Krivine po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.	kom	170	6.000,00	1.020.000,00
24	Periferni stent izgrađen od legure hroma (kobalt ili platina) bez polimera, debljine starta manje ili jednako 80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa TOR a (rapamicin ili derivati), širine stenta u rasponu 2,5 do 4,5 mm. Dimenzije po zahtevu korisnika.	kom	10	70.000,00	700.000,00

Broj partije	Predmet nabavke	Jed mere	Količina VMA	Jedinična procenjena vrednost bez PDV-a	Procenjena vrednost partije bez PDV-a
25	Balon za PTCA monorail tehnike, semikomplijantni, sa jednim ili dva markera, dijametar vrška balona 0.016 inča, poprečni presek balona u opsegu od 1.25 do 4mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0.024 inča za balone maksimalnog dijametra, pogodan za kissing balloon tehniku u PTCA kateterima dijametra 6 frenča, dužine balona od 6 do 30mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.	kom	200	6.000,00	1.200.000,00

Понуђена добра морају да испуне **минималне тражене техничке карактеристике** из конкурсне документације.

Да би наручилац оценио да ли понуђено добро поседује захтеване техничке карактеристике, понуђач мора да достави одговарајући **несумњив и неспоран доказ доле наведен** у коме је **понуђено добро обележено редним бројем партије као и тражена карактеристика**, и то:

- **важеће** Решење о упису у Регистар медицинских средстава издато од Агенције за лекове и медицинска средства Србије (у даљем тексту АЛИМС)

Уколико понуђач није носилац дозволе о упису медицинског средства из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца дозволе за медицинско средство и лица које врши промет на велико тог медицинског средства, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинског средства на велико овлашћено да врши промет на велико медицинског средства од стране носиоца дозволе за медицинско средство.

- оригинал или фотокопију каталога (или делова каталога), у коме је понуђено добро као и тражена карактеристика обележено редним бројем партије на коју се односи. Уколико све карактеристике траженог добра нису описане у каталогу допунити са оригиналном изјавом произвођача или инозаступника за Европу са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица.

Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене.

У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

3.2. Место испоруке: испорука добара биће извршена у просторијама крајњег корисника Купца, ВМА, Црнотравска бр. 17, Београд, тел 011/3608-764,

Рок испоруке:

Испорука добара је сукцесивна на захтев корисника до 15 дана по добијању писаног захтева крајњег корисника.

У случају да тражена количина није дељива са најмањим оригиналним паковањем, продавац је у обавези да разлику надокнади испоруком читавог најмањег оригиналног паковања на терет продавца.

Најмање оригинално паковање подразумева најмање регистровано појединачно паковање.

3.3. Квалитет:

Понуђена добра морају бити нова, из текуће производње и по квалитету морају у потпуности да одговарају траженим техничким карактеристикама, у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12).

Приликом испоруке добара неопходно је доставити сертификат у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 107/12).

У случају разлике између јединичне и укупне цене, **меродавна је јединична цена**. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду **одбити као неприхватљиву**.

5.14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Додела уговора за све партије извршиће се применом критеријума „**најнижа понуђена цена**“.

5.15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају да после спроведеног рангирања понуда постоји две или више прихватљивих понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће применити **помоћни критеријум** - дужи рок важења понуде.

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок важења понуде, наручилац ће доделити уговор путем **жреба**. Сви понуђачи који су поднели понуде биће позвани да присуствују поступку жреба о чему ће бити сачињен записник. Неодазивање неког од понуђача не спречава поступак жреба.

5.16. ИЗМЕНА УГОВОРА

У складу са чланом 115. став 2. Закона, након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

У складу са Чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац, предвиђа могућност измене уговора и на начин да се:

- скрати рок испоруке добара а на писани захтев крајњег корисника и уз сагласност друге уговорне стране
- продужи рок трајања уговора најдуже до годину дана за партије број 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, за које је предвиђена сукцесивна испорука, а не испорука по траншама, а на писани захтев крајњег корисника и уз сагласност друге уговорне стране.

5. 17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.18. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, **одбије све неприхватљиве понуде**.

Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;
- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се

6 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 64/15 Страна 28 од 54

6 - I ПОНУДА

Понуда број _____ (навести број понуде) од _____ (датум) за јавну набавку број **64/15 Материјал за ангиографију и ангиопластику**

1. ПОНУДУ ДАЈЕМО: (обавезно заокружити):

а) самостално	б) са подизвођачем	ц) заједничка понуда
попуњава се и доставља део 6-I и 6-II	попуњава се и доставља део 6-I, 6-II и 6-III	попуњава се и доставља део 6-I, 6-IV и 6-V

Понуђене су партије 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (заокружити број понуђене партије) у свему према спецификацији:

Број партије	Предмет набавке	Јед мере	Кoličina VMA	Произвођач	Каталошки број или одговарајућа ознака	Јединична понуђена цена без PDV-а	PDV у %	Јединична понуђена цена са PDV-ом	Понуђена цена партије без PDV-а	Понуђена цена партије са PDV-ом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Neftrostomski set за пункцију садржи дводелну иглу за пункцију, са ултразвучним obeležavanjem на врху, промера 17,5G. Čvrstu vodič саљу са mekim врхом, промера 0,038 inča. Ekstender katetera са пластичним stiletom. Pigtail kateter направљен од poliuretana, radioopalescentan, duzine 30cm, са hidrofilnim premazom, 6 bočnih otvora i adapterom за дренаžnu kesu. Kateteri су kalibra 8 i 10 F.	3	4							
		kom	100							

Broj partije	Predmet nabavke	Jed mere	Količina VMA	Proizvođač	Kataloški broj ili odgovarajuća oznaka	Jedinična ponuđena cena bez PDV-a	PDV u %	Jedinična ponuđena cena sa PDV-om	Ponuđena cena partije bez PDV-a	Ponuđena cena partije sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Balon za PTCA visokog pritiska, monorail tehnike, nekomplijantni, sa dva markera, dijametar vrška balona 0.016 inča, poprečni presek balona u opsegu od 2 do 5mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0.032 inča za balone maksimalnog dijametra dužine balona od 6-27mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora	kom	300							
23	Kateter uvodnik za PTCA Kateter uvodnik za PTCA dijametra 6 frenča, 7 frenča i 8 frenča sa i bez bočnih rupa (SH), čelične armature, atraumatskog vrha, unutrašnjeg lumena jednakog ili manjega od 0.071 inča za uvodnike dijametra 6 frenča, različitih krivina JL3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; JR 3.5; 4.0; 5; 6; AL 1; 1.5; 2.0; 3.0; AR 1.0; 2.0; EBU 3.0; 3.25; 3.5; 3.75; 4.0; 5.0; RBU 3.5; 4.0; MP 1.0; 2.0; RCB; IMA; Krivine po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.	kom	170							
24	Periferni stent izgrađen od legure hroma (kobalt ili platina) bez polimera, debljine starta manje ili jednako 80 mikrona, sa imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćeliskog ciklusa TOR a (rapamicin ili derivati), širine stenta u rasponu 2,5 do 4,5 mm. Dimenzije po zahtevu korisnika.	kom	10							

Broj partije	Predmet nabavke	Jed mere	Količina VMA	Proizvođač	Kataloški broj ili odgovarajuća oznaka	Jedinična ponuđena cena bez PDV-a	PDV u %	Jedinična ponuđena cena sa PDV-om	Ponuđena cena bez PDV-a	Ponuđena cena partije sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Balon za PTCA monorail tehnike, semikomplijantni, sa jednim ili dva markera, dijametar vrška balona 0.016 inča, poprečni presek balona u opsegu od 1.25 do 4mm maksimalnog promera manjeg ili jednako 0.024 inča za balone maksimalnog dijametra, pogodan za kissing balloon tehniku u PTCA kateterima dijametra 6 frenča, dužine balona od 6 do 30mm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika posle potpisivanja ugovora.	kom	200							