



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Бр. 81 - 35  
11. мај 2016. године

Одговор заинтересованом лицу у вези са припремањем понуде,  
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 08.03.2016. године у 12.35h, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 64/15 Материјал за ангиографију и ангиопластику**, по следећем:

„Поштовани,

1. У партији 21 је описан стент израђен од легуре кобалт - хром. Да ли је прихватљиво понудити стент израђен од легуре платина - хром, обзиром да висока густина платине омогућава бољу видљивост и да не представља инфериорну карактеристику у односу на тражену?

2. У истој партији описан је стент дебљине страта 80 mikrona. Да ли је прихватљиво понудити стент дебљине страта до 80 mikrona?“

**НАРУЧИЛАЦ** Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

**Партија 21 сада гласи:**

“Koronarni stent izrađen od legure kobalt ili platina-hroma sa biodegradibilnim abluminalnim gradijentnim polimerom obložen imunosupresivnim lekom koji zaustavlja progresiju ćelijskog ciklusa inhibicijom m-TOR-a, sa periodom oslobađanja leka i biodegradacije 3-4 meseca; otvoreni ćelijski dizajn, debljina strata do 80µm, dijametar stenta u opsegu od 2,25 - 4,0mm., dužine u opsegu 9 - 38 mm.”

МВН

М

Достављено:  
-на Портал ЈН  
-на Портал МО  
-у омот предмета

ДИРЕКТОР  
Драгиша Дагетић