



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Фонд за социјално осигурање  
војних осигураника

Бр. 81 - 46

11.03.2016. године

Одговор заинтересованом лицу у вези са припремањем понуде,  
**д о с т а в љ а .-**

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 11.03.2016. године у 15.14h, захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, за **ЈН бр. 64/15 Материјал за ангиографију и ангиопластику**, по следећем:

#### **Партија 1**

Да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико се понуди нефростомски сет од поливинил-хлорида, калибра катетера 8.3Фр?

С обзиром на то да је разлика између 8Ф и 8.3Ф свега 0.1мм, то би наручилац морао да прихвати и димензију 8.3Фр, а посебно имајући у виду да на тај начин обезбеђује начело конкурентности у поступку - ЗЈН члан 10. Такође, поливинил-хлорид је уобичајени материјал за нефростомске катетере, па би захтев за прихватањем добра оваквих карактеристика морао да се усвоји, и посебно са освртом на ЗЈН члан 10.

#### **Партија 2**

Како би се олакшао рад лекара и значајно побољшала комфорност пацијената, молимо Вас да прилагодите спецификацију тако да је обавезан хидрофилни премаз врха катетера у дужини од 5 цм (што ће значајно олакшати инсерцију), да га је могуће користити са етил-алкохолем, као и да је обавезан фиксатор катетера у сету који ће спречити испадање катетера и тако побољшати квалитет живота пацијента. Молимо Вас да наведете и минимални број рупица на катетеру.

С обзиром на то да би добробит пацијената морала да се примарно узима у обзир, наручилац би морао да прихвати овакву примедбу, а такође и како би обезбедио и поштовање начела конкурентности у поступку - ЗЈН члан 10.

#### **Партија 4**

Да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико се понуди игла од 18 Г, дужине 12 – 20 цм, уместо тражених 10 – 20 цм? Такође у смислу обезбеђивања и поштовања начела конкурентности у поступку - ЗЈН члан 10.

#### **Партија 8**

Да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико се понуди тромбоаспирациони катетер унутрашњег промера 0.070“, радне дужине 125 и 131 цм са врхом који је могуће обликовати на пари и са значајном отпорношћу на книковање? Напомињемо да су ове карактеристике од значаја за лакоћу приступа удаљеним лезијама.

Такође у смислу обезбеђивања и поштовања начела конкурентности у поступку - ЗЈН члан 10.

#### **Партија 11**

Да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико се понуди микрокатетер тражених техничких карактеристика, али дијаметра 2.5 Фр, дужина 100, 110, 135 и 150 цм, уместо

Како бисмо били у могућности да понудимо мањи дијаметар, коме интервентна радиологија и кардиологија упорно теже ради мање трауме за пацијенте, а како нудимо и већу лепезу дужина, молимо да се оваква понуда прихвати, а посебно како би наручилац обезбедио и поштовање начела конкурентности у поступку - ЗЈН члан 10, јер би у супротном онемогућио наше учешће па тиме и нарушио начело конкурентности у поступку.

### Партија 12

Молимо Вас да наведете издржљивост у њутнима (Н) за тражене катетере за мболектомију.

### Партија 15

Да ли ће се понуда сматрати прихватљивом уколико се понуди сајла дужине 145 цм уместо 150 цм?

Како се ради о веома малој разлици у дужини, а која би омогућила поново већу конкурентност у поступку, молимо да се овај захтев прихвати.

Напомињемо да ћемо, у случају да нам се не одговори позитивно на захтев, сматрати да се ради о непоштовању начела конкурентности и једнакости понуђача, у складу са ЗЈН члан 10 и члан 12 и сходно томе направити Захтев за заштитом у поступцима јавних набавки. Очекујемо одговор у законски одређеном року!“

**НАРУЧИЛАЦ** Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **ОДГОВАРА заинтересованом лицу:**

**Партија 1 остаје непромењена, захтев се не прихвата.**

### Партија 2 сада гласи:

“Univerzalni дренаžni kateter za дренаžu apscesa, spoljnu bilijarnu дренаžu i nefrostome . Od poliuretana, sa hidrofилним premazom, otporan na kinking, sa minimalno četiri bočna otvora. Sadrži metalnu kanilu kompatibilnu sa vodič sajlama od 0,035 i/ili 0,038 inča. Sadrži sistem za zaključavanje. Dužine je od 25 do 40cm, promera od 6 do 12F.”

**Партија 4 остаје непромењена, захтев се не прихвата.**

**Партија 8 остаје непромењена, захтев се не прихвата јер је тражен сет, а не само тромбواسпирациони катетер.**

### Партија 11 сада гласи:

„Mikrokateter koaksijalnog tipa distalnog dijametra od 2,5F ili 2,6F ili 2,7F, dužine 100cm do 130cm sa mikrovodičem 0,021 inča sa hidrofилним koatingom i markerom na vrhu.”

**Партија 12 остаје непромењена, захтев се не прихвата јер податок није битан.**

### Партија 15 сада гласи:

„Sajla za uvođenje katetera dijametra 0,035 inča dužine 145 do 180cm sa J mekanim vrhom.”

ВН  


Достављено:  
-на Портал ЈН  
-на Портал МО  
-у омот предмета

**ДИРЕКТОР**  
Др. Јелена Даветић  
