



**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  
**УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО**

Војномедицинска академија

Бр. 4751 - 22

**20 MAY 2016**

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

**МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, антисептици и дезинфектанти, дезинсекција, дератизација, за потребе ВМА Београд, ВМЦ Нови Сад, ЦАпСк и ЦПМЗ Београд и ВБ Ниш, Ознака из ОРН: 33631600 и 33691000, редни број 161/2016, заинтересовано лице је поставило следећа питања:

„У складу са одредбама ЗЈН, молимо Вас за појашњење техничке спецификације за партију бр. 37, ЈН 161/2016:

У предметној партији специфицирано је „ Медицинско средство за дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената на бази комбинације alkil-amina и QUAT (изразити цену једног литра радног раствора за контактено време 15 минута за baktericidnu и fungicidnu ефикасност)“.

- 1) Да ли ће Наручилац прихватити као одговарајуће медицинско средство за дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената на бази alkil-amina БЕЗ QUAT за које се достави потврда произвођача да поседује baktericidnu и fungicidnu ефикасност за контактено време 15 минута?
- 2) Уколико Наручилац остаје при свом захтеву да понуђено добро мора бити искључиво на бази комбинације alkil-amina и QUAT тј. кватернерних амонијумових једињења, молимо Вас за појашњење у виду које функционалне карактеристике се тражи да предметно средство поред alkil-amina садржи и кватернерна амонијумова једињења (QUAT)?

Питање се поставља јер у складу са одредбама члана 71. ЗЈН наручилац не може да одбије понуду уколико понуђач понуди одговарајући доказ да добра, услуге или радови које нуди задовољавају српске, европске, међународне или друге стандарде или сродна документа и ако докаже да ови стандарди испуњавају тражене карактеристике или функционалне захтеве.

Указујемо Вам на чињеницу да управо медицинска средства за дезинфекцију хируршких и медицинских инструмената на бази alkil-amina која не садрже QUAT, могу испунити захтеве истих српских, европских, међународних или других стандарда или сродних докумената као и средстава на бази комбинације alkil-amina и QUAT. Као пример указујемо Вам на средства произвођача B.Braun (Stabimed®, Stabimed® Fresh), Ecolab (Sekusept® Plus) и Antiseptica (Triacid-N) која не садрже QUAT. Одсуство QUAT тј. кватернерних амонијумових једињења се такође наводи као предност (пример: <https://www.gheg.de/products/stabimed-disinfectant/> - Advantages: free of aldehyde, phenol, guanidinium and quaternary ammonium compounds).

- 3) Да ли ће Наручилац као доказ да понуђено добро поседује baktericidnu и fungicidnu ефикасност за контактено време 15 минута прихватити било који документ сходно члану 71. ЗЈН или ће искључиво тражити да овај податак буде наведен у брошури, упуству или декларацији на производу?

Питање се поставља јер су baktericidna и fungicidna ефикасност јако низак ниво ефикасности па поједини произвођачи и не наводе ефикасност испод tuberkulocidne за средства за дезинфекцију хирушких и медицинских инструмената.

Надамо се да ћете бити у могућности да прихвате наше примедбе и омогућите подношење одговарајуће понуде у партији бр. 37 за медицинска средства за дезинфекцију хирушких и медицинских инструмената на бази alkil-amina за које се достави потврда произвођача да поседује baktericidnu и fungicidnu ефикасност за контактено време 15 минута. Сматрамо да не постоји објективан разлог да се инсистира да добро у партији бр. 37 садржи и QUAT поред alkil-amina узимајући у обзир и техничку спецификацију у партији бр. 40 где се тражи медицинско средство за чишћење дезинфекцију са механичким деловањем у болничкој средини (медицинске површине – радних површина, површине апарата) на бази alkilamina или деривата alkilamina (изразити цену једног литра радног раствора за контактено време од 15 минута за baktericidnu и fungicidnu ефикасност са механичким деловањем у болничкој средини). Уколико се за дезинфекцију медицинских површина и апарата, према техничкој спецификацији у партијама бр. 40, може користити средство које не садржи QUAT, већ је на бази alkilamina или деривата alkil-amina, сматрамо да се такво средство не сумљиво може користити и за дезинфекцију хирушких и медицинских инструмената.“

#### О д г о в о р и

1. Наручилац ће прихватити понуду за медицинско средство које задовољава услове прописане минималним захтевима техничке спецификације. На тржишту је познато више производа различитих произвођача који задовољавају захтеве техничке спецификације. Оваквим поступањем наручилац је поступио у складу са начелом конкуренције, једнакости и економичности, а поштујући принцип објективности, те је омогућио већем броју понуђача да понуде одговарајуће средство.
2. Наручилац и његова стручна комисија најбоље познају своје потребе, боље од било ког понуђача, тако да је у складу са тим описао производе који ће на најбољи и најјекономичнији начин задовољити његове потребе, да понуђачима буде јасно шта се од њих тражи, а омогућена је конкуренција међу понуђачима јер је на тржишту познато више производа различитих произвођача који задовољавају захтеве техничке спецификације. Као прилог тврдњи је увид у регистар АЛИМС где су регистровани производи. Наручилац има обавезу да омогући конкуренцију међу понуђачима, што не значи да има обавезу да услове дефинише на такав начин који омогућава сваком заинтересованом понуђачу да учествује у поступку јавне набавке. Понуђено медицинско средство мора задовољити прописане минималне захтеве техничке спецификације, није се тражио тачан хемијски састав, тако да то такође значи да може садржати и непоменуте активне супстанце, односно неко од једињења из других група активних супстанци – нпр. гванидин деривати (који су поменути у допису). Кватернерна амонијумова једињења су позната у стручној литератури и према признатим научним сазнањима су у широкој употреби дуги низ година као дезинфицијенс и то захваљујући ефективности, посебно на бактерије и гљивице. За превенцију болничких инфекција веома важна особина је формирање антимицорбног филма на третираним површинама. У комбинацији са алкиламинима имају синергистичко деловање и заједно постижу бољи и шири спектар ефективности, што је веома значајно јер обезбеђује висок степен сигурности за особље, пацијенте и околину. Комбинацијом се постиже оптимални баланс између ефективности, ефикасности,

Према наведеним захтевима из техничке спецификације добара за ЈН, уз адекватно познавање из области медицинске, хемијске и фармацеутске науке као и праксе наручиоца, недвосмислено се може утврдити да постоји више производа и произвођача чији производи испуњавају тражене услове, чиме се искључује произвољност и субјективност наручиоца.

3. Наручилац је омогућио понуђачима да докажу усклађеност понуђеног добра са захтевима из техничке спецификације у складу са ЗЈН и то прецизирањем начина и документације којом се то доказује и предвидео је више од једног доказа .

Наручилац захтева да се достави обележени каталог/упутство за употребу одобрено од институције која регулише промет средстава, декларацију о усаглашености којим се потврђује да понуђено добро поседује тражене карактеристике. Поред одобреног каталога/упутства за употребу понуђач може да достави и налепницу на којој се у складу са важећим правилницима налазе сажете информације, али наручилац није захтевао достављање налепница.

Изјава произвођача којом се потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике се прихвата али уколико се односи на тестирања која подразумевају извештаје акредитованих лабораторија потребно је доставити и комплетне извештаје тестирања акредитованих лабораторија као прилог тврдњи. Уколико се изјава не односи на тестирање већ на неке друге карактеристике (физичко-хемијске, органолептичке, и сл.) није потребно доставити извештаје тестирања јер се усаглашеност са захтеваном спецификацијом не доказује лабораторијским тестирањем.

Свако дезинфекционо средство је тестирано у акредитованој лабораторији на бактерицидну и фунгицидну ефикасност, јер је то основни захтев. Због различитих концентрација конкурентских производа на овај начин величине постају упоредиве.

ВШ,МС,МЂ



Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС