



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ

Фонд за социјално осигурање

војних осигураника

Бр. 84 - 54

06 OCT 2017 године

Београд

**Измене и допуне конкурсне документације,
д о с т а в љ а.-**

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. Закона о јавним набавкама врши измену/допуну конкурсне документације за јавну набавку добара број 18/17- Уређаји за стимулацију срчане функције и електрофизиологију, за потребе ВМА, по следећем, у тачкама:

- 2.2. ПАРТИЈЕ:

- **За партију бр. 2** мења се колона „Назив и опис средства“, тако да гласи: „Dijagnostički kvadripolarni kateter sa fiksnom krivinom (dužina katetera 110 cm ± 5 cm, razmak elektroda 2 mm, 5 mm, 10 mm, debljine 5 i 6 frenča)“ (страна бр. 4 конкурсне документације).
- **За партију бр. 3** мења се колона „Назив и опис средства“, тако да гласи: „Dijagnostički dekapolarni kateter sa promenljivom krivinom (ručica katetera sa mehanizmom "puš-pul", dužina katetera 110 cm ± 5 cm, debljine 6 frenča, razmak elektroda 2,5 mm- 5 mm do 8 mm- 2,5 mm, elektroda od platinum-iridijum materijala“ (страна бр. 4 конкурсне документације).

- 6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ:

- **За партију бр. 2** мења се колона „Назив и опис средства“, тако да гласи: „Dijagnostički kvadripolarni kateter sa fiksnom krivinom (dužina katetera 110 cm ± 5 cm, razmak elektroda 2 mm, 5 mm, 10 mm, debljine 5 i 6 frenča)“ (страна бр. 27 конкурсне документације).
- **За партију бр. 3** мења се колона „Назив и опис средства“, тако да гласи: „Dijagnostički dekapolarni kateter sa promenljivom krivinom (ručica katetera sa mehanizmom "puš-pul", dužina katetera 110 cm ± 5 cm, debljine 6 frenča, razmak elektroda 2,5 mm- 5 mm do 8 mm- 2,5 mm, elektroda od platinum-iridijum materijala“ (страна бр. 27 конкурсне документације).

Напомена: Понуђач треба да припреми понуду у складу са измењеном конкурсном документацијом. Сви остали захтеви из конкурсне документације остају непромењени.

Прилог:

- Измењене стране конкурсне документације (стр. бр. 4 и 27).

АЛ.-



ДИРЕКТОР

ПОТПИСНИК

др Радан Костић

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке бр. 18/17 су добра– Уређаји за стимулацију срчане функције и електрофизиологију, за потребе ВМА. Назив и ознака из Општег речника набавки: уређаји за стимулацију срчане функције - 33182000.

2.2. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је обликован у **18 (осамнаест) партија**, на следећи начин:

Red. broj	Šifra ORN	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	Ukupna količina (VMA)	Ukupna procenjena vrednost partije bez PDV-a
1	33182000	Elektroda za privremeni pacemaker 6 Fr - 110 cm	kom.	40	432.000,00
2	33182000	Dijagnostički kvadripolarni kateter sa fiksnom krivinom (dužina katetera 110 cm ± 5 cm, razmak elektroda 2 mm, 5 mm, 10 mm, debljine 5 i 6 frenča)	kom.	20	1.000.000,00
3	33182000	Dijagnostički dekapolarni kateter sa promenljivom krivinom (ručica katetera sa mehanizmom "puš-pul", dužina katetera 110 cm ± 5 cm, debljine 6 frenča, razmak elektroda 2,5 mm- 5 mm do 8 mm- 2,5 mm, elektroda od platinum-iridijum materijala	kom.	20	1.620.000,00
4	33182000	Dugačka igla za transeptalnu funkciju (18 Gauge sa mogućnošću izbora dva ugla oštice igle). Dugački uvodnici sa fiksnom krivinom za transeptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore, veličine unutrašnjih promera 8 frenča i 8,5 frenča, sa odgovarajućom J žicom i vodičem 0,032 inča za transeptalnu punkciju (Swartz transeptalni introducer) Dugački uvodnici sa promenljivom krivinom (bidirekciona asimetrična krivina sa odgovarajućom J žicom i vodičem 0,032 inča za transeptalnu punkciju-agilis)	komplet	16	3.264.000,00
5	33182000	Tubing sistem za pumpu za spoljnu irigaciju	kom.	20	216.000,00
6	33182000	Kožne elektrode za elektroanatomski mapping (za Ensite navigacioni sistem za ablaciju)	kom.	10	1.010.000,00
7	33182000	Konvencionalni kateter za konvencionalnu RF ablaciju (vrh 4 mm i koaksijalna rotacija)	kom.	7	826.000,00
8	33182000	Ablativni kateter sa spoljnom irigacijom i fleksibilnim vrhom od 4 mm	kom.	8	1.040.000,00
9	33182000	Implantabilni monitor srčane funkcije sa mogućnošću implantacije injektorom manjeg volumena od 1,5 cm ³ i težine manje od 3 g	kom.	11	3.344.000,00
10	33182000	Balon kateter za krioablaciju 23 ili 28 mm	kom.	31	9.920.000,00

Red. broj partije	Naziv i opis sredstva	Jedinica mere	Ukupna količina (VMA)	Naziv sredstva, proizvođač, kataloški broj ili odgovarajuća oznaka	Jedinična cena bez PDV-a	PDV (u %)	Jedinična cena sa PDV-om	Ukupna cena bez PDV-a	Ukupna cena sa PDV-om
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Elektroda za privremeni pacemaker 6 Fr - 110 cm	kom.	40						
2	Dijagnostički kvadripolarni kateter sa fiksnom krivinom (dužina katetera 110 cm ± 5 cm, razmak elektroda 2 mm, 5 mm, 10 mm, debljine 5 i 6 frenča)	kom.	20						
3	Dijagnostički dekapolarni kateter sa promenljivom krivinom (ručica katetera sa mehanizmom "puš-pul", dužina katetera 110 cm ± 5 cm, debljine 6 frenča, razmak elektroda 2,5 mm- 5 mm do 8 mm- 2,5 mm, elektroda od platinum-iridijum materijala	kom.	20						
4	Dugačka igla za transeptalnu funkciju (18 Gauge sa mogućnošću izbora dva ugla oštrice igle). Dugački uvodnici sa fiksnom krivinom za transeptalnu punkciju i kateterizaciju leve pretkomore, veličine unutrašnjih promera 8 frenča i 8,5 frenča, sa odgovarajućom J žicom i vodičem 0,032 inča za transeptalnu punkciju (Swartz transeptalni introducer) Dugački uvodnici sa promenljivom krivinom (bidirekciona asimetrična krivina sa odgovarajućom J žicom i vodičem 0,032 inča za transeptalnu punkciju- agilis)	komplet	16						
5	Tubing sistem za pumpu za spoljnu irigaciju	kom.	20						