



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника

Бр. 84 - 41
13 -10- 2017 године
Београд

Одговор заинтересованом лицу
у вези са припремањем понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту Закон, доставило захтев за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 18/17- Уређаји за стимулацију срчане функције и електрофизиологију, за потребе ВМА, по следећем:

"Поштовани,

У вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Уређаји за стимулацију срчане функције и електрофизиологију, за потребе ВМА по партијама бр. ЈН 18/17, молим Вас за додатне информације и појашњења за партију под редним бр. 3.

Након извршене измене/допуне за партију бр. 3 у тачки 2.2. партије и у тачки 6.1. образац понуде са структуром цене, промењена је колона "Назив и опис средства", тако да сада гласи: "Дијагностички декаполарни катетер са промењивом кривином (ручица катетера са механизмом "пуш-пул", дужина катетра 110 cm ± 5 cm, дебљине 6 френча, размак електрода 2,5 mm - 5 mm до 8 mm - 2,5 mm, електрода од платинум - иридијум материјала."

С обзиром да у извршеној измени/допуни размак електрода декаполарних катетера није до краја јасно дефинисан, да ли је наручилац заправо мислио на следеће размаке електрода: 2,5mm, 5mm, 2,5-5-2,5 mm и 2-8-2 mm?"

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, **одговара** заинтересованом лицу:

Под партијом бр. 3 се подразумева Дијагностички декаполарни катетер са променљивом кривином (ручица катетера са механизмом "пуш-пул", дужина катетера 110 cm ± 5 cm, дебљине 6 френча, размак електрода 2,5 mm - 5 mm до 8 mm - 2,5 mm, електрода од платинум - иридијум материјала). Код катетера размак електрода треба да буде 2,5 mm на почетку, па између димензија која обухвата размак електрода од 5 mm до 8 mm и на крају последња од 2,5 mm. Значи, унутрашњи размак електрода може бити од 5 mm до 8 mm, а прва и последња електрода у размаку 2,5 mm.

АЛ.-

ММ

ДИРЕКТОР
потпуковник
др Радан Костић

Достављено:

- на Портал ЈН,
- интернет страницу наручиоца,
- у омот предмета.