



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ  
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО  
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА  
бр. 8590-25  
15.09.2014. године

Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке дефибрилатор/монитора, бр. 8590/14, д о с т а в љ а.

---

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 12.09.2014., достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговор:

ЗА ПАРТИЈУ 1 И ПАРТИЈУ 2:

1. Питање: Поштовани, на основу документа, ваш број 8590 – 20 од 12.09.2014. Појашњења у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке дефибрилатор/монитора број 8590 – 14, а за питање 1, "Да ли ћете прихватити понуду апарата који има принтер ширине" 114 мм ваш одговор је: НЕ.

ЕКГ запис представља основ за постављање дијагнозе и као такав мора бити читљив, прегледан и јасан.

У вашем документу број 8590/16 од 08.09.2014. ограничили максималну сте ширину принтера и инсистирали на могућности штампе минимум 3 одвода истовремено.

У вашем документу 8590/20 од 12.09.2014. ОДБИЛИ СТЕ да прихватите као исправну понуду апарата који има принтер веће ширине од максимално захтеване и самим тим дисквалификовали предности које се постижу већом ширином одштампаног извештаја као што су:

1. Могућност истовремене штампе 6 ЕКГ кривих
2. Штампа ЕКГ кривих на широком принтеру олакшава лекарима тумачење ЕКГ записа пошто не постоји преплитање QRS комплекса.
3. Широки испис омогућава да се на истом папиру поред ЕКГ кривих врло прегледно штампају и друге дијагностички битне информације као што су вредности: SpO<sub>2</sub>, EtCO<sub>2</sub>, NiBP, IBP интерпретација.

Нелогично је поставити максималну вредност ширине принтера каја је водећим светским произвођачима дефибрилатор/монитора управо императив да што ширим принтером омогуће лекару јасније и прегледније читање одштампаног налаза а самим тим лакше постављање дијагнозе.

Молимо Вас да преиспитате Ваш одговор дат у документу (Ваш број 8590 – 20) и да не ограничавајући максималну ширину принтера дозволите водећим светским произвођачима да понуде своје најбоље моделе.

Одговор: Како је тражено добро намењено за рад на терену у условима пољске болнице, оно мора бити што мањих димензија као што је нпр. 75, 80, 100, 106 мм. При сачињавању конкурсне документације, а према нашем истраживању тржишта, пронашли смо више од 5 светских произвођача чија добра поседују тражене техничке карактеристике, па смо одговорили да остајемо при траженим условима. Након достављања детаљнијег образложења, прихватимо ваш предлог.

ЗС.

НАЧЕЛНИК ВМА  
бригадни генерал  
проф. др Маријан Новаковић

Достављено:

-у омот предмета 8590/14

- заинтересованом лицу

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС