



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 6966-23

~~16~~ AUG 2016 .2016. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
медицинске опреме за потребе ВМЦ
Нови Сад, бр. 278/16,
д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 12.08.2016. године, достављамо следеће одговоре:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1. Питање:

Да ли прихватате да опсег температуре буде од 100-200°C, обзиром да не постоје материјали за паковање који се варе/лепе на температурама које су изнад 200°C?

Одговор: Наручилац прихвата примедбу и у том смислу биће извршена измена техничке спецификације конкурсне документације.

2. Питање:

Да ли прихватате да штампач који је интегрисан врши испис датума стерилизације и рока употребе материјала у једном реду, уместо у два реда како је захтевано у конкурсној документацији у делу техничка спецификација уређаја ставка 1.6?

Одговор: Биће прихваћено.

3. Питање: Да ли прихватате да уместо УСБ прикључка, понудимо уређај који поседује серијски порт, који врши идентичну функцију као и УСБ, само је разлика у врсти прикључка?

Одговор: Биће прихваћено.

4. Питање: За партију 3 у конкурсној документацији сте, као један од услова, тражили Решење од АЛИМС-а. Ротационе лепилице не спадају у медицинска средства, стога не подлежу регистрацији у Агенцији за лекове и медицинска средства, и за таква не може бити издато Решење. Будите љубазни да тај део у конкурсној документацији измените?

Одговор: Наручилац прихвата примедбу и у том смислу биће извршена измена конкурсне документације јер је додатним проверама код корисника ВМЦ Нови Сад утврђено да поменуто добро не спада у медицинска средства.

5. Питање: Имајући у виду да су лепилице једноставни уређаји, стога ни сам произвођач не издаје додатне сертификате сервисерима, те вас молимо да тај део у конкурсној документацији измените. Имамо уговор о пословно техничкој сарадњи са фирмом која се бави одржавањем и сервисирањем електричних уређаја који се користе у медицини, тако да смо купцима тиме омогућили несметан и континуиран рад лепилица. Да ли прихватате да за испуњење додатног услова 4.2.2. став 1 као понуђач доставимо Уговор о пословно техничкој сарадњи са фирмом која се бави поправком и одржавањем свих електричних уређаја из нашег продајног асортимана?

Одговор: Потенцијални понуђач који не поседује сопствени сервис може поднети заједничку понуду са привредним субјектом (привредно друштво, СЗР или неки други облик организовања) који поседује сервис или може ангажовати подизвођача који испуњава додатни услов, како и стоји у конкурсној документацији на странама 7 и 8. Што се тиче сертификације сервисера можете доставити изјаву произвођача да се не издају додатни сертификати сервисерима за предметну опрему.

3С.

Достављено:

-у омот предмета 6966/16

- Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС



НАЧЕЛНИКА ВМА

Пук овник

проф др Драган Динчић