



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 86- **24**
04 SEP 2017 године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу у вези припремања понуде,
д о с т а в љ а.-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 31.08.2017. године питања везана за конкурсну документацију за ЈН бр. **25/17 - Систем за праћење пацијента са централном јединицом**, по следећем:

Питање бр. 1:

Код прописаних обавезних техничких карактеристика на страни 34/56. ставка 4.

„Могућност надоградње радне станице тако да одједном може да се повеже и приказује 30 пацијената, на 2 екрана од минимум 21 инча”

Наиме, како радна станица коју би желели да вам понудимо долази са већ инсталираних 128 места за пацијента (које корисник може да приказује како му одговара и како жели. нпр: 15 пацијената на једном дисплеју, 30 пацијената на два екрана:). Да ли ћете прихватити понуду са таквом радном станицом која може без надоградње приказати 128 пацијента (монитора)? А у сваком случају се у било ком тренутку може додати додатни 2 екран.

Питање бр. 2:

Да ли можете само да објасните да ли је обавеза понуђача да обезбеди РС и Екране за радну станицу, или корисник већ поседује РС на којој жели да се инсталира радна станица?

Питање бр. 3:

Ако је обавеза понуђача да обезбеди целокупан развод мреже за централни мониторинг систем, молимо Вас да кажете хоћете ли да мрежа буде жичана или бежична? Ова информација је значајна због формирања крајње цене, јер уколико се одлучите за жичану мрежу онда понуђачи морају обезбедити само одговарајуће каблове итд., а уколико се одлучите за бежичну мрежу морају се обезбеђити рутери као и серверска места и доста ствари које повећавају цену. Како би сви понуђачи имали исте информације и знали шта да понуде, а и како би ви као корисник добили оно што ће задовољити потребе служби, молимо Вас да ово објасните.

Питање бр. 4:

„Монитор мора да поседује дисплеј у боји, touchscreen, мин. 17инча високе резолуције...”
Да ли је грешком у куцању написано 17 инча, а да је требало 12 инча? Наиме обично је

пракса да монитори по одељењима буду величине од 12 инча, а да монитори у операционим салама буду од 17 инча.

Питање бр. 5:

„Прибор који се испоручује уз монитор (пацијент сет) - Каблови за мерење тражених инвазивних параметара (Cardiac Output i IBP) (По 1 ком по прикључку)“

Да ли можете само да потврдите да је уз сваки пацијент монитор потребно испоручити и модул односно мерење за Cardiac Output и IBP? У тендерској документацији стоји да је потребна само могућност мерења О2 и анестеских гасова, Cardiac Outputa, IBP, ETCO2. Па како једно искључује друго, чисто да би били сигурни и да би Вам понудили оно што ће задовољити потребе службе.

Питање бр. 6:

Такође сте написали „могућност“ уградње термалног штампача са три канала или више. Да ли то значи да приликом испоруке не мора да постоји штампач у монитору, већ да се угради накнадно уколико то будете захтевали, са накнадним трошковима Вас као наручиоца за штампач? Ово вас питамо јер све те ставке утичу на цену, а није јасно описано да ли се требају испоручити или само треба да постоји могућност за накнадном надоградњом некада у будућности.

Питање бр. 7:

Такође сте написали „могућност уградње додатне батерије у кућиште“. Да ли то значи да приликом испоруке апарат треба поседовати једну батерију, а да уколико се укаже потреба, ви као наручилац ћете захтевати да се угради још једна батерија са накнадним трошковима за Вас? Ово вас питамо јер све те ставке утичу на цену, а није јасно описано да ли се требају испоручити или само треба да постоји могућност за накнадном надоградњом некада у будућности.

Питање бр. 8:

„Уколико неки од елемената пацијент сета не подлеже регистрацији потребно је доставити мишљење АЛИМС-а да добро није медицинско средство.“

Наиме како је опште познато, а чак сте и ви као наручилац имали неколико искуства са тим. делови пацијент сета (кабл за екг. манжетне за NIBP, кабл и вишекратни сензор за SpO2 и све друго што може бити део пацијент сета), када се испоручује у склопу монитора не захтева посебно решење АЛИМС-а. Када би се испоручивали одвојено, на пример када би била расписана набавка само за ЕКГ каблове, морало би да се достави решење АЛИМС-а. Како сте захтевали да је потребно доставити мишљење АЛИМС-а да пацијент сет када се испоручује уз пацијент монитор не захтева регистрацију, а ставили сте да је отварање и предаја јавне набавке 15.09.2017-те године, немогуће је да понуђачи који нису били обавештени унапред за ову јавну набавку да на време обезбеде мишљење АЛИМС-а. Агенција за лекове и медицинска средства даје рок од 45 дана за издавање мишљења правним лицима (за болнице и државне установе је то знатно краће). Тако да Вас молимо да овај део или изоставите како би сте добили више од једне исправне понуде, или да отварање јавне набавке продужите на 45 дана како би и понуђачи који нису били обавештени унапред о јавној набавци могли да добију мишљење АЛИМС-а.

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, ОДГОВАРА заинтересованом лицу:

Одговор на питање бр.1:

Уз сваку радну станицу иде по један монитор минималне величине 21 инч, са максималним праћењем параметара са 15 умрежених пацијент монитора (ЕКГ,ТА,сатурација крви кисеоником...). Дељење монитора радне станице на више од 15 пацијената чини добијене податке непрегледним. Свака радна станица мора да има и комплетну подршку за евентуално будуће проширење капацитета за праћење још 15 пацијент монитора.

Одговор на питање бр.2:

Обавеза понуђача је да уз сваку радну станицу обезбеди по један ПЦ, монитор, миш и тастатуру. Меморија минимум 20.000 историјских података.

Одговор на питање бр.3:

Обавеза понуђача је да умрежи 4 независне радне станице са одговарајућим бројем пацијент монитора на 4 различита места (одељења), жичаном или бежичном мрежом, али да постоји подршка за евентуално будуће повезивање свих радних станица са централним сервером и бежичним путем и могућност приступа подацима са једне радне станице ка другој.

Одговор на питање бр.4:

Монитори су предвиђени за јединице интензивне неге, величине не мање од 17 инча. Испитивањем тржишта дошли смо до закључка да већина понуђача испуњава тражене карактеристике.

Одговор на питање бр.5:

Сваки пацијент монитор мора да има модул или модуле,као и пратеће компатибилне са модулом каблове,манжетне, температурне сонде. Уз сваки монитор понуђач је дужан да испоручи и по два кабла за пулсну оксиметрију, односно сатурацију кисеоника.

Одговор на питање бр.6:

Пацијент монитор не мора да има тражени штампач приликом испоруке али мора да има опцију за каснију надоградњу истог.

Одговор на питање бр.7:

Пацијент монитор мора да има у себи могућност уградње и друге батерије (важно за портабилност монитора, односно за транспорт пацијената), а монитори се испоручују са по једном батеријом.

Одговор на питање бр.8:


Уколико се делови пацијент сета испоручују у склопу монитора, а монитор је регистрован код АЛИМС-а није потребна засебна регистрација.

ЗМВИ



Достављено:

- на Портал ЈН
- на Портал МО
- у омот предмета



ДИРЕКТОР

ПОТПИСНИК

др Радан Костић

