



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 86 - 26
06 SEP 2017 године
БЕОГРАД

Измене и допуне конкурсне
документације,
д о с т а в љ а.-

Свим заинтересованим лицима

Наручилац Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши измену Конкурсне документације Бр. 86-18 од 31.08.2017. године, за јавну набавку добара, ЈН бр. 25/17 - Систем за праћење пацијента са централном јединицом.

Измене конкурсне документације се врше у следећим деловима:

1. Део 3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И КВАЛИТЕТА, КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ, ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ, РОК ТРАЈАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ:

Део 3. тачка 3.2. у делу „Уколико неки од елемената пацијент сета не подлеже регистрацији потребно је доставити мишљење АЛИМС-а да добро није медицинско средство“, мења се тако да гласи:

Уколико се делови пацијент сета испоручују у склопу монитора, а монитор је регистрован код АЛИМС-а није потребна засебна регистрација.

2. Део 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ:

Део 5. тачка 5.3.2. у делу „Уколико неки од елемената пацијент сета не подлеже регистрацији потребно је доставити мишљење АЛИМС-а да добро није медицинско средство“, мења се тако да гласи:

Уколико се делови пацијент сета испоручују у склопу монитора, а монитор је регистрован код АЛИМС-а није потребна засебна регистрација.

3. Део 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:

Део 6-I-4 Спецификација добра која мора да буде испуњена у делу који се односи на Централни мониторинг систем мења се по следећем:

Ставка „Меморија минимум 20.000 историјских података пацијената“ мења се и гласи:

Обавеза понуђача је да уз сваку радну станицу обезбеди по један ПЦ, монитор, миш и тастатуру. Меморија минимум 20.000 историјских података пацијената.

Ставка „Комплетна мрежа за жичани или бежични надзор пацијената и телеметријски систем“ мења се тако да гласи:

Обавеза је понуђача да умрежи 4 независне радне станице са одговарајућим бројем пацијент монитора на 4 различита места (одељења) жичаном или бежичном мрежом, али да постоји подршка за евентуално будуће повезивање свих радних станица са централним сервером и бежичним путем и могућност приступа подацима са једне радне станице ка другој.

Прилог:

- измењене стране конкурсне документације: 5,13,14 и 34.

ЗБИ
М



Достављено:

- на Портал ЈН
- на Портал МО
- у омот предмета.

- **Упутство за употребу** које је достављено АЛИМСу приликом уписа у Регистар медицинских средстава (или само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике)
Тражене карактеристике маркирати/подвући и обележити редним бројем тражене карактеристике.

Уколико на основу достављених доказа наручилац утврди да понуђено добро не поседује све захтеване техничке карактеристике, понуда је неодговарајућа и биће одбијена као неприхватљива.

3.2. КВАЛИТЕТ

Понуђена добра морају бити **НОВА**, из текуће производње и по квалитету морају да у потпуности одговарају траженим техничким карактеристикама.

Квалитет добара мора да буде у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 107/12), као и складу са прописима који регулишу наведену област.

Сва понуђена добра (пацијент монитор, централна јединица, пацијент сет) морају да поседују важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије (АЛИМС).

Уколико се делови пацијент сета испоручују у склопу монитора, а монитор је регистрован код АЛИМС-а није потребна засебна регистрација.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико понуђач није носилац уписа медицинског средства из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца уписа медицинског средства, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца уписа медицинског средства и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стране носиоца уписа медицинског средства.

У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

3.3. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Рок испоруке и рок квалитативног пријема уговореног добра морају бити изражени у данима од дана ступања на снагу уговора.

Рок за испоруку не сме бити дужи од 90 (деведесет) дана од дана ступања на снагу уговора.

Рок за квалитативни пријем не сме бити дужи од 100 (сто) дана од дана ступања на снагу уговора.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити јасна и недвосмислена, читко написана на српском језику.

Докази који ће послужити за доказивање тражених техничких карактеристика понуђених добара могу бити на енглеском језику.

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Пожељно је да сва документа поднета у понуди буду повезана траком у целину и запечаћена (осим средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде), тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач понуду подноси лично или путем поште у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте мора да се наведе тачан назив и адреса понуђача, број телефона и име и презиме особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно навести да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач подноси понуду поштом или лично на адресу: **Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, Београд, са знаком "ПОНУДА за јавну набавку добара, број 25/17 - НЕ ОТВАРАТИ".**

Понуда се сматра **благовременом** уколико је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се **неблаговременом**.

5.3. ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

5.3.1. Доказе о испуњености обавезних и додатних услова наведене у Упутству како се доказује испуњеност услова (део 4. тачка 4.3. конкурсне документације);

5.3.2. Важеће Решење о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава издато од стране Агенције за лекове и медицинска средства Р.Србије (АЛИМС), за сва понуђена добра (пацијент монитор, централна јединица, пацијент сет).

Уколико се делови пацијент сета испоручују у склопу монитора, а монитор је регистрован код АЛИМС-а није потребна засебна регистрација.

Решења морају бити обележена редним бројем ставке на коју се односе.

Уколико понуђач није носилац уписа медицинског средства из Решења АЛИМС-а, дужан је да достави фотокопију уговора или писано овлашћење носиоца уписа медицинског средства, односно други документ који садржи недвосмислено формулисана права и обавезе између носиоца уписа медицинског средства и лица које врши промет на велико медицинских средстава, односно из кога се са сигурношћу може утврдити да је лице које врши промет медицинских средстава на велико овлашћено да врши промет на велико медицинских средстава од стране носиоца уписа медицинског средства.

5.3.3. Попуњен, потписан и оверен оригиналан **Образац понуде (део 6. конкурсне документације, у зависности како наступа);**

5.3.4. Несумњив и неспоран доказ да понуђено добро одговара траженој техничкој спецификацији, у коме је понуђена техничка карактеристика понуђеног добра **обележена** истим редним бројем као и тражена карактеристика:
Као доказ понуђач мора да достави следећи доказ:

- **Оригиналну проспектну документацију и фабричку произвођачку техничку спецификацију** понуђених добара (*technical data sheet*). Под оригиналном документацијом се подразумевају документи који су намењени доказивању понуђених техничких карактеристика **који се не могу брисати или додатно мењати, односно фалсификовати додатним подацима.** Понуђена техничка карактеристика понуђеног добра мора бити **обележена (маркирана)** истим редним бројем као и тражена карактеристика.

Уколико се ови докази могу наћи на званичном сајту произвођача, понуђач је у обавези да достави адресу – веб страницу сајта и да обавезно приложи штампани извод оних делова сајта – доказа којима се потврђује тражена техничка карактеристика.

Тражене карактеристике маркирати/подвући и обележити редним бројем тражене карактеристике.

Уколико у наведеним доказима нема свих тражених техничких карактеристика, уз исте треба доставити:

- **Оригиналну изјаву произвођача** или инозаступника за Европу (са оригиналним печатом и потписом овлашћеног лица) да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике. У изјави мора бити наведено: телефон, адреса и *e-mail* потписника изјаве. **Изјава може бити на енглеском језику или преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.**
- **Упутство за употребу** које је достављено АЛИМСу приликом уписа у Регистар медицинских средстава (или само делови којима се потврђују тражене техничке карактеристике)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБРА КОЈА МОРА ДА БУДЕ ИСПУЊЕНА

Спецификација коју понуђено добро <u>МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ:</u> (табелу обавезно попунити)	Да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ	Локација где се тачно налази у приложеној документацији за доказивање техничких карактеристика.
Централни мониторинг систем		
Обавеза је понуђача да умрежи 4 независне радне станице са одговарајућим бројем пацијент монитора на 4 различита места (оделjenja) жићаном или бежићном мрежом, али да постоји подршка за евентуално будуће повезивање свих радних станица са централним сервером и бежићним путем и и могућност приступа подацима са једне радне станице ка другој.		
Паметни пацијент menadžment (пријем, отпуст, премештање пацијента и управљање алармима).		
Повезивање minimum 15 пацијената. Приказ свих 15 пацијената на екрану од minimum 21 инча		
Могућност надogradње радне станице тако да одједном може да се повеже и приказује 30 пацијената, на 2 екрана од minimum 21 инча.		
Подесив кориснички распоред на екрану.		
Пuna анализа аритмија / анализа ST сегмента. ST шаблони упоређиви са ST сегментима за идентификацију ST девијације и депресије.		
Trend minimum 240 h пацијент података.		
240 h потпуног приказа таласних облика за све параметре.		
Обавеза понуђача је да уз сваку радну станицу обезбеди по један PC, монитор, миш и tastaturu. Memorija minimum 20.000 историјских података пацијената.		
Клинички алати и преглед догађаја за одређене кревете : обрачун лекова, hemodinamski прорачуни, oxyCRG, кратки динамички trend.		
Могућност штампе на laserskom штампачу		
Подршка за HL7 систем преноса података		
Могућност повезивања са сервером за упит о пацијентима.		
Могућност далјинског прегледа информација о пацијенту у мрежи или путем интернета.		
Могућност праћења статуса пацијента у другој централној станици у истом LAN-у.		
Место и датум: _____ М.П. (читак отисак печата) Понуђач: _____ (штампано име и презиме одговорне особе) _____ (потпис)		