



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И КОНТРОЛИНГ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 86- 30
11-09-2017 године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу у вези припремања понуде,
д о с т а в љ а .-

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 08.09.2017. године питања везана за конкурсну документацију за ЈН бр. 25/17 - **Систем за праћење пацијента са централном јединицом**, по следећем:

Питање бр. 1.

У конкурсној документацији је наведена техничка карактеристика:

Монитор поседује ручку за ношење и уграђене куке за качење на кревет и држаче за сид. Тежина монитора мора да буде највише 5 кг ради лакшег транспорта.

Да ли прихватате:

Монитор поседује ручку за ношење и уграђене куке за качење на кревет и држаче за сид. Тежина монитора мора да буде највише 7 кг ради лакшег транспорта.

Питање бр. 2.

У конкурсној документацији је наведена техничка карактеристика:

Монитор мора да поседује дисплеј у боји, touchscreen, мин. 17 инча високе резолуције (800x600 или више).

Да ли прихватате:

Монитор мора да поседује дисплеј у боји, touchscreen, мин. 15 инча високе резолуције (800x600 или више).

Питање бр. 3.

У конкурсној документацији је наведена техничка карактеристика:

Подесиви аудио/визуелни алармни систем. Подешавања свих аларма врше се на једном менију (екрану). Алармна лампица видљива са свих страна монитора (угао видљивости 360 степени).

Да ли прихватате:

Подесиви аудио/визуелни алармни систем. Подешавања свих аларма врше се на једном менију (екрану). Алармна лампица централно постављена на предњој страни монитора.

Питање бр. 4.

У конкурсној документацији је наведена техничка карактеристика:

Тренд меморија: мин. 120 часова графичких/табеларних трендова. Меморисање минимум 48 часова пуних таласних облика.

Меморисање минимум 100 алармних догађаја и 100 аритмија, уз могућност додељивања таласног облика у трајању 16 или 32 секунде, по избору.

Да ли прихватате: Тренд меморија: мин. 120 часова графичких/табеларних трендова
Меморисање минимум 60 алармних догађаја.

Питање бр. 5.

У конкурсној документацији је наведена техничка карактеристика:

Праћење EKG :

- 3/5 ЕКГ
 - ST сегмент анализа
 - HR (15-300 bpm за одрасле, 15-350 bpm за децу и новорођенчад)
 - Детекција најмање 22 типа аритмије
 - Вишеканална анализа аритмија
 - Респирација (0-120 bpm за одрасле, 0-150 bpm за децу и новорођенчад)
 - Заштита од дефибрилације
- до 360 J

Да ли прихватате:

Праћење EKG :

- 3/5 ЕКГ
- ST сегмент анализа
- HR (15-300 bpm за одрасле, 15-350 bpm за децу и новорођенчад)
- Детекција најмање 16 типова аритмије
- Респирација (0-120 bpm за одрасле, 0-150 bpm за децу и новорођенчад)
- Заштита од дефибрилације

Питање бр. 6.

Да ли прихватате монитор који уместо 4 IBP (инвазивни крвни притисак) има могућност мерења 2 IBP?

Питање бр. 7.

Да ли прихватате монитор који има једну интерну батерију која обезбеђује 4 сата рада ?

Питање бр. 8.

Молимо вас да наведете неког произвођача монитора осим Mindray-а, који може да понуди монитор и мониторинг систем са траженим техничким карактеристикама

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, ОДГОВАРА заинтересованом лицу:

Одговор на питање бр.1:

Прихватамо Вашу сугестију о повећању тежине монитора. Техничка карактеристика мења се и гласи:

Монитор мора да поседује ручку за ношење и уграђене куке за качење на кревет и држаче за зид. Тежина монитора мора да буде до 7 (седам) килограма, ради лакшег транспорта.

Одговор на питање бр.2:

Техничка карактеристика за Ваше питање под редним бројем 2 је јасно дефинисана у конкурсној документацији и сматрамо да је не треба мењати.

Одговор на питање бр.3:

Прихватамо Вашу сугестију наведену у питању под редним бројем 3. Техничка карактеристика мења се и гласи:

Монитор мора да поседује : подесиви аудио/визуелни алармни систем са најмање једном алармном лампицом на себи. Подешавање свих аларма врши се на једном месту (екрану).

Одговор на питање бр.4:

Техничка карактеристика за ваше питање под редним бројем 4 је јасно дефинисана у конкурсној документацији и сматрамо да је не треба мењати.

Одговор на питање бр.5:

Техничка карактеристика за Ваше питање под редним бројем 5 је јасно дефинисана у конкурсној документацији и сматрамо да је не треба мењати.

Одговор на питање бр.6:

Узимајући у обзир Вашу сугестију техничка карактеристика везана за ИВР мења се и гласи:

Монитор мора да има могућност мониторинга ИВР (инванзивно мерење крвног притиска) минимум 2 (два) канала.

Одговор на питање бр.7:

Узимајући у обзир Вашу сугестију везану за батерију, техничка карактеристика мења се и гласи:

Монитор мора да поседује минимум једну интерну батерију, која обезбеђује минимум 4 (четири) сата аутономног рада.

Одговор на питање бр.8:

Техничка спецификација је у складу са потребама корисника.

ВИ
m R

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета

ДИРЕКТОР
поштованик
др Радан Костић

