



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

бр. 8703 – 11

15 NOV 2017. године

Појашњење у вези са питањима у поступку
јавне набавке уређај за стимулацију срчане
функције – дефибрилатор бр. 428/17,
доставља.-

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези захтева за додатним појашњењима, заинтересовано лице је поставило следеће питање, на које наручилац даје одговоре:

Молим Вас да размотрите пар предлога, везано за поглавље

„ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ
И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ а које се односе на следеће тачке:

1.8. Energetski opseg od 1 – 360 J, minimalno 20 različitih energija u opsegu,

1.6. Veliki kapacitet napajanja, sa dve litijum – jonske baterije,

- minimum 6 h' ivišekontinualnog monitoringa

- minimum 130 šokova i više pri energiji od 360 J

- 5 h' pejsinga i EKG monitoringa

Питање:

Молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију у тачки 1.8 из разлога што различити произвођачи дефибрилатора користе различите приступе технологији бифазног дефибрилационог таласа, те стога постоје уређаји који испоручују до 360 J (један од најраспрострањенијих ВТЕ Biphasic truncated exponential), или пак оне новије чија је максимална енергија шока до 200 J (Rectilinear biphasic RB). То практично значи да је 360 J ВТЕ аналого са 200 J RB што се енергије тиче.

Напомињемо, такође, да се дефибрилација врши струјом а не енергијом. Молимо Наручиоца да не ограничава конкуренцију и предлажемо измену тако да тачка 1.8 сада гласи:

1.8 Energetski opseg od 1 do 200 J - 360 J; minimalno 20 različitih energija u opsegu

Сходно измени тачке 1.8.

молимо Наручиоца да измени и тачку 1.6 у делу са максималним

бројем испоручених шокова при енергији од 360 J. Предлажемо да се избрише “energiji od 360J” и уместо тога напише

“maksimalnoj energiji koju uređaj može da isporučiti”

-Одговор: У тачки 1.6 тражимо велики капацитет напајања са 2 литијум-јонске батерије јер такав апарат нам је неопходан зато што ће се он, између осталог користити и за транспорт и праћење болесника до ВМА и у зони одговорности ВБ Ниш, тако да нам у сваком тренутку нама је потребан апарат чија батерија траје дуже од 3 сата, те наведену препоруку о другим карактеристикама апарата не можемо прихватити.

-Одговор: У тачки 1.8. нисмо сагласни да се тачка 1.8 мења, већ да остане иста и да је за потребе нашег рада неопходан дефибрилатор енергетског максимума до 360J, са минимум 20 различитих енергија у опсегу, при чему почетна вредност није лимитирана.

ЈМ

Достављено:

- у омот предмета 8703/17

Објављено:

- на Порталу Управе за јавне набавке

- на интернет страници

Министарства одбране РС



НАЧЕЛНИКА ВМА

Др Милош Вукосављевић

Др Милош Вукосављевић