



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Фонд за социјално осигурање
војних осигураника
Бр. 87- 21
19 MAY 2017 године
БЕОГРАД

Одговор заинтересованом лицу у вези припремања понуде,
д о с т а в љ а -

Заинтересовано лице је на основу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту Закон, доставило 16.05.2017. године Захтев за појашњење конкурсне документације, за **ЈН бр. 5/17 Радиодијагностички и припадајући материјал**, по следећем:

Након детаљне анализе конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке број 5/17: Радиодијагностички и припадајући материјал постављамо Вам следећа питања за партије 1.;2. и 3.

1. Вашом конкурсном документацијом сте партију бр. 1 дефинисали као :

RTG film medicinski plavi 25x30 cm kompatibilan sa uređajem DryView 5950 laser imager, DryView 6800 laser Imager, DryView 8900 laser Imager, DryView 5700 laser imager, DryPix 4000, DryPix 7000.

Наше питање се односи на следеће:

Имајући у виду да сте Вашом конкурсном документацијом навели више произвођача медицинских ласерских штампача (*Произвођач: Carestream - laser printeri DryView 5950 laser imager, DryView 6800 laser Imager, DryView 8900 laser Imager, DryView 5700 laser imager, као и произвођач Fujifilm - laser printeri DryPix 4000 i DryPix 7000*), да ли понуђени филмови морају бити компатибилни само са једним или са оба наведена произвођача. Уколико је Ваш захтев да понуђени филмови могу бити компатибилни само са једним произвођачем, молимо Вас да Ваш захтев измените у:

RTG film medicinski plavi 25x30 cm kompatibilan sa uređajem DryView 5950 laser imager, DryView 6800 laser Imager, DryView 8900 laser Imager, DryView 5700 laser imager, ili sa uređajem DryPix 4000, DryPix 7000.

2. Вашом конкурсном документацијом сте партију бр. 2. дефинисали као :

RTG film medicinski 26x36cm DI-HL kompatibilan sa uređajem DryPix 4000, DryPix 4000, DryPix 7000 image intelligence 7000. Имајући у виду да поменути захтев може испунити

само један произвођач, а да сте у партији бр. 1 тражили могућност нуђења филмова 2 произвођача, молимо Вас да и у овој партији омогућите конкуренцију те дефинишете партију као:

“ RTG film medicinski 26x36cm DI-HL kompatibilan sa uređajem DryPix 4000, DryPix 4000, DryPix 7000 image intelligence 7000 ili RTG film medicinski plavi dimenzija 28x35 cm kompatibilan sa uređajem DryView 5950 laser imager, DryView 6800 laser Imager, DryView 8900 laser Imager, DryView 5700 laser imager.

3. Вашом конкурсном документацијом сте партију бр. 3. дефинисали као :

RTG film medicinski 35x43cm DI-HL kompatibilan sa uređajem DryPix 4000, DryPix 7000. Имајући у виду да поменути захтев може испунити само један произвођач, а да сте у партији бр. 1 тражили могућност нуђења филмова 2 произвођача, молимо Вас да и у овој партији омогућите конкуренцију те дефинишете партију као:

“ RTG film medicinski 35x43cm DI-HL kompatibilan sa uređajem DryPix 4000, DryPix 4000, DryPix 7000 image intelligence 7000 ili RTG film medicinski plavi dimenzija 35x43 cm kompatibilan sa uređajem DryView 5950 laser imager, DryView 6800 laser Imager, DryView 8900 laser Imager, DryView 5700 laser imager.

НАРУЧИЛАЦ Фонд за социјално осигурање војних осигураника, Крунска бр. 13, 11000 Београд, на основу члана 63. став 3. Закона, ОДГОВАРА заинтересованом лицу:

1. Понуђени РТГ филмови морају бити компатибилни или са једним или са другим произвођачем, те се **мења назив и опис партије број 1**, која сада гласи: Rtg film medicinski plavi 25x30 cm kompatibilan sa uređajem DryView 5950 laser imager, DryView 6800 laser imager, DryView 8900 laser image, DryView 5700 laser image **или са uređajem DryPix 4000, DryPix 7000.**
2. Крајњи корисник ВМЦ Нови Сад располаже само и искључиво поменутиим уређајима, те **назив и опис партије број 2 остају непромењени.**
3. Имајући у виду да се у ВМЦ-у Карабурма налази уређај DryPix, а због специфичности рада самог уређаја, крајњи корисник остаје при првобитној техничкој спецификацији из конкурсне документације, те **назив и опис партије број 3 остају непромењени.**

М ВИ
ЗМ

В.Д. ДИРЕКТОРА
ПОТПУКОВНИК
Радан Костић

Достављено:
-на Портал ЈН
-на Портал МО
-у омот предмета