



МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
бр. 8590-31
19.09.2014. године

Појашњење у вези са припремањем
понуде у поступку јавне набавке
дефибрилатор/монитора,
бр. 8590/14, д о с т а в љ а.

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Војномедицинској академији, Управе за војно здравство Министарства одбране, дана 19.09.2014., достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

ПАРТИЈА 1 И 2

1. Питање: Да ли уз апарат треба испоручити неопходан прибор за мерење ИВР, тј трансдусер?

Одговор: Може, али није услов

2. Питање: Уколико се узму у обзир услови у којима ће овај уређај бити коришћен, да ли ће бити прихваћена као исправна понудаза апарат који поседује батерију за 6 сати мониторинга, што је 1,5 сат или 33% више од траженог.

Одговор: Не, постоји више светских произвођача који могу да задовоље ову карактеристику. Уз апарат испоручити батерије минималног капацитета 9h.

3. Питање: Појашњењем од 12.09.2014. на питање за Ставку 3.10

Одговор – IP44, IPX5, IP55, ово су минимални стандарди.

Молимо Вас да прецизно дефинишете који минималан IP стандард прихватате, разлика између IP44 и IP55 је значајна. Уколико се очекује да уређај буде коришћен у екстремним условима, нарочито у војним потребама, могуће је да је да ће се уређај користити и за време олујног времена што значи да уређају није довољно да буде отпоран на продор чврстих објеката већих од 1мм и прскаља водом из свих углова

(IP44), него и од прашине и прскања под притиском из свих углова (IP55), што је разлика од значаја.

Одговор: Понуда ће бити прихватљива уколико понудите било који од ова три стандарда.

4. Питање: Да ли је прихватљива оверена копија изјаве произвођача да ће обезбедити производњу резервних делова и техничког потрошног материјала за период од 7 година од момента квалитативног пријема?

Одговор: Да

ЗС.

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ВМА
пуковник
проф. др Драган Динчић

Достављено:

-у омот предмета 8590/14

- заинтересованом лицу

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС